

Oznaczenie sprawy 61/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów do zespołów jelitowych oraz ładunków do staplerów w 9 pakietach wraz z utworzeniem magazynu depozytowego dla potrzeb Oddziału Chirurgii Onkologicznej oraz Bloku Operacyjnego WSZ w Elblągu, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-11-24, numer ogłoszenia 384968.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 29.11.2014r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści opcjonalny opis techniczny jak w tabeli poniżej:

L.p.	Asortyment
A	B
1.	krężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 26 mm z ładunkiem do tkanki grubej
2.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 29 mm z ładunkiem do tkanki grubej.
3.	Stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze 32 mm z ładunkiem do tkanki grubej.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że zaoferowane staplery posiadają system DST– system bilateralnie spłaszczonych zszywek na całej długości.

2. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału w średnicach 24 i 26 mm, do wyboru przez Zamawiającego, stapler jest pakowany razem ze specjalnym plastikowym manipulatorem, mocowanym do trzonu kowadełka w celu łatwiejszego wprowadzenia go do np. przełyku?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 3 ust. 2 wzoru umowy na następujące:
„Wykonawca do dostawy towaru zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę, ilość, cenę, serię oraz datę ważności dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy. Fakturę uważa się za dostarczoną wraz z dostawą, jeżeli zostanie przesłana Zamawiającemu w dniu dostawy faxem lub drogą mailową pod warunkiem dostarczenia oryginału faktury w terminie do 3 dni od daty dostawy. Dopuszczalne jest również

dołączenie-zamiast faktury- dokumentu WZ, zawierającego wszystkie powyższe elementy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pakiet 7. Poz. 1

Czy Zamawiający w celu sprecyzowania wymagań i podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów mieszczących się w rozmiarach od 28 do 29mm i następnie odpowiednio zmieni wymagania, co do wielkości depozytu, tj. 2 sztuki staplerów z proponowanego rozmiaru? Z obecnego zapisu wynika, że Zamawiający w arkuszu asortymentowym oczekuje oferty ze staplerami mieszczącymi się w przedziale od 28 do 29mm, ale w paragrafie 2 (str. 36 SIWZ) wymaga wielkość depozytu: po 2 szt. z rozmiaru 28 i 29mm, co się wyklucza. Pozostałe wymagania zgodnie, z SWIZ.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający zgrupował dwa rozmiary staplera i w zależności od tego oczekuje 2 sztuk magazynu depozytowego. Jeżeli oferowany jest rozmiar 28 mm to dwóch sztuk tego rozmiaru, jeżeli 29 mm to dwóch sztuk takiego rozmiaru.

5. Pakiet 7. Poz. 2

Czy Zamawiający w celu sprecyzowania wymagań i podniesienia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów mieszczących się w rozmiarach od 31 do 33mm i następnie odpowiednio zmieni wymagania, co do wielkości depozytu, tj. 2 sztuki staplerów z proponowanego rozmiaru? Z obecnego zapisu wynika, że Zamawiający w arkuszu asortymentowym oczekuje oferty ze staplerami mieszczącymi się w przedziale od 31 do 33mm, ale w paragrafie 2 (str. 36 SIWZ) wymaga wielkość depozytu: po 2 szt. z rozmiaru 31 i 33mm, co się wyklucza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWIZ.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający zgrupował dwa rozmiary staplera i w zależności od tego oczekuje 2 sztuk magazynu depozytowego. Jeżeli oferowany jest rozmiar 31 mm to dwóch sztuk tego rozmiaru, jeżeli 33 mm to dwóch sztuk takiego rozmiaru.

6. Pakiet 8. Poz. 1

Prośba do Zamawiającego o sprecyzowanie, czy wymaga staplera prostego czy zakrzywionego?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wymaga staplera prostego.

7. Pakiet 8. Poz.1

Czy Zamawiający w celu sprecyzowania wymagań i podniesienia konkurencyjności ofert, wyrazi zgodę na zaoferowanie staplerów mieszczących się w rozmiarach od 28 do 32mm i następnie odpowiednio zmieni wymagania, co do wielkości depozytu, tj. 1 sztuka staplera z proponowanego rozmiaru? Z obecnego zapisu wynika, że Zamawiający w arkuszu asortymentowym oczekuje oferty ze staplerami mieszczącymi się w przedziale od 28 do 32mm, ale w paragrafie 2 (str. 36 SIWZ) wymaga wielkość depozytu: po 2 szt. z rozmiaru 28 i 32mm, co się wyklucza. Pozostałe wymagania zgodnie z SWIZ.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający zgrupował dwa rozmiary staplera i w zależności od tego oczekuje 2 sztuk

magazynu depozytowego. Jeżeli oferowany jest rozmiar 28 mm to dwóch sztuk tego rozmiaru, jeżeli 32 mm to dwóch sztuk takiego rozmiaru

8. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 1, 2 i 3

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane staplery posiadały zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zapytany wyraża zgodę.

9. Dotyczy pakiet nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny, zakrzywiony, jednorazowego użytku, z łamanym kowadełkiem w rozmiarze **34 mm** z ładunkiem do tkanki grubej, posiadający na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy pakiet nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkankę, tworząc zespolenie okrężne. Głowica niskoprofilowa pozwala na atraumatyczne wprowadzanie i usuwanie staplera ze światła narządu. Średnica zewnętrzna: 24,8 mm i światło wewnętrzne: 15,3 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy z ładunkiem 55mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą do niskiej resekcji jelita. Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Kat zagięcia szczek instrumentu 120 st; kąt obrotu trzonu 320 st. Zszywka przybiera po zamknięciu kształt zbliżony do litery "B" wys. 1,5mm, wymiary zszywki 4 x 4,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy pakiet nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamiast ładunku stapler liniowy z ładunkiem 55mm jednorazowego użytku z ruchomą głowicą do niskiej resekcji jelita. Stapler wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Kąt zagięcia szczek instrumentu 120 st.; kąt obrotu trzonu 320 st. Zszywka przybiera po zamknięciu kształt zbliżony do litery "B" wys. 1,5mm, wymiary zszywki 4 x 4,8mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy pakiet nr 4 poz. 1, 2, 3 i 4

Czy Zamawiający ma na myśli, aby zaoferowane ładunki były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego staplerami wielorazowymi:

- a) dla poz. 1 i 2 ze staplerem wielorazowym TA Premium™ 55
- b) dla poz. 3 ze staplerem wielorazowym GIA 50 Premium™
- c) dla poz. 4 ze staplerem wielorazowym GIA 90 Premium™?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ładunki były kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego staplerami wielorazowymi:

- a) dla poz. 1 i 2 ze staplerem wielorazowym TA Premium™ 55
- b) dla poz. 3 ze staplerem wielorazowym GIA 50 Premium™
- c) dla poz. 4 ze staplerem wielorazowym GIA 90 Premium™?

14. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 1, 2, 3 i 4

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane staplery posiadały zszywki bilateralnie spłaszczone na całej długości (z systemem DST)?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

15. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 2 i 4

Czy Zamawiający pisząc długość tytanowej zszywki miał na myśli wysokość tytanowej zszywki?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający pisząc długość tytanowej zszywki miał na myśli wysokość tytanowej zszywki.

16. Dotyczy pakiet nr 5 poz. 2 i 4

Czy Zamawiający dopuści wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na 2,0 mm – 4,8 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści wysokość tytanowej zszywki dla ładunku zamykającego na 2,0 mm – 4,8 mm.

17. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy uniwersalny endoskopowy stapler z możliwością wygięcia szczęk ładunku do 45 stopni do ładunku o dł. 30 mm, 45 mm i 60 mm przechodzący przez trokar 12 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści.

18. Czy Zamawiający wymaga, aby jednorazowy uniwersalny endoskopowy stapler z możliwością wygięcia szczęk ładunku do 45 stopni do ładunku o dł. 30 mm, 45 mm i 60 mm przechodzący przez trokar 12 mm, posiadał 11 pozycji artykulacji ładunku włącznie z pozycją „0” (zero), długość trzonu 16 cm oraz jedną rękojeść zamykającą – spustową z możliwością graspingu?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

19. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dwa rodzaje ładunków do staplera o długości 60 mm tj. do tkanki cienkiej/standardowej i grubej przechodzący przez trokar 15 mm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści.

20. Dotyczy pakiet nr 6 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści jednorazowy bezostrzowy trokar, zakończony separatorem tkanek o średnicy 15 mm, dł. 100 mm, z wbudowaną redukcją umożliwiającą wprowadzenie instrumentów o średnicy od 5 do 15 mm. Kaniula karbowana - rowkowana (nie gwintowana) ze ściętym szczytem. Trokar z trójpozycyjnym zaworem insuflacyjno desuflacyjnym. Tuleja trokara wyposażona w zintegrowaną uszczelkę samonastawną?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści.

21. Dotyczy pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Stapler z automatycznym dociskiem zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkankę, tworząc zespolenie okrężne. Średnica zewnętrzna: 28,4 mm i światło wewnętrzne: 18,2 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B”

wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści.

22. Dotyczy pakiet nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku, wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Stapler z automatycznym dociskiem zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkankę, tworząc zespolenie okrężne. Średnica zewnętrzna: 31,5 mm i światło wewnętrzne: 21,4 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający dopuści.

23. Dotyczy pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści stapler okrężny zakrzywiony jednorazowego użytku wykonujący szew w postaci dwóch okrężnych linii tytanowych zszywek. Stapler z automatycznym dociskiem zszywek. Po uformowaniu zszywek ostrze noża przecina tkankę, tworząc zespolenie okrężne. Średnica zewnętrzna: 28,4 mm i światło wewnętrzne: 18,2 mm. Długość trzonu: 28 cm. Wymiary otwartej zszywki: 4 × 4,8. Średnica drutu: 0,28 mm. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 2,0 mm. Stapler posiada na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający wymaga staplera prostego.

24. Dotyczy pakiet nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany stapler posiadał na trzonie oznaczenie podziałki centymetrowej, pozwalającej określić głębokość osadzenia staplera w pacjencie?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający wymaga.

25. Dotyczy pakiet nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Stapler liniowy 45 mm kilkakrotnego użytku, ładowalny (7 zmian ładunku, łącznie do 8 strzałów). Wykonuje szew w postaci podwójnej linii tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie. Zszywka przyjmuje po zamknięciu kształt zbliżony do litery „B” wys. 1,5 mm lub 2,0 mm, wymiary zszywki 4 × 3,5 mm lub 4 × 4,8 mm do wyboru przez Zamawiającego. Stapler wyposażony w technologie zszywania kierunkowego DST, zszywki tytanowe. Nowo opracowany przewodnik tnący do przecinania tkanki po wyzwoleniu zszywacza?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie dopuści.

26. Dotyczy projektu umowy - Paragraf 2 ust 1.

Prosimy o rezygnację z depozytu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Dotyczy projektu umowy - Paragraf 8 ust.3.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie tego zapisu.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

28. Dotyczy projektu umowy - Paragraf 8 ust. 4.

Prosimy o wykreślenie tego zapisu z umowy.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Dotyczy projektu umowy - Paragraf 9 ust. 2.

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

30. Prosimy o dodanie do umowy zapisu:

„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.