

Oznaczenie sprawy 139/2014

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie art. 4 pkt.8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji termicznej i niskotemperaturowej oraz mycia i dezynfekcji termicznej w myjniach – dezynfektorach w 13 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 04.12.2014r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 2. Czy Zamawiający wymaga, aby integrator posiadał przesuwalną substancję wskaźnikową umieszczoną w dwóch niezależnych okienkach, bez konieczności interpretacji kolorów?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza, aby integrator posiadał przesuwalną substancję wskaźnikową umieszczoną w dwóch niezależnych okienkach, bez konieczności interpretacji kolorów.

2. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga, aby populacja sporów dla pojedynczego testu wynosiła 10^6 ?

Zamawiający odpowiada:

Ad.2. Zamawiający dopuszcza, aby populacja sporów dla pojedynczego testu wynosiła 10^6 .

3. Pakiet nr 3. Czy Zamawiający wymaga testów o ostatecznym odczycie po 10 godzinach, kompatybilnego ze standardowym inkubatorem.

Zamawiający odpowiada:

Ad.3. Zamawiający dopuszcza testy o ostatecznym odczycie po 10 godzinach, kompatybilnego ze standardowym inkubatorem.

4. Pakiet nr 11. Czy Zamawiający wymaga wskaźnika umieszczonego na aluminiowej blaszce dla lepszej symulacji powierzchni narzędzia?

Zamawiający odpowiada:

Ad.4. Zamawiający dopuszcza wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce dla lepszej symulacji powierzchni narzędzia.