

Oznaczenie sprawy 1/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 15 pakietach siatek przepuklinowych, łąt do pokrywania ubytków powięzi, jednorazowych staplerów do fiksacji siatek przepuklinowych, protez oraz łąt naczyniowych z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego w okresie 18 miesięcy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-01-19, numer ogłoszenia 12708.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 26.01.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 9. „Czy Zamawiający dopuści protezy naczyniowe ePPTFE o grubości ściany 0,6mm, jednowarstwowe, impregnowane węglem po wewnętrznej stronie ściany protezy.

Rozmiary:

6mm, dł. 40 cm

5mm, dł. 80 cm

6,8mm, dł. 50 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ".

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pakiet nr 1. Czy Zamawiający dopuści siatki separujące kompozyt makroporowatej siatki polipropylenowej: Ultralekka siatka monofilamentna o porowatości 0.004cm² i grubości 0,17mm dedykowana do procedur laparoskopowych. Składająca się z trzech rodzajów materiału: wchłaniającej warstwy hydrożelowej (30 dni), włókien PGA, polipropylenu.

- Polipropylen – lekk, 0,17 mm grubości, porowatość 0.004cm² niepowlekana polipropylenowa siatka pozwalająca na szybki przerost tkankowy.
- Biowchłaniająca warstwa tkanych włókien PGA- wzmacniająca barierową warstwę hydrożelową.

Warstwa hydrożelowa - wchłaniająca (30 dni) w rozmiarach:

10.2 x 15.2 cm;

15.2 x 20.3 cm;

20.3 x 25.4 cm;

25.4 x 33 cm;

Siatki z możliwością bezpiecznego docinania?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pakiet nr 2. Siatki polipropylenowe monofilamentne nasączone wchłanialnym klejem.

- Klej: PVP - polyvinylpyrrolidone+polyethylene glycol, wchłanialny.

Klej nie jest materiałem biologicznym (nie pochodzi od ludzi, ani zwierząt)

- Siatka atraumatyczna monofilamentna, polipropylenowa o wadze 32 g/m²

Rozmiar porów 1,4x1,4 mm, elastyczna o grubości 0,25mm. Siatka z możliwością docinania.

W rozmiarach : 6x13,5 cm oraz 15x20 cm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Narzędzie, dedykowany do mocowania siatek. Zarówno do procedur laparoskopowych i „na otwarto”. Ładunki są wchłanialne, zbudowane z PLA (poliaktyd) na bazie kwasu mlekowego. Ładunek wielkości 5,9 mm. Ładunek z gładką głową, wydrążonym rdzeniem i atraumatycznym nagwintowaniem. Ładunki całkowicie wchłaniają się po 12 miesiącach.

Zawiera 30 ładunków?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Dotyczy Pakietu nr 6. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Dotyczy Pakietu nr 6. W związku z tym, iż określenie długości w pozycjach 1, 2 i 3 jako minimalnych pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- 10% od długości podanej” znajdującym się pod tabelą, prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

Pozycja 1:

15cm dla średnic 6-16mm.

12,5cm lub 25cm dla średnic 18-24mm.

Pozycja 2:

30cm dla średnic 6-16mm.

25cm lub 50cm dla średnic 18-24mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Dotyczy Pakietu nr 7. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1 ml/cm²/min. Rozmiar 8x7x7, długość 90x40cm, zbrojenie 35x25x7.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy Pakietu nr 8. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,32mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Dotyczy Pakietu nr 8. W związku z tym, iż określenie długości jako minimalnych pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- 10% od długości podanej” znajdującym się pod tabelą prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

Pozycja 1:

12,5cm lub 25cm dla średnic 24-28mm.

20cm dla średnic 30-32mm.

Pozycja 2:

25cm lub 50cm dla średnic 24-28mm.

40cm dla średnic 30-32mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Dotyczy Pakietu nr 9. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez e-PTFE, dwuwarstwowych, grubość ściany 0,47mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Dotyczy Pakietu nr 10. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów protez powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, dwustronnie welurowanych, grubość ściany 0,55mm, przepuszczalność poniżej 1ml/cm²/min, bez impregnacji solami srebra, ale z możliwością łączenia jonowego powleczenia protezy z antybiotykiem.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy Pakietu nr 10. W związku z tym, iż określenie długości w pozycjach 1, 2, 3 i 4 jako minimalnych pozostaje w konflikcie z dopiskiem „UWAGA! Dopuszcza się tolerancję długości protez +/- 10% od długości podanej” znajdującym się pod tabelą, prosimy o dopuszczenie protez o następujących długościach:

Pozycja 1:

15cm lub 30 cm dla średnic 6-16mm.

25cm dla średnic 18-24mm.

Pozycja 2:

40cm dla średnic 6-8mm.

30cm lub 60cm dla średnic 10-16mm.

25cm lub 50cm dla średnic 18-24mm.

Pozycja 3:

60cm dla średnic 70cm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy Pakietu nr 10. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 100x60cm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

14. Prosimy o dopuszczenie w pozycji 6 w miejsce pierwotnych parametrów protez o długości 75cm, zbrojonych na całej długości z możliwością regulacji długości zbrojenia.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Dotyczy Pakietu nr 11. Prosimy o dopuszczenie w miejsce pierwotnych parametrów łąt powlekanych żelatyną wchłanianą na drodze hydrolizy, grubość ściany 0,36mm, przepuszczalność poniżej 0,5ml/cm²/min., rozmiary 10x75mm, 15x75mm, 25x120mm.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.