

Oznaczenie sprawy 3/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów zużywalnych jednorazowych do hipotermii wraz z utworzeniem magazynu depozytowego oraz z użyczeniem systemu do nieinwazyjnego zarządzania temperaturą pacjenta z przeprowadzeniem szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi urządzenia w okresie 24 miesięcy dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-01-27, numer ogłoszenia 18894.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 03.02.2015 r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Dotyczy: Załącznika Nr 3 do SIWZ - Opis i wymagane parametry Techniczne dla Systemu do nieinwazyjnego zarządzania temperaturą pacjenta.

1. Pozycja 9 - prosimy o dopuszczenie systemu składającego się z jednostki centralnej, drenów oraz elementów przekazujących energię termiczną w postaci okryć, kamizelek oraz czepców na skórę pacjenta.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pozycja 11 - prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego zbiornik o objętości wody nie większej niż 8 litrów.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Pozycja 12 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego przepływ wody co najmniej 1361/godz.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Pozycja 13 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia bez parametru „krążenia wody w jednorazowych elementach przekazujących energię termiczną (okładach) pod ujemnym ciśnieniem w celu uniemożliwienia jej wycieku w przypadku mechanicznego uszkodzenia okładu”.

Oferujemy okrycia odporne na uszkodzenia, które mogą być stosowane przez okres ok. 10 dni u pacjenta.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

5. Pozycja 14 - prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem temperatur pacjenta: 300C - 400C (skok co 0,1°C).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

6. Pozycja 15,16 - prosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem temperatury wody: 40C- 420C (skok co 0,1°C).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pozycja 17 - prosimy o dopuszczenie urządzenia z posiadającego jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okrycia) nie mocowane do skóry pacjenta.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Pozycja 18 - prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okrycia) pokrywające do 80% powierzchni ciała pacjenta umożliwiając jednocześnie dostęp do ciała pacjenta bez przerywania terapii hipotermii.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Pozycja 19 - prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego jednorazowe elementy przekazujące energię termiczną (okrycia) radioprzeźierne w celu umożliwienia diagnostyki pacjenta (RTG, MRI, TK) bez ich zdejmowania.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Pozycja 20 - prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w mechaniczny, skrzydełkowy, wskaźnik przepływu cieczy widoczny dla użytkownika w każdym trybie pracy, pozwalający ocenić szybkość tłoczenia wody przez urządzenie.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

11. Pozycja 23 - prosimy o dopuszczenie urządzenia z systemem archiwizacji procesu hipotermii w formie oprogramowania na płycie CD z możliwością instalacji i podłączenia na dowolnym komputerze z systemem Windows.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Dotyczy Załącznika Nr 1 do SIWZ - Arkusza asortymentowo-cenowego Pozycja 1, 2, 3 - prosimy o dopuszczenie w poszczególnych pozycjach formularza kompletu jednorazowych okryć pacjenta w jednym uniwersalnym rozmiarze. W skład kompletu wchodzi: czepiec na głowę, kamizelka, okrycie dolnych partii ciała.

Uniwersalny rozmiar pozwoli zastosować okrycia u pacjentów o różnych rozmiarach ciała oraz „-” zmniejszy ilość rozmiarów okryć przechowywanych w depozycie oraz ułatwi ich obsłudze zamawianie.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

13. Dotyczy Załącznika Nr 10— wzór UMOWA DEPOZYTOWA Nr 3/D/2015. W związku z tym, iż Zamawiający wymaga nieodpłatnego użyczenia systemu do hipotermii terapeutycznej na okres 24 miesięcy prosimy o określenie gwarantowanej, minimalnej ilości okryć do hipotermii jaką Zamawiający zakupi w tym okresie.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.