

Oznaczenie sprawy 62/2014

Do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O OFERTACH ODRZUCONYCH

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 06.12.2014 r. pod numerem 2014/S 236-414814 na dostawę w 22 pakietach endoprotez, cementu kostnego, płytek blokowanych, pinów węglowych, implantów dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu w okresie 24 miesięcy, Zamawiający dokonał w dniu 16.02.2015 r. odrzucenia następujących ofert:

- **Oferty nr nr 6 Smith&Nephew Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa** w zakresie Pakietu nr 11 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

Uzasadnienie:

Zaoferowany przez Wykonawcę produkt w Pakiecie nr 11 poz. nr 4 nie spełnia wymagań Zamawiającego. Z oferty wynika, że Wykonawca zaoferował kabel z zaciskiem bez szpilki, natomiast Zamawiający wymagał kabla wraz ze szpilką zapobiegającą zsuwanie się kabla. W związku z tym oferta Wykonawcy w zakresie Pakietu nr 11 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- **Oferty nr 12 MEDGAL Sp. z o.o., ul. Wąska 59, 15-122 Białystok** w zakresie Pakietu nr 12 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3).

Uzasadnienie:

Zaoferowane przez Wykonawcę produkty w Pakiecie nr 12 poz. nr: 13, 15, 16, 20, 24, 28, 29 nie spełniają wymagań Zamawiającego.

- W poz. nr 13.1. Zamawiający wymagał zaoferowania płytek z otworami w ilości od 2 do 16 i długości do 385 mm, natomiast Wykonawca zaoferował płytki z otworami w ilości od 2 do 14 i długości do 349 mm.
- W poz. nr 13.2. Zamawiający wymagał zaoferowania płytek z otworami w ilości od 2 do 16 i długości do 391 mm, natomiast Wykonawca zaoferował płytki z otworami w ilości od 2 do 14 i długości do 355 mm.
- W poz. nr 15 Zamawiający wymagał zaoferowania płytek z otworami owalnymi gwintowanymi z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 5,0 mm oraz kompresyjnych 5,0 mm, w części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce, materiał tytan. Wykonawca zaoferował inny typ płytki niż wymagany – bez otworów owalnych dwufunkcyjnych, brak części dystalnej 4-otworowej, materiał stal.
- W poz. nr 16 Zamawiający wymagał zaoferowania płytek z otworami owalnymi gwintowanymi z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 5,0 mm oraz kompresyjnych 5,0 mm, w części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce, materiał tytan. Wykonawca zaoferował inny typ płytki niż wymagany – bez otworów owalnych dwufunkcyjnych, brak części dystalnej 4-otworowej, materiał stal.

- W poz. nr 20 Zamawiający wymagał zaoferowania śrub mocujących płytę LAP do otworu nagwintowanego LCP, materiał stal. W katalogu Wykonawcy brak jest tych śrub.
- W poz. nr 24 Zamawiający wymagał zaoferowania śrub do blokowania w płytce śr. 2,4 mm, samogwintująca, gwintowana, stożkowa główka dł. 6-30 mm, stal, gniazdo gwiazdkowe. Wykonawca zaoferował śruby dł. 10-40 mm.
- W poz. nr 28 Zamawiający wymagał zaoferowania śrub długości od 20 do 145 mm. Wykonawca zaoferował śruby dł. 30-145 mm.
- W poz. nr 29 Zamawiający wymagał zaoferowania śrub długości od 25 do 105 mm. Wykonawca zaoferował śruby dł. 16-60 mm, występujące co 2 mm oraz dł. 60-115 mm występujące co 5 mm W związku z tym śruba dł. 25 mm nie występuje w katalogu firmy.

W związku z tym oferta Wykonawcy w zakresie Pakietu nr 12 nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.