

Elbląg , dnia 24.02.2015r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych realizowanego w ramach projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007 – 2013 pn. „Rozwój nowoczesnych zespołów ratownictwa medycznego polegający na modernizacji infrastruktury, rozbudowie systemów wspomagania decyzji oraz podniesieniu jakości świadczeń medycznych w oparciu o współpracę transgraniczną” nr umowy ILPR.02.02.00-28-089/10-00 **na dostawę w 2 Pakietach : 2 szt. videolaryngoskopów i 2 szt. urządzeń do dezynfekcji ambulansów wraz z pakietem startowym środków dezynfekcyjnych oraz sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych przez okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy w dniu 24.02.2015r. wpłynęły od jednego z Wykonawców zapytania następującej treści:**

1. Czy Zamawiający dopuści Videolaryngoskop o następujących parametrach:

- Łyżka wideolaryngoskopowa typu MACINTOSH rozm. 3, wielorazowa, wykonana ze stali nierdzewnej z przetwornikiem CMOS oraz diodą oświetleniową LED w części dystalnej. Współpraca łyżki wideolaryngoskopowej z odłączanym modulem elektronicznym wraz monitorem.
- Moduł elektroniczny ze zintegrowanym monitorem kolorowym o przekątnej ekranu min. 2,4", i proporcjach boków 4:3
- Włączanie urządzenia poprzez ustawienie monitora w pozycji otwartej.
- Monitor obracany względem dwóch osi.
- Graficzny wskaźnik informujący o poziomie naładowaniu akumulatora wyświetlany na ekranie monitora.

„Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej”



**Wojewódzki Szpital
Zespolony w Elblągu**
ul. Królewiecka 146
82- 300 Elbląg

tel. (55) 234 41 11
fax (55) 234 56 12
www.szpital.elblag.pl
wszz@szpital.elblag.pl



STATUS SZPITALA
AKREDYTOWANEGO
NR 2014/39

- Możliwość reprocessingu łyżki oraz modułu z monitorem metodą manualną (pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8), dezynfekcji maszynowej do 60 ° oraz Sterrad.
 - Gwarancja min. 36 miesięcy.
2. Czy w związku z przeznaczeniem i charakterem produktów sprawdzanych z zagranicy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia z terminem dostawy do 8 tygodni od daty podpisania umowy?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.