

Znak sprawy 4/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 25.02.2015 r. pod numerem 41626 – 2015 na dostawę akcesoriów do endoskopii w 13 pakietach dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej WSzZ w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 27.02.2015 r. – 03.03.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dotyczy pakietu Nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe o średnicy 3,0 mm i długości 230 cm.?

Ad. 1 Zamawiający wymaga dostraczenia kleszczyków dostosowanych/przeznaczonych do współpracy z kolonoskopami pełnej długości o wymiarach kanału roboczego 3,2 x 1700mm.

2. dotyczy pakietu Nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne gastrokopowe o średnicy 2,4mm i długości 170 cm.?

Ad. 2 Zamawiający wymaga dostraczenia kleszczyków dostosowanych/przeznaczonych do współpracy z gastrokopami standardowymi o długości kanału roboczego 2,8x1050mm.

3. dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:
„(...) a Wykonawca zobowiązuje się wymienić towar na pełnowartościowy lub uzupełnić braki w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji/przesłanego zgłoszenia.”?

Ad. 3 Zamawiający nie wyraża zgody

4. dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

Ad. 4 Zamawiający nie wyraża zgody

5. dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Ad. 5 Zamawiający nie wyraża zgody

6. dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:
„...Zamawiający zastrzega, że w przypadku opóźnienia w dostawie, przekraczającego 5 dni roboczych przysługuje mu prawo zakupu towaru zastępczego u innego Dostawcy po ówczesnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji Zamówienia.”

Ad. 6 Zamawiający nie wyraża zgody

7. dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym;
(...),, na swój koszt i ryzyko, o ile Wykonawca reklamację rozpatrzy pozytywnie."?

Ad. 7 Zamawiający nie wyraża zgody

8. dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,5%?

Ad. 8 Zamawiający nie wyraża zgody

9. dotyczy wzoru umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 5 ustępu o poniższej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymaganych) powyżej 14 dni od terminu płatności/ wymagalności wskazanego na fakturze"

Ad. 9 Zamawiający nie wyraża zgody

10. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Ad. 10 Zamawiający informuje, że nie została wszczęta likwidacja oraz Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

11. dotyczy pakietu Nr 7 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować balony do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, progresywne trójstopniowe o długości balonu 30mm z możliwością do pompowania balonu do 3 rozmiarów 12mm-13,5mm-15mm o długości narzędzia 200cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody, ze względu na długość narzędzia (wymagana min. 230cm)

12. dotyczy pakietu Nr 7 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balony do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, progresywne trójstopniowe o długości 55mm z możliwością do pompowania balonu do 3 rozmiarów 10mm-11mm-12mm o długości narzędzia 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 12. Tak, podane parametry spełniają wymogi SIWZ

13. dotyczy pakietu Nr 7 poz.4

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować balony do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, progresywne trójstopniowe o długości 55mm z możliwością do pompowania balonu do 3 rozmiarów 12mm-13,5mm-15mm o długości narzędzia 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 13 Tak, podane parametry spełniają wymogi SIWZ

14. dotyczy pakietu Nr 7 poz. 5 i 6

Czy Zamawiający w w/w pozycjach pozwoli zaoferować balony do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego, progresywne trójstopniowe o długości 55 mm z możliwością do pompowania balonu do 3 rozmiarów 15mm-16,5mm-18mm o długości narzędzia 230 cm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 14 Tak, podane parametry spełniają wymogi SIWZ

15. dotyczy pakietu Nr 11

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować cewniki endoskopowe do podawania kontrastu jednorazowe o długości cewnika 2000mm; pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Ad. 15 Zamawiający nie wyraża zgody ze względu na długość narzędzia.

16. dotyczy pakietu Nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie okrągłych szczypiec, reszta zgodna z SIWZ?

Ad. 16 Tak, Zamawiający wyraża zgodę

17. dotyczy projektu umowy § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto danego zamówienia?

Ad. 17 Zamawiający nie wyraża zgody

18. dotyczy projektu umowy § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu?

Ad. 18 Zamawiający nie wyraża zgody

19. dotyczy projektu umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na następujący zapis:
Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego. „,?

Ad. 19 Zamawiający nie wyraża zgody

20. dotyczy projektu umowy § 8 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego ustępu?

Uzasadnienie: zapisy umowy mają zawsze pierwszeństwo przed fakturą, a zatem wprowadzenie do faktury zapisu o zakazie cesji bez zgody Zamawiającego lub brak takiego zapisu na fakturze nie wpływa na możliwość dokonania cesji. Dodatkowo wszystkie faktury będą sygnowane numerem umowy, co pozwoli na łatwą identyfikację faktur, które nie mogą być przedmiotem cesji bez zgody Zamawiającego.

Ad. 20 Zamawiający nie wyraża zgody

21. Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Ad. 21. Zamawiający nie jest w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

22. dot. pakietu Nr 7

Czy Zamawiają wyodrębni z pakietu 7 do pakietu 7 A następujące pozycje 3, 4, 5 i 6 oraz czy dopuści w powyższych pozycjach zestawy balonów do poszerzania zwężeń przewodu pokarmowego (ciśnieniowych przeprowadzanych przez kanał roboczy aparatu typu TTS) jednorazowego użytku dostosowanych do współpracy z aparatem o kanale roboczym średnicy 2,8 mm o następujących 'wymiarach: przy długości 55 mm o średnicach 10, 12, 16, 18 mm lub 80 mm o średnicach 12, 16, 18 mm o długości roboczej 1800 mm? .

Ad. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji 3,4,5 i 6 poprzez utworzenie nowego pakietu (wymagany cały pakiet od jednego Wykonawcy). Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyszczególnione w/w parametry dla wymienionych pozycji spełniają warunki SIWZ.