

Oznaczenie sprawy 11/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów chemicznych do: mycia, dezynfekcji i konserwacji instrumentarium, sprzętu i podłoża oraz dezynsekcji i deratyzacji w 23 pakietach dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 18 miesięcy, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-03-04, numer ogłoszenia 47740.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniu 09.03.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dot. Pakietu Nr 1 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat mający w składzie aldehyd glutarowy, czwartorzędową sól amoniową i glioksal, o spektrum działania B, Tbc, F, V (Adeno) do 30 min., z możliwością rozszerzenia o wirusa Polio w wyższym stężeniu w czasie do 60 min.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Dot. Pakietu Nr 6. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi o bardzo dobrych właściwościach myjących i dezynfekcyjnych, zawierający w składzie kompleks enzymatyczny, o spektrum działania B, F, wirusy osłonkowe testowe dla HIV, HBy, HCV - Vaccinia w czasie do 15 minut, „ z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych. Preparat podczas dezynfekcji nie wytwarza osadów, nie powoduje korozji dezynfekowanych wyrobów.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dot. Pakietu Nr 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu mającego możliwość spełnienia norm Fazy 2 Etapu 2 zgodnie z normami EN 14561, EN 14562 w czasie do 15 min.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie określił wymogu spełnienia norm.

4. Dot. Pakietu Nr 7 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przebadanego w wymaganym spektrum działania według norm dla obszaru medycznego zgodnie z badaniami fazy 2 etap 2.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie określił wymogu spełnienia norm.

5. Dot. Pakietu Nr 8. W związku z tym, że zamawiający wymaga preparatu alkoholowego prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga preparatu zawierającego jako substancje aktywne minimum 2 alkohole.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie potwierdza.

6. Dot. Pakietu Nr 8. W związku z możliwością zaoferowania spryskiwaczy wielokrotnego użytku prosimy o umożliwienie ich wyceny w oddzielnej pozycji, ze względu na inną stawkę VAT od preparatu.

Zamawiający odpowiada:

Oferta musi być tak sporządzona, żeby Zamawiający mógł określić łączną wartość preparatu i spryskiwacza.

7. Dot. Pakietu Nr 9 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przebadanego w pełnym zakresie grzybobójczym zgodnie z normą EN 13624 bądź wyższą?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie określił wymogu.

8. Dot. Pakietu Nr 10 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania preparatu przebadanego według norm dla obszaru medycznego według EN 14885?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie określił wymogu.

9. Dot. Pakietu Nr 12 i 13. W dbałości o dezynfekowane materiały prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów będących wyrobami medycznymi?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

10. Dot. Pakietu Nr 15 - Czy w związku z tym, że preparaty oparte na monozwiązkach charakteryzują się wysokim ryzykiem oporności drobnoustrojów, Zamawiający wymaga preparatu opartego na min. trzech czwartorzędowych solach amonowych w związku z doniesieniami o narastaniu oporności na wybrane czwartorzędowe sole amonowe np.: chlorek benzalkoniowy wobec szczepów *Pseudomonas aureginosa*.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

11. Dot. Pakietu Nr 19. Czy zamawiający wymaga zawartości alkoholu w składzie zaoferowanego preparatu dla polepszenia/przyspieszenia schnięcia instrumentarium.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

12. W dbałości o dezynfekowane materiały prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania preparatów będących wyrobami medycznymi?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wymaga.

13. W razie otrzymania ułamkowej ilości opakowań, czy dokonać przeliczeń dla ułamkowej ilości opakowań, czy zaokrąglić w górę, bądź zgodnie z zasadami matematyki (do 0,5 w dół, a powyżej 0,5 w górę).

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z zasadami matematyki.

14. W związku z małymi wartościami bardzo prosimy o umożliwienie podania ceny 1 litra r-ru roboczego do czterech miejsc po przecinku, zaś wartości netto i brutto będą do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

15. Dotyczy Pakietu nr 6. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SłWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum rnikrobójącym B, F, V /HIy, HBy, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl .IIb.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.