

Oznaczenie postępowania 8/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 24.02.2015 r. pod numerem 2015/S 038-064654 na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w 36 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia w dniu 16.03.2015 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 09.04.2015 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 11. ppkt 6 SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku w 36 pakietach – 8/2015” – nie otwierać przed dniem 09.04.2015 r. godz. 10³⁰.

- pkt 12. ppkt 1, 2 SIWZ (str. 14 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 09.04.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 09.04.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1.	Elektroda neutralna do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni min. 160cm ² , rozmiar min. 210 x 124mm lub 200x112mm, kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE. Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, owalną hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, o powierzchni przewodzącej 160cm ² , rozmiar 212x120cm. Elektrody pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. Opakowanie handlowe po 100 sztuk elektrod (20 saszetek). Zamawiający dopuszcza elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierne rozprzowanie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni	brak	1 szt./op.	12438 lub w przeliczeniu na op.
----	--	------	------------	---------------------------------

	przewodzenia 110 cm2, powierzchni ogólnej 170 cm2, wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt. Zamawiający dopuszcza elektrodę powrotną REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilną z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrody, której wymiar całkowity wynosi 164x117mm.			
3.	Elektroda neutralna dla dzieci do diatermii jednorazowa, dzielona o powierzchni mak. 71-73cm2, kompatybilna z kablami do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIADE. Zamawiający dopuszcza elektrodę neutralną jednorazowego użytku, dwudzielną, owalną, hydrożelową, wyposażoną w pas bezpieczeństwa, o powierzchni 70cm2. Elektrody pakowane w saszetkach po 5 sztuk, w każdej saszetce naklejki gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. Opakowanie handlowe po 100 sztuk elektrod (20 saszetek). Zamawiający dopuszcza elektrodę bierną jednorazowego użytku do diatermii ERBE, EMED, EXCALIBUR, FORCE TRIAD, dzieloną, owalną hydrożelową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozpróśnienie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, dla dzieci i dorosłych, o powierzchni przewodzenia 110 cm2, powierzchni ogólnej 170 cm2, wymiary 176x122 mm, pakowanie po 5 szt.	brak	1szt./op.	36 lub w przeliczeniu na op.

- Załącznik nr 4 do SIWZ, Pakiet nr 4 w poz. 1-4 dodaje się nowe rozmiary:

Poz. nr 1 – rozmiar: nr 1, 1,5, 2/ 1-2,5

Poz. nr 2 – rozmiar: nr 2,5/ 3

Poz. nr 3 – rozmiar: nr 3,5/ 4

Poz. nr 4 – rozmiar: nr 4,5/ 5-6

- Załącznik nr 4 do SIWZ, Pakiet nr 4, dodaje się nowy zapis:

Zamawiający w poz. 1, 2, 3, 4 dopuszcza maskę krtaniową z samoczynnie pompującym się mankietem. Konstrukcja maski krtaniowej umożliwia samoczynne napompowanie mankieta maski poprzez wentylację dodatnim ciśnieniem (PPV). Przy wydechu, mankiet dekompresuje się do poziomu PEEP. Dzięki temu, przez większość czasu trwania zabiegu, uszczelnienie jest bezpieczniejsze, bardziej wydajne i posiada niższe ciśnienie. Cykliczne obniżanie ciśnienia wewnątrz mankieta może sprzyjać redukcji komplikacji, takich jak uraz śluzówki i nerwów, które wynikają z nadmiernego napompowania tradycyjnych mankietów masek krtaniowych.

- Załącznik nr 9 do SIWZ, Pakiet nr 9 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Szczotki do mycia i dezynfekcji rąk, jednorazowego użytku. Z jednej strony posiadające nylonową miękką szczecinę i polietylenową gąbkę z drugiej strony, z 4% glukonianem chlorheksydy. Zamawiający dopuszcza szczotki wykonane z poliestrowej gąbki przy zachowaniu pozostałych parametrów. Zamawiający dopuszcza szczotkę do mycia i dezynfekcji rąk nasączoną 4% roztworem chlorheksydy, wyposażoną w czyścik do paznokci. Zamawiający dopuszcza szczoteczki z polietylenową szczoteczką.

- Załącznik nr 10 do SIWZ, Pakiet nr 10 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Precyzyjny regulator przepływu regu-flo; wentylowana komora kroplowa; linia dł. 150-155 cm z portem do wkluc i kłamrą zatraskową; Ergonomiczny kształt, możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości

przepływu (odczytywana na wyraźnej skali), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 2ml/h - 350 ml/h.

Zamawiający dopuszcza precyzyjny regulator przepływu regu-flo; wentylowana komora kropłowa; linia dł. 210 cm z portem do wkluc i klamrą zatraskową; Ergonomiczny kształt, możliwość przetaczania roztworów z szerokiego zakresu lepkości, duża stabilność wartości przepływu, prosta regulacja prędkości przepływu (odczytywana na wyraźnej skali), szeroki zakres regulacji prędkości przepływu od 0ml/h – 250ml/h.

- Załącznik nr 14 do SIWZ, Pakiet nr 14 poz. 1, otrzymuje nowe brzmienie:

1. Przeciwbakteryjny łącznik do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, z powłoką VitalShield o długotrwałym uwalnianiu srebra, o bezigłowym dostępie, o płaskiej powierzchni końcówki łącznika, przezroczystej obudowie, z podwójną uszczelką umożliwiającą utrzymanie bariery mikrobiologicznej.

Zamawiający dopuszcza zawór nie mechaniczny aktywowany końcówkami Luer i Lure-Lok wykonany w technologii Split — Septum w postaci bezbarwnej podzielnej silikonowej membrany osadzonej na sztywnym, transparentnym konektorze z poliwęglanu. Membrana jednolita, gładka, łatwa do dezynfekcji. Tor przepływu prosty. Zawór kompatybilny z lekami cytostatycznymi, lipidami, krwią, osoczem, preparatami krwiopochodnymi do bezpiecznego stosowania przez 7 dni lub przez 100 aktywacji w zależności co pierwsze. Przepływ zgodny z normą ISO 10555-5 tj. 525 ml/min +/- 25 ml. Przestrzeń martwa 0,1 ml.

- Załącznik nr 16 do SIWZ, Pakiet nr 16, dodaje się nowy zapis:

Zamawiający dopuszcza piły kompatybilne z wiertarką akumulatorową firmy Stryker w granicach długości max. +/- 1-5mm do długości podanych powyżej, szerokości o około max. +/- 1-5mm do szerokości podanych powyżej i grubości o około max. +/- 0,2mm do grubości podanych powyżej.

- Załącznik nr 17 do SIWZ, Pakiet nr 17 poz. 1, 2, 3, 4 otrzymują nowe brzmienie:

1. Worek półautomatyczny, samorozprężający się po wprowadzeniu do jamy otrzewnowej, bez aplikatora, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml lub 215ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem.

Zamawiający dopuszcza worek półautomatyczny z prowadnicą służącą do wprowadzenia worka do jamy otrzewnowej, bez blokowania portu laparoskopowego podczas zabiegu, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu.

2. Worek automatyczny z aplikatorem, kompatybilny z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia materiału nylon ripstop wzmocnionego specjalnym splotem w formie siatki. Wewnętrzna strona worka powleczona poliuretanem. Zamawiający dopuszcza worek automatyczny z aplikatorem, z uchwytem okienkowym na trzy palce, kompatybilnego z trokarem 10mm, pojemność worka 200ml. Wielkość worka 8,5cm x 18,8cm. Worek wykonany z wytrzymałego i odpornego na rozdarcia poliuretanu.

3. Trokar jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wyposażony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowana, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodę i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora. Zamawiający dopuszcza trokar jednorazowego użytku o średnicy 12mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,7mm do 13,2mm, wyposażony w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką oraz wbudowaną redukcją w zakresie 5-12mm, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację.

4. Trokar jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wyposażony w obturator płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula delikatnie karbowana, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Trokar zapewniający wygodę i bezpieczną implantację w powłoki brzuszne poprzez specjalne podpórki pod palce operatora.

Zamawiający dopuszcza trokar jednorazowego użytku o średnicy 5mm, wewnętrznej średnicy mieszczącej narzędzia w zakresie od 4,47mm do 6,8mm, wyposażony w obturator z płaskim ostrzem z osłoną zabezpieczającą. Kaniula żłobiona, przezroczysta o długości 100mm, ścięta pod kątem. Głowica trokara z uszczelką, z możliwością odłączenia od kaniuli. Trokar wyposażony we wskaźnik otwarcia zabezpieczenia ostrza oraz kranik insuflacyjny. Eliptyczna głowica oraz uchwyty umożliwiające fiksację do powłok brzusznych zapewniające bezpieczną implantację.

- Załącznik nr 21 do SIWZ, Pakiet nr 21 poz. 1-3 otrzymują nowe brzmienie:

1.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,23x4mm/ 0,25x5mm	1szt./ op=100 szt.	4560 lub w przeliczeniu na op.
2.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,25x6mm	1szt./ op=100 szt.	2940 lub w przeliczeniu na op.
3.	Igła do wstrzykiwaczy insuliny (do penów)	0,30x8mm	1szt./ op=100 szt.	7980 lub w przeliczeniu na op.

- Załącznik nr 22 do SIWZ, Pakiet nr 22 poz. 1 i 3 otrzymują nowe brzmienie:

1.	Uchwyt elektrochirurgiczny monopolarny wielorazowego użytku, niesterylny, możliwość 300 sterylizacji* - para wodna, z przełącznikiem cięcia i koagulacji z przewodem silikonowym o długości minimum 3 metry z wtykiem 3 pinowym płaskim, kompatybilny z diatermiami elektrochirurgicznymi firmy ERBE -ICC300; EMED-ES350; Conmed-Excalibur Plus. Zamawiający dopuszcza elektrodę wielorazowego użytku o wszystkich parametrach zgodnych z powyższymi z gwarancją na 100 cykli sterylizacji.	brak	1szt.	234/ 702
3.	Elektroda nożowa wielorazowego użytku, długość całkowita minimum 69 mm lub 7 cm. Z trzonkiem o średnicy 2,4mm kompatybilnym z oferowanymi uchwytami elektrod. Zamawiający dopuszcza elektrodę monopolarną czynną, wielorazową, do uchwytów 2,4mm, nóż prosty o dł. całkowitej 62mm. Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę nożową wielorazowego użytku, długość całkowita min. 52 mm.	brak	1szt.	126

- Załącznik nr 23 do SIWZ, Pakiet nr 23 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Strzykawka z igłą do iniekcji doszkliskowej (LUCENTIS Insulinówki - 40 jednostek.
Zamawiający wymaga igły nakładanej na strzykawkę.

- Załącznik nr 27 do SIWZ, Pakiet nr 27 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zbrojona, wyskalowana rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym z balonikiem kontrolnym (balon płaski przed wypełnieniem) posiadający oznaczenia rozmiaru rurki oraz rodzaj i średnicę mankieta, wykonana z termoplastycznego PCW, zbrojona drutem, z elastycznym, przezroczystym regulowanym kołnierzem z zaciskiem utrzymującym właściwą pozycję z oznaczeniem rozmiaru na giętkich skrzydełkach, z samoblokującym się mandrynem z otworem na cewnik prowadzący, w zestawie cienkościenne teflonowa kaniula, gąbka do czyszczenia kaniuli, miękka opaska mocująca i klin do odłączania rurki.

Zamawiający dopuszcza rurkę tracheostomijną, zbrojoną, z termowrażliwego PVC, silikonowaną, z cienkościennym mankietem uszczelniającym nisko-ciśnieniowym, z ruchomą przezroczystą ramką o obrotowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia, anatomicznie ukształtowana pod kątem 90 stopni, o zwiększonej elastyczności, niebieski balonik kontrolny, rozmiar rurki i średnica mankieta na ramce, w zestawie opaskamocująca na szyję zapinana oraz prowadnik-intubator z hydrofilną powłoką, stoperem i otworem na prowadnicę Seldingera, sterylna, w rozmiarach: 7.0 / 8.0 / 9.0.

- Załącznik nr 31 do SIWZ, Pakiet nr 31 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Filtr mechaniczny, okrągły, waga do 45g, martwa przestrzeń do 60ml, skuteczność filtracji bakterii 99,9999%, wirusów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=1,4 -1,8 cm H₂O, z portem do próbkowania gazów – żeńskie złącze Luer Lock.

Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy harmonijkowy mechaniczny o właściwościach wymiennika ciepła i wilgoci dla dorosłych z portem do kapno, parametry: skuteczność filtracji >99,999%, opór 2,8 cm, przestrzeń martwa 63 ml, waga 30 g, skuteczność nawilżania 23 mg H₂O/L przy VT 500 ml.

Zamawiający dopuszcza filtry mechaniczne z portem Luer i pozostałymi wymogami zgodnie z powyższymi.

- Załącznik nr 32 do SIWZ, Pakiet nr 32 poz. 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. Filtr oddechowy elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga do 20g, zakres objętości oddechowej od 75 do 1200 ml, martwa przestrzeń do 30ml, wydajność filtracji drobnoustrojów 99,999%, opór przepływu ok. 30L/min=1,5cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=31mg, utrata wilgoci dla max. TV 250= 6,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dzieci, mikrobiologicznie czysty.

Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy dla dzieci z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 28 ml, opór 1,7 cm H₂O przy 30L/min., waga 23 g, skuteczność nawilżania 32 mg H₂O/L przy VT 250 ml.

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, posiada wagę do 20 g, zakres objętości oddechowej 120-500 ml, martwa przestrzeń 30 ml, wydajność filtracji bakteryjnej 99,999%, opór przepływu 30 L/min-1,5 cmH₂O, 60 L/min=3,3 cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml-31 mg, dla TV 500 ml-30mg, utrata wilgoci dla TV 250 ml-6,5mg, dla TV 500ml-7,5mg z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dla dzieci, mikrobiologicznie czysty.

2. Dziecięcy filtr oddechowy, antybakteryjny, antywirusowy, antygrzybiczny, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, z portem kapnograficznym lub bez . Filtr nie musi spełniać wymogów HME (wymennika ciepła i wody). Zakres objętości od 30 do 100ml , przestrzeni martwej nie większej niż 15ml i masie nie większej niż 10g. 15mm/22mm. (8M/15M-15F).

Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy elektrostatyczny dziecięcy antybakteryjno-wirusowy noworodkowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, hydrofobowy, parametry: skuteczność filtracji >99,99%, przestrzeń martwa 11 ml, opór 1,1 cm H₂O przy 11L/min., waga 12 g, skuteczność nawilżania 27 mg H₂O/L przy VT 25 ml.

Zamawiający dopuszcza filtr oddechowy dziecięcy antybakteryjny, antywirusowy, mikrobiologicznie czysty lub sterylny, z portem do próbkowania gazu, posiadający skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999%, waga max 15g, opór przepływu przy 30l/min-1,4cmH₂O, przy 60L/min-3,2cmH₂O, objętość oddechowa min 60ml, przestrzeń martwa 22ml.

- Załącznik nr 33 do SIWZ, Pakiet nr 33 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Filtr elektrostatyczny, oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, okrągły, waga do 25g, zakres objętości oddechowej 120-1500 ml, martwa przestrzeń do 45ml, wydajność filtracyjna do drobnoustrojów 99,9999%, opór przepływu 30L/min=0,9cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV 250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250= 5,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych , mikrobiologicznie czysty.

Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy dla dorosłych od obj. oddech. 150 ml, hydrofobowy, sterylny o właściwościach mechanicznych i elektrostatycznych, skuteczność filtracji >99,999%, przestrzeń martwa 58 ml, opór 2,9 cm, waga 31 g, skuteczność nawilżania 32 mg H₂O/L.

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH₂O, dla 60L/min-2,2 cmH₂O, wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml-5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty.

- Załącznik nr 34 do SIWZ, Pakiet nr 34 poz. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Filtr typu HEPA , elektrostatyczny , oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci ,okrągły , waga ok. 20g, zakres objętości oddechowej 120-750ml, martwa przestrzeń do 40ml, wydajność filtracji bezkteryjnej 99,999%, opór przepływu 30l/min=0,9cmH₂O, wydajność nawilżania dla TV250ml=32mg, utrata wilgoci dla TV250=5,5mg, z portem do próbkiowania gazu,łączniki zgodne z BS EN 1281-1 dla dorosłych i dzieci , mikrobiologicznie czysty.

Zamawiający dopuszcza - pod warunkiem, że ma kształt okrągły - filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjno-wirusowy, mikrobiologicznie czysty dla dorosłych i starszych dzieci od objętości oddechowej 100 ml z wymiennikiem, skuteczność filtracji >99,9%, skuteczność nawilżania 23 mg H₂O/L przy VT 500 ml, przestrzeń martwa 34 ml, opór 2,2 cm, waga 19 g.

Zamawiający dopuszcza filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci, który jest okrągły, waga max 20g, zakres objętości oddechowej 120-750 ml, martwa przestrzeń max 35ml, skuteczności filtracji bakteryjnej 99,9999%, opór przepływu dla 30L/min-0,9cmH₂O, dla 60L/min-2,2 cm H₂O, wydajność nawilżenia dla TV250ml-32mg, utrata wilgoci dla TV250ml=5,5mg, dla TV750 ml-10,5mg, z portem do próbkowania gazu, dla dorosłych i dzieci, mikrobiologicznie czysty.

- Załącznik nr 41 do SIWZ, §6 ust. 4 (Wzór umowy sprzedaży, str. 29), otrzymuje nowe brzmienie:

4. Zamawiający zastrzega, że na wypadek opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przekraczającego 48 godzin przypadających w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) będzie miał prawo dokonania zakupu uzupełniającego niezrealizowanej części zamówienia u innego dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.

- Załącznik nr 41 do SIWZ, §7 ust. 1 i 3 (Wzór umowy sprzedaży, str. 29), otrzymują nowe brzmienie:

1. Wykonawca w terminie 14 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od daty uwzględnienia reklamacji, dostarczy zamienną partię takiego samego towaru bez wad, na swój koszt i ryzyko, o ile Wykonawca reklamację rozpatrzy pozytywnie.
3. Jeżeli Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji nie podejmie działań, wówczas Zamawiający uzna, że reklamacja została uwzględniona.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje do zamieszczenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 16.03.2015 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 16.03.2015 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego