

Oznaczenie sprawy 7/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych do hemodiafiltracji wraz z akcesoriami niezbędnymi do przeprowadzenia zabiegów oraz z dzierżawą urządzeń dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2015/S 036- 060926 z dnia 20.02.2015r.

Wojewódzki Szpital Zespólny w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 06.03.2015r. od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1. dot. zabiegów z antykoagulacją cytrynianową – opcja 1., poz. 2:

W związku ze zmianą protokołu CVVHD (redukcja dawki cytrynianu z 4 mmol/l do 3,5 mmol/l) oraz zastosowaniem worków o pojemności 1,5 L prosimy zmianę wymaganej ilości worków roztworu cytrynianu o stężeniu 136 mmol/l do 9 szt.

Wyliczenie:

Wymagane jest 15 litrowych worków roztworu cytrynianu 136 mmol/l;

Przy zmniejszonej dawce cytrynianu z 4 na 3,5 mmol/l potrzeba $3,5/4 \times 15 \text{ L} = 13,125 \text{ L}$ roztworu cytrynianu. Przeliczając tę objętość na worki o pojemności 1,5 L mamy:

$13,125 \text{ L} / 1,5 \text{ L} = 8,75$ czyli w zaokrągleniu 9 worków na 1 zabieg CVVHD Ci-Ca

Pytanie 2. dot. zabiegów z antykoagulacją cytrynianową – opcja 1., poz. 3: W związku z istotną redukcją klirensu (ok. 25%) uzyskiwanego podczas CVVHDF z roztworem cytrynianu 12/18 mmol/l podawanym przed filtrem (opcja 2.), co jest jedynie częściowo kompensowane podażą substytutu oraz w celu zachowania uczciwej konkurencji, prosimy o korektę **wymaganej liczby worków bezwapniowego dializatu do 28 szt.**

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę .

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę.