

Do wszystkich uczestników postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego w 16 pakietach dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej, Laboratorium Bakteriologicznego i Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi WSZ w Elblągu w okresie 24 miesięcy, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2015 , numer ogłoszenia 77234.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 14.04.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pytanie dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuszcza czy niklowo-chromowe trwałe, kalibrowane z certyfikatem kalibracji, pakowane pojedynczo? Czy pakowane po 20-25 szt są niekalibrowane i bez certyfikatu kalibracji.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Pytanie dotyczy pakietu nr 7 poz. 6. Czy Zamawiający wymaga jałowej szpatułki z końcówką z gąbki w probówce? Jeżeli tak czy w probówce ma być roztwór do kwantyfikacji mikroorganizmów z możliwością transportu w temperaturze pokojowej?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający zgodnie z treścią Załącznika Nr 7 poz.6, wymaga „jałowe szpatułki z końcówką z gąbki”, nie precyzując rodzaju pakowania. Przedmiot zamówienia może być pakowany indywidualnie lub w probówce. Zamawiający nie wymaga w probówce roztworu do kwantyfikacji mikroorganizmów z możliwością transportu w temperaturze pokojowej.

3. Pytanie dotyczy pakietu nr 8 poz. od 7 do 25. Czy Zamawiający wymaga wyrobów sterylnych – R czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie ze SIWZ Zamawiający w w/w pozycjach Pakietu Nr 8 wymaga wyrobów sterylnych.

4. Pytanie dotyczy pakietu nr 8 poz. 15-17. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz.11 i 12 wymaga klasy IIa, w poz. 13 i 14 nie określa wymogów dotyczących Klasy Medycznej.

5. Pytanie dotyczy pakietu nr 8 poz. 15,16,17. Czy Zamawiający dopuszcza minimalną datę ważności 18 miesięcy od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, dla produktów zawierających podłoże transportowe? W/w termin ważności nie utrudnia w żaden sposób pracy zamawiającego.

Zamawiający odpowiada:

Zgodnie z pkt. 6 ppkt. 6.1 SIWZ Zamawiający wymaga, aby dostarczone podłoża miały minimum 12 miesięczny termin ważności licząc od momentu ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

6. Pytanie dotyczy pakietu nr 8 poz. 15. Czy Zamawiający dopuszcza niesterylne pipety Pasteura z polietylenu o długości 83 mm?

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

7. Pytanie dotyczy pkt. 3 ppkt. 6.3 i pkt. 6.5 ppkt. 6 SIWZ. Czy Zamawiający zaakceptuje dokument potwierdzający przeżywalność szczepów wzorcowych w podłożach AMIES w okresie 24 i 48 godzin od pobrania w temperaturze lodówkowej i pokojowej? Dokument ten potwierdza możliwość transportu standardowych mikroorganizmów w czasie 24 i 48 godzin oraz dokument jest w języku polskim.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

8. Pytanie dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pipetę nastawną z wydmuchem o pojemności regulowanej od 500 do 5000 µl.?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

9. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 2 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania bagietek szklanych o średnicy 6 mm i długości 200mm z końcówkami wygładzonymi?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga zaoferowania bagietek szklanych o średnicy 6 mm i długości 200mm z końcówkami wygładzonymi.

10. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 8, 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje deklarację producenta potwierdzającą identyczność wymiarów wszystkich pętli dla opakowania zbiorczego?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

11. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 10 - Czy Zamawiający zaakceptuje sterylne ezy zakończone igłą?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

12. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 12 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wymazówki sterylne w probówkach transportowych f13x165 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

13. Pytanie dotyczy Pakietu Nr 8 poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania woreczki z zapięciem strunowym o wymiarach: 15 cm/10cm lub 18cm/12 cm?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

14. Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku? Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka).

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.