

Elbląg , dnia 04.05.2015r.

Oznaczenie sprawy 58/2015


Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniu 30.04.2015r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę materacy i pokrowców na materace przez okres 18 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Co rozumieją Państwo przez zapis w załączniku nr.2 który jest następujący: Pokrowiec paroprzepuszczalny, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na wszelkie smary, oleje i środki dezynfekcyjne w tym alkoholowe, pranie w temp do 95⁰ C, prasowanie w temp. do 150 ⁰C . Kolor pokrowca żółty.
Czy podany przepis poniżej konserwacji pokrowcy wykonanych z tkaniny jest wystarczający.

Przepis konserwacji materiału B570

Środki dozwolone III
Materiał można poddawać dezynfekcji parowej w temp. 121°C w czasie 20minut, min 50 cykli
Pogorszenia właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizyko-mechanicznych)

Informacja	
	Szamponować przy użyciu gąbki zmoczonej w kąpeli wodnej z dodatkiem środka piorącego
	Maksymalna temperatura prania 95°C. Proces łagodny (min 50 cykli)
	Nie chlorować III (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor)
	Nie czyścić chemicznie III
	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej (suszenie w normalnej temperaturze)
	Nie prasować III (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer)

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający przez zapis rozumie, że:

1. Pokrowiec jest paroprzepuszczalny, wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych, odporny na wszelkie smary, oleje i środki dezynfekcyjne w tym alkoholowe, może być prany w temp. do 95°C i prasowany w temp do 150°C. Kolor pokrowca jest żółty.
2. Karta techniczna lub inny dokument, winien potwierdzać wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry dla poszczególnych pozycji – w tym przypadku pokrowca.