

Oznaczenie sprawy 18/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 2 pakietach : Pakiet nr 1 : Część A - Aparatu do badań ultrasonograficznych -1szt. dla potrzeb Zakładu Radiologii WSZ w Elblągu Część B - Aparatu do badań ultrasonograficznych -1szt. dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego II WSZ w Elblągu Pakiet nr 2 : Aparatu do badań ultrasonograficznych -1szt. dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego WSZ w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia w zakresie obsługi i użytkowania dla personelu medycznego oraz w zakresie obsługi technicznej dla pracowników S.Sprzętu Medycznego ogłoszonego w BZP Numer ogłoszenia: 59061 - 2015; data zamieszczenia: 27.04.2015

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniach 30.04.2015r. i 04.05.2015r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. W związku z dostawą sprzętu aparatów USG, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzenia i integracji (podłączenia) oferowanych urządzeń z systemem informatycznym RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Załącznik nr 1 do SIM Część A - Aparat USG dla Zakładu Kardiologii oraz Część B - Aparat USG dla Oddziału Wewnętrznego II

2. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli parametry techniczne przedmiotu zamówienia w pozycji nr 5 zawarł zapis: „Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania, gdzie możliwość regulacji monitora LCD w zakresie góra/dół dokonywana jest wraz z panelem sterowania? Dodatkowo oferowane przez nas urządzenie jest niewielkich rozmiarów i przy niedużym rozmiarze urządzenia rozwiązanie takie zapewnia optymalną ergonomię użytkowania i nie ma wpływu na jakość wykonywanych na urządzeniu badań.

3. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli parametry techniczne przedmiotu zamówienia w pozycji nr 19 zawarł zapis: Prędkość odświeżania dla CD: min. 260 klatek/sek.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania posiadający prędkość odświeżania dla CD 246 klatek/sek? Różnica zaledwie 14 klatek/sek przy tym parametrze jest pomijalna i nie ma realnego wpływu na jakość wykonywanych na urządzeniu badań

4. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli Parametry Techniczne Przedmiotu zamówienia w pozycji nr 21 zawarł zapis: Możliwość przesunięcia linii bazowej Dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania nie posiadającego możliwości zmiany położenia linii bazowej Dopplera spektralnego po zamrożeniu obrazu? Dodatkowo informujemy, iż możliwość ta zawsze występuje na obrazie rzeczywistym przed zamrożeniem i dla precyzji dokonywanych badań zaleca się ewentualne zmiany linii bazowej właśnie przed zamrożeniem. Dodatkowa możliwość wymagana przez Zamawiającego jest jedynie funkcją ułatwiającą pracę użytkownikowi jednakże w rzeczywistości jej brak nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych na urządzeniu badań, gdyż zmianę linii bazowej winno dokonać przed zamrożeniem a następnie obraz zamrozić.

5. Zamawiający w Części A w tabeli Parametry Techniczne Przedmiotu zamówienia w pozycji nr 32 oraz Części B Parametry Techniczne Przedmiotu zamówienia w pozycji nr 31 zawarł zapis: Rok wprowadzenia platformy na rynek nie wcześniej niż 2013

Pragniemy zauważyć, że na rynku producenci oferują modele aparatów wysokiej klasy, które są aparatami nowoczesnymi ale nie wprowadzonymi na rynek konkretnie w wymaganym przez Zamawiającego terminie

W związku z tym czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego renomowanego światowego producenta w dziedzinie ultrasonografii, którego dany model został wprowadzony na rynek przed rokiem 2013 i który jednocześnie posiada najnowsze oprogramowanie (software) wprowadzone przez producenta w 2014 oraz jest stale modernizowany zgodnie z aktualnie wykorzystywaną technologią i standardami (tzw. Upgrade) w celu zapewnienia najnowszych rozwiązań technologicznych? Oczywiście zgodnie z SIWZ jest aparatem fabrycznie nowym - rok produkcji 2015.

Pragniemy również zauważyć, że dopuszczając powyższe rozwiązanie Zamawiający zwiększa konkurencyjność postępowania a jednocześnie dopuszcza do przetargu aparat wysokiej klasy o parametrach technicznych znacząco przewyższających parametry minimalne określone w SIWZ.

Dodatkowo data wprowadzenia modelu aparatu na rynek nie ma wpływu na jakość przeprowadzanych na urządzeniu badań, gdyż platforma jest na bieżąco dostosowana do obowiązujących standardów.

6. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówieni w pozycji nr 6 zawarł zapis: Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) min 2000 obrazów.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy ultrasonografu, w którym dla wygody operatora i skrócenia czasu obsługi dostęp do pamięci Cine Loop odbywa się na dwa sposoby: 1 sposób - operator ma natychmiastowy dostęp do ostatnich 1000 klatek (operator po zatrzymaniu obrazu w zdecydowanej większości przypadków cofa się do kilkunastu sekund ostatniego badania), 2 sposób - operator może mieć dostęp do nawet 177 sekundowej sekwencji po wciśnięciu dodatkowego klawisza na konsoli?

Proponowany przez nas wybór sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop umożliwia operatorowi o wiele szybszą możliwość dostępu do ostatnich sekund badania.

Zaproponowane rozwiązanie daje Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia pracę lekarzom, którzy nie potrzebują

zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom, Operator może przeglądać dowolne, wybrane przez siebie fragmenty sekwencji

7. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówieni w pozycji nr 7 zawarł zapis: Wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności min 300GB.

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania wyposażony w wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności 250GB? Tym samym pragniemy zauważyć, że oferowane przez nas urządzenie posiada możliwość zapisu danych na zewnętrznych nośnikach pamięci jak np. przenośny dysk HDD lub pamięć pendrive co znacznie zwiększa łączną pojemność magazynu danych, którym jest np. wewnętrzny dysk HDD. Dodatkowo wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemności 250GB jest w większości przypadków wystarczający dla zapewnienia komfortu pracy na urządzeniu.

8. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówieni w pozycji nr 9 zawarł zapis: Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE, wartość powiększenia: min. 16

Prosimy o potwierdzenie, że nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania, posiadający na ekranie powiększanie obrazów zamrożonych z pamięci CINE w stosunku do ich rzeczywistej wielkości 4x oraz tzw. „zoom” obrazu rzeczywistego i zamrożonego 5x czyli łącznie powiększenie do 20x spełni wymóg Zamawiającego w pozycji nr 9?

W praktyce nie korzysta się z powiększenia większego niż 5x bo obraz zostanie zniekształcony i traci właściwości diagnostyczne. Prosimy o dopuszczenie naszego rozwiązania. Nadmieniamy, iż do odpowiedniej oceny diagnostycznej wystarczy powiększenie 5x.

9. Zamawiający w Części A oraz Części B w tabeli Parametry opcjonalne (punktowane) przedmiotu zamówieni w pozycji nr 15 zawarł zapis: Moduł UPS

Prosimy o potwierdzenie, że nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny, w wielu parametrach przewyższający wymagania, posiadający wbudowaną baterię pozwalającą w przypadku nagłego zaniku zasilania na automatyczne przejście systemu w tryb czuwania zachowując wszystkie ustawione parametry, zapamiętując pomiary i wykonane zdjęcia spełni zapis SIWZ w pozycji 15, tj. modułu UPS zintegrowanego z aparatem.

Dodatkowo aparat USG posiada funkcję szybkiego startu z trybu czuwania, co pozwala na szybkie przejście ze stanu czuwania do trybu pracy w zaledwie 15 sekund (tryb Shutdown Standby).

Tym samym informujemy, że funkcja szybkiego startu systemu jest szczególnie przydatna w przypadku przerwy w użytkowaniu na czas transportu aparatu między stanowiskami oraz w przypadku nagłego zaniku zasilania.

10. PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1; część A i część B

Gwarancja/serwis, pkt.6. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, podzespół lub moduł podlega wymianie na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany podzespołu lub modułu, całe urządzenie podlega wymianie na nowe.”

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

11. PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ; część A, pkt. 30

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg wyposażony w głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań tarczycy, piersi o długość czoła głowicy 38,4 mm?

Oferowany przez nas wysokiej klasy aparat USG posiada funkcję poszerzonego obrazowania trapezowego, która działa na żywo, równocześnie z funkcją obrazowania krzyżowego, dzięki czemu głowica nie traci na jakości obrazu, a posiada szersze pole widzenia. Ponadto głowica mniejszym czołem jest bardziej ergonomiczna w codziennym użytkowaniu.

12. PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ; część A, pkt. 4

W nowoczesnych aparatach USG producenci nie określają wartości kanałów odbiorczych tylko wartości procesowych kanałów przetwarzania, w związku z tym bardzo prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego ponad 190000, co stanowi liczbę znacznie przewyższającą od ilości wymaganych przez Zamawiającego kanałów odbiorczych.

13. PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ; część B, pkt. 29

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat usg wyposażony w głowicę liniową wieloczęstotliwościową do badań tarczycy, piersi o długość czoła głowicy 38,4 mm.

Oferowany przez nas aparat posiada funkcję poszerzonego obrazowania trapezowego, która działa na żywo, równocześnie z funkcją obrazowania krzyżowego, dzięki czemu głowica nie traci na jakości obrazu, a posiada szersze pole widzenia. Ponadto głowica z mniejszym czołem jest bardziej ergonomiczna w codziennym użytkowaniu.

14. PAKIET Nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ; część B, pkt. 3

W nowoczesnych aparatach USG producenci nie określają wartości kanałów odbiorczych tylko wartości procesowych kanałów przetwarzania, w związku z tym bardzo prosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego ponad 190000, co stanowi liczbę znacznie przewyższającą od ilości wymaganych przez Zamawiającego kanałów odbiorczych

15. PAKIET Nr 2 Załącznik nr 2 do SIWZ; Pakiet nr 2

Gwarancja/serwis, pkt6. - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, podzespoł lub moduł podlega wymianie na nowy. W przypadku braku technicznej możliwości wymiany podzespołu lub modułu, całe urządzenie podlega wymianie na nowe.”

Urządzenie będące przedmiotem umowy jest zbudowane z niezależnie działających części/modułów. Nieuzasadniona byłaby sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany całego sprzętu, a niesprawna byłaby tylko część urządzenia, którego całość poza tym działa bez zarzutu. Wymiana wadliwego modułu w takich przypadkach chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.

16. Dotyczy wzoru umowy: par. 6 ust. 1

W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W

związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu, co umożliwi Wykonawcy poprawną kalkulację ryzyka i przedstawienie najkorzystniejszej oferty. Ponadto, zwracamy uwagę, iż zgodnie z Kodeksem Cywilnym karę umowną można naliczyć w wypadku zawinionego działania lub zaniechania, więc Wykonawca powinien odpowiadać za zwłokę, nie za opóźnienie. Wykonawca nie powinien odpowiadać za opóźnienie wywołane np. siłą wyższą, działaniem organów administracji. W związku z tym proponujemy, aby w omawianym punkcie słowo „opóźnienie” zastąpić słowem „zwłoka”.

17. Dotyczy wzoru umowy: par. 8

Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze Stron. Naszym zdaniem zawarcie w umowie prawa do natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku uchybienia terminów realizacji pracy, nawet jednodniowego, a także nieokreślonego przypadku „świadczenia niezgodnego z umową” wprowadza nierówność Stron i znacznie zwiększa ryzyko Wykonawcy, co również wpływa na oferowaną cenę urządzenia. Proponujemy, aby przed odstąpieniem Zamawiający wezwał Wykonawcę do usunięcia naruszenia z zagrożeniem odstąpienia od umowy, udzielając mu odpowiedniego terminu. Taka konstrukcja chroni słuszny interes Zamawiającego. Prosimy o następującą modyfikację :

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia , a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie. Przed odstąpieniem od Umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy odpowiedni termin.

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

19. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 pkt. 23:

Zamawiający wymaga: I

23.	Obrazowanie objętościowe (4D) z prędkością maksymalną min. 45 obrazów przestrzennych/sek.	TAK	
-----	---	-----	--

Czy Zamawiający dopuści aparat z prędkością obrazowania objętościowego do 42 obrazów Przestrzennych/sek.

Oferowana wartość obrazowania objętościowego nie odbiega wiele od wartości wymaganej przez Zamawiającego a nie ma wpływu na jakość wykonywanego badania.

20. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 pkt. 31:

Zamawiający wymaga:

31.	Głowica endowaginalna volumetryczna o zakresie częstotliwości min. 5-9 MHz, ilość kryształów piezoelektrycznych min. 150, max. Kącie skanowania min.140 stopni	TAK	
-----	--	-----	--

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w głowicę endowaginalną volumetryczną o wybieralnych częstotliwościach pracy 3,0-8,8 MHz oraz spełniającą wszystkie inne wymagania. Różnica 0,2 MHz w górnej granicy częstotliwości wymaganej przez Zamawiającego nie ma wpływu na jakość wykonywanego badania.

21. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 2 pkt. 33 ppkt χ oraz pkt. 29:

Zamawiający wymaga aby:

„Oprogramowanie wbudowane w aparat lub na zewnętrznym zaoferowanym przez dostawcę komputerze z przesyłem danych i obrazów umożliwiające m.in.:

χ Udostępnianie listy roboczej (DICOM Modality Work List) z tworzonych badań, umożliwiające pobieranie jej przez podłączony ultrasonograf."

Jednocześnie Zamawiający wymaga aby istniała „Możliwość pracy aparatu w systemach PACS i RIS (zintegrowanym z HIS) co jest jednoznaczne z tym, że aparat będzie pobierał Dicom Work List z sieci szpitalnej tak więc nie ma potrzeby aby podwajać tej funkcjonalności.

Komputer zewnętrzny ma służyć do przechowywania i obróbki danych oraz kalkulację wystąpienia wad genetycznych w pierwszym trymestrze życia płodu, według metod zgodnych z zaleceniami FMF i PTG.

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie powyższej funkcjonalności z dostarczanego zewnętrznego komputera.

22. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 oraz 2

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez termin „Przeglądy eksploatacyjne".

23. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 oraz 2 Przeglądy eksploatacyjne pkt 4.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dodatkowych przeglądów eksploatacyjnych w okresie trwania gwarancji czy też po zakończeniu tegoż okresu. Jeżeli po zakończeniu okresu gwarancji to czy koszty mają być wliczone w cenę oferty czy też będą stanowiły odrębną umowę. W trakcie trwania okresu gwarancji wykonywane są przeglądy aparatów wraz z testami bezpieczeństwa elektrycznego.

24. Pytanie dot. Załącznika nr 2 do SIWZ - Pakiet nr 1 oraz 2 Przeglądy eksploatacyjne pkt 4.

Zamawiający wymaga:

4.	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem.	TAK	
----	--	-----	--

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przez wymianę materiałów eksploatacyjnych i uzupełnienie" rozumie materiały niezbędne do wykonania przeglądów.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1.Zamawiający nie wymaga dostarczenia licencji na podłączenie urządzenia i integracji (podłączenia) oferowanych urządzeń z systemem informatycznym RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Wymagana jest możliwość pracy aparatu w systemach PACS i RIS (zintegrowanym z HIS) dowolnych firm, tzn. przygotowanie oferowanego aparatu do spełnienia wszystkich wymagań ustawy o systemach informacji w ochronie zdrowia w zakresie wymiany danych.

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.7. Zamawiający wyraża zgodę.
Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.9. Zamawiający wymaga, aby zanik zasilania sieciowego (spowodowany czynnikami zewnętrznymi lub celowym odłączeniem urządzenia od zasilania sieciowego przez użytkownika w celach transportowych) umożliwił dalszą, normalną eksploatację urządzenia - przewidywane jest "mobilne" wykorzystanie aparatu. Możliwość przejścia w tryb czuwania i zachowania wszystkich ustawionych parametrów w tej sytuacji nie wystarcza.
Zamawiający podtrzymuje zapis specyfikacji
Ad.10. Zdaniem Zamawiającego sformułowanie w tabeli "Gwarancja, serwis" z uwzględnieniem kolumny "Wartość" merytorycznie odpowiada sugestii Wykonawcy. Jeżeli trzykrotnie ulega awarii określony podzespół (blok) urządzenia, przyczyna problemu - z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością - leży poza tym podzespołem. Niezbędna jest wówczas wymiana całego urządzenia.
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji
Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.12. Zamawiający - uwzględniając oczywistą pomyłkę Wykonawcy (pytanie dotyczy p-ktu 3 a nie 4 specyfikacji) - dopuszcza aparat posiadający ponad 190 000 kanałów odbiorczych, co stanowi parametr znacznie przewyższający wymagania zawarte w specyfikacji (min. 40 000 kanałów).
Ad.13. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.14. Zamawiający dopuszcza aparat posiadający ponad 190 000 kanałów odbiorczych, co stanowi parametr znacznie przewyższający wymagania zawarte w specyfikacji (min. 40 000 kanałów).
Ad.15. Zdaniem Zamawiającego sformułowanie w tabeli "Gwarancja, serwis" z uwzględnieniem kolumny "Wartość" merytorycznie odpowiada sugestii Wykonawcy. Jeżeli trzykrotnie ulega awarii określony podzespół (blok) urządzenia, przyczyna problemu - z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością - leży poza tym podzespołem. Niezbędna jest wówczas wymiana całego urządzenia.
Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.
Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.17. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu w § 8 wzoru umowy.
Ad.18. Zamawiający na stronie internetowej www.szpital.elblag.pl zamieścił załączniki w wersji edytowalnej.
Ad.19. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.20. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.21. Zamawiający potwierdza zdublowanie zapisu o udostępnianiu listy roboczej z tworzonych badań w punktach: 29 oraz podpunkcie x punktu 33.
Zamawiający podtrzymuje konieczność dostarczenia oprogramowania umożliwiającego przechowywanie i obróbkę danych oraz kalkulację wystąpienia wad genetycznych w pierwszym trymestrze życia płodu, według metod zgodnych z zaleceniami FMF i PTG.
Ad.22. Tabela "Przeglądy eksploatacyjne" ujmuje wszystkie czynności, które według opinii Wykonawcy muszą być wykonane w okresie trwania gwarancji, aby sprzęt był eksploatowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oczywiście nie ma to nic wspólnego z czynnościami ujętymi w tabeli "Gwarancja, serwis". Wykonawca decyduje o tym, czy dla danego produktu mają mieć zastosowanie, czy nie - wypełniając przedmiotową tabelę.

Ad.23. Zapisy specyfikacji dotyczące przeglądów eksploatacyjnych obejmują tylko okres trwania gwarancji. Co do wymagalności tych przeglądów - patrz odpowiedź w punkcie 4.

Ad.24. Tak. Przez "wymianę materiałów eksploatacyjnych i uzupełnienie" Zamawiający rozumie tylko materiały niezbędne do wykonania niezbędnych przeglądów eksploatacyjnych