

Oznaczenie sprawy 24/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic chirurgicznych i diagnostyczno-ochronnych w 8 pakietach dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu w okresie 18 miesięcy Numer ogłoszenia: 122830 – 2015 ; data zamieszczenia: 25.05.2015r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że w dniach 28.05.2015r. ; 29.05.2015r. i 01.06.2015r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawicy syntetycznej, z neoprenu z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu?
2. Pakiet nr 2 i 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem równomiernie rolowanym bez wzmocnionego brzegu? Firma Ansell wykorzystuje wysoko zaawansowaną technologię produkcji, dzięki której jej rękawice spełniają wymagania użytkowników.
3. Pakiet nr 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu?
4. Pakiet nr 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu? Powierzchnia zewnętrzna rękawicy od wewnętrznej strony dłoni: mikroteksturowana, specjalne pokrycie zapewnia lepszą chwytność, chlorowana i silikonowana; AQL 1,0; zawartość protein <30 µg/g wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 1007%; po starzeniu 858%, grubość ścianki 0,22 mm?
5. Dot. pakietu nr 1,2,3,7 Czy Zamawiający oczekując rękawic „z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni” ma na myśli rękawice o teksturowaniu rękawicy na zewnątrz rękawicy w części chwytnej?
6. Dotyczy pakietu nr 5 Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawiczki nitrylowe lekko teksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach?
7. Dotyczy wymaganych dokumentów dla rękawic z Pakietów 1,2,3,7, i 8 Czy Zamawiający wymaga, aby rękawice z w/w pakietów były testowane elektronicznie w 100% co będzie potwierdzone oświadczeniem Producenta?
8. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 3 wzoru umowy został dodany podpunkt 4) o następującej (lub podobnej) treści: „przekraczającej 3% zmiany średnie go kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy; bądź w

przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%."? Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach takich jak inflacja lub znaczna zmiana kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy.

9. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowa „0,5% wartości brutto danego zamówienia” zostały zastąpione słowami „0,5% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie”? Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niedostarczonego towaru, nie zaś od wartości całego zamówienia. W przeciwnym razie, w przypadku gdyby zwłoka w dostawie dotyczyła tylko części zamówienia, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niedostarczonego towaru, a nawet mogłaby przewyższać wartość niedostarczonego towaru. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego.
10. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także nie niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”
11. Czy Zamawiający zgodzi się odstąpić od wymogu posiadania numeru umowy na fakturze, zamiast tego zgodzi się, aby ten numer znajdował się na dokumencie WZ?

Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, „mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone”. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08, w wyroku z dnia 27 grudnia 2011 r. KIO 2649/11, w wyroku z dnia 17 grudnia 2012 r. KIO 2631/12, KIO 2655/12 oraz w wielu innych orzeczeniach.

12. Dot. Pakietu nr 3 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, jałowej, pudrowanej z zawartością protein poniżej 70 µg/g.

13. Dot. Pakietu Nr 5 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrylowej z teksturą na końcach palców.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. W Pakiecie Nr 1 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawicy syntetycznej, z neoprenu z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu.

Ad.2. W Pakietach nr 2 i 3 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem równomiernie rolowanym bez wzmocnionego brzegu.

Ad.3. W Pakiecie nr 7 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu.

Ad.4. W Pakiecie nr 8 Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawicy z mankietem prostym zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną zapewniającą rękawicy doskonałe utrzymywanie się na rękawie fartucha nawet przez długi czas trwania zabiegu. Powierzchnia zewnętrzna rękawicy od wewnętrznej strony dłoni: mikroteksturowana, specjalne pokrycie zapewnia lepszą chwytność, chlorowana i silikonowana; powierzchnia wewnętrzna rękawicy pokryta poliuretanem i silikonowana; AQL 1,0; zawartość protein <30 µg/g wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem 1007%; po starzeniu 858%, grubość ścianki 0,22 mm.

Ad.5. Dot. pakietu nr 1,2,3,7 Tak, Zamawiający oczekując rękawic „z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni” ma na myśli rękawice o teksturowaniu rękawicy na zewnątrz rękawicy w części chwytnej.

Ad.6. W pakiecie nr 5 Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawiczki nitrylowe lekko teksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach.

Ad.7. Zamawiający nie określił i nie wymaga aby rękawice były testowane elektronicznie.

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.12. Zamawiający w Pakiecie nr 3 dopuszcza do zaoferowania rękawicę chirurgiczną, jałową, pudrowaną z zawartością protein poniżej 70 µg/g.

13. Zamawiający w Pakiecie Nr 5 dopuszcza do zaoferowania rękawicę diagnostyczną nitrylową z teksturą na końcach palców.