

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIEŃIA DO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZAKUP RĘKAWIC CHIRURGICZNYCH I DIAGNOSTYCZNO OCHRONNYCH W 8 PAKIETACH NA 18 MIESIĘCY

Arkusz asortymentowo-cenowy

Nr paki tu	Asortyment	Rozmiar	J.m.	Ilość potrzebna na 18 m-cy	Cena jednostkowa netto- para/opakowa nie	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto	Wytwórca/Nazwa handlowa
A	B	C	D	E	F	G=(EXF)	H	I =(G+H)	J
1.	Rękawice chirurgiczne, jałowe, z tworzyw sztucznych, nie zawierające lateksu, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, lub mankietem zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, spełniające normy PN EN 455-1-2-3 PN EN 556	6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	1 para	4500 par					
2.	Rękawice chirurgiczne, jałowe; dwuwarstwowe - z lateksu z wewnętrzną warstwą polimerową, lub trójwarstwowe , obustronnie polimeryzowane, o zawartości protein w lateksie poniżej 60 mikrogramów na gram, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni lub teksturowane na całej powierzchni , bezpudrowe, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, spełniające normy PN EN 455-1-2-3 i PN EN 556	6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	1 para	60 000 par					
3.	Rękawice chirurgiczne, jałowe; z lateksu o zawartości protein poniżej 60 mikrogramów na gram, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni, pudrowane mączką kukurydzianą, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, spełniające normy PN EN 455-1-2-3 i PN EN 556 . Zamawiający dopuszcza do zaoferowania rękawicę chirurgiczną, jałową, pudrowaną z zawartością protein poniżej 70 µg/g	6,0; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	1 para	190 000 par					

4.	Rękawice diagnostyczne niesterylne; z polichlorku winylu, gładkie, bezpudrowe, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, spełniające wymogi norm EN 455-1-2-3; a = 100 szt	S; M; L	1 op. à 100 szt.*	15 000 opakowań					
5.	Rękawice diagnostyczne niesterylne; nitylowe, teksturowane - dopuszcza się lekko teksturowane z dodatkową wyraźną teksturą na palcach, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, spełniające wymogi norm EN 455-1-2-3; a=100 szt	S; M; L	1 op. à 100 szt.*	10 000 opakowań					
6.	Rękawice diagnostyczne niesterylne, z lateksu o zawartości protein poniżej 150 mikrogramów na gram, gładkie, pudrowane mączką kukurydzianą, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, spełniające normy PN EN 455-1-2-3, a = 100 szt	S; M; L	1 op. à 100 szt.*	20 000 opakowań					
7.	Rękawice mikrochirurgiczne jałowe z lateksu o grubości ścianki palców 0,16-0,18mm, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, z teksturowaną wewnętrzną powierzchnią dłoni, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, lub mankietem zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie, spełniające normy PN EN 455-1-2-3 i PN EN 556	8,5	1 para	3600 par					
8.	Rękawice do zabiegów ortopedycznych, lateksowe, bezpudrowe, o grubszych ściankach, powierzchni teksturowanej, z mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, lub mankietem zakończonym listwą (taśmą) adhezyjną, o kształcie anatomicznym zróżnicowanym na prawą i lewą dłoń, AQL <u>poniżej</u> 1,5; zawartość protein <50µg/g, spełniające normę PN EN 455-1-2-3; EN 556	6,0; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	1 para	13 500 par					

.....
data i podpis
Wykonawcy

*** dla opakowań zawierających inną ilość rękawic, oferta musi zawierać proporcjonalnie wyliczoną ilość opakowań**

Oprócz dokumentów wymaganych ustawowo (deklaracja zgodności), spełnienie wymagań opisanych w SIWZ ma być potwierdzone dokumentami wytwórcy rękawic.

WSZ Elbląg wymaga próbek rękawic w celu przeprowadzenia oceny organoleptycznej i użytkowej według warunków opisanych poniżej. Dla pakietów 1, 2, 3, 7, i 8 należy dostarczyć po 5 par rękawic w rozmiarze 8,5.

Zamawiający przeprowadzi organoleptyczną i użytkową ocenę dostarczonych próbek rękawic.

W przypadku stwierdzenia następujących braków:

1. Obecność w opakowaniu jednostkowym dwóch rękawic prawych bądź lewych.
2. Nieciągłość rękawicy - widoczne miejscowe zróżnicowanie grubości, obecność grudek surowca, mechaniczne uszkodzenie lub otwory powstałe w procesie wytwarzania.
3. Sklejenie rękawic z opakowaniem
4. Brak teksturowania wewnętrznej powierzchni dłoni
5. Rozdarcie rękawicy w trakcie nakładania
6. Rażąca niezgodność kształtu rękawicy z anatomicznym kształtem dłoni - zbyt długie palce rękawicy.
7. Porażenie prądem operatora w trakcie elektrokoagulacji podczas zabiegu operacyjnego.
8. Sklejania wewnętrznych powierzchni rękawicy, uniemożliwiającego prawidłowe założenie.

Nastąpi odrzucenie oferty w zakresie całego pakietu.