

Oznaczenie postępowania 21/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2015 r. pod numerem 2015/S 099-179057 na dostawę odczynników oraz odczynników z dzierżawą aparatów w 10 pakietach dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych aparatów – dotyczy Pakietu nr 2 i 10.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 5 Wykonawców w wymaganym terminie tj. do 01.06.2015 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 1% do 0,5% za dzień zwłoki?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 2

Dotyczy wzoru umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 2 dni roboczych do 5? Nie jest możliwe wyprodukowanie przedmiotu zamówienia i przeprowadzenie jego rzetelnej kontroli jakości w tak krótkim czasie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 kriobanku w wielkości opakowania a 80 szt.?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę i zmienia wielkość opakowania na 80-100 szt.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu 1: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby ostatni krążek znakowany był symbolem „X”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie odstąpi od powyższego wymogu.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu 1: Zgodnie z wytycznymi EUCAST na okrągłej płytce z podłożem o średnicy 90 mm nie może być położone więcej aniżeli 6 krążków z antybiotykiem. Również w zaleceniach CLSI jest jednoznaczne stwierdzenie, że krążki muszą być tak ułożone aby odległość między nimi

(mierzone od środków krążków) nie była mniejsza aniżeli 24 mm. Ten podstawowy warunek prawidłowego pomiaru strefy zahamowania pomiaru nie może być spełniony przy nałożeniu dyspenserem 8-u krążków na płytkę z podłożem o średnicy 90 mm.

Pytanie: Czy zatem w oparciu o powyższe zamawiający zgodzi się na zaoferowanie dyspenserów 6-cio pozycyjnych jako zgodnych z obowiązującymi przepisami w miejsce dyspenserów 8-o pozycyjnych, których stosowanie do klinicznych celów diagnostycznych nie jest wskazane?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 asortymentu niebędącego zarejestrowanym wyrobem medycznym? Przedmiot zamówienia nie jest przeznaczony do diagnostyki *in vitro*, w związku z tym nie istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 20 maja 2010 r., o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.).

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 6 podłoża zgodnie z załączoną metodyką? (metodyka załączona w Załączniku do zapytań)

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 płytek odciskowych o średnicy 55mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by płytki były pakowane zbiorczo po 20 szt. w opakowaniu?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży zawierających krew z minimalnym terminem ważności 4-6 tyg., pozostałych – 6-8 tyg.?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ, czyli wymaga minimalnego terminu ważności: dla podłoży gotowych z dodatkiem krwi – 6 tygodni, dla podłoży gotowych bez dodatku krwi – 8 tygodni.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wydzieli poz. 43-45 do innego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów oraz pozwoli Zamawiającemu na wybranie lepszej oferty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli poz. 43-45 do innego pakietu.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 2: Czy Zamawiający wydzieli dzierżawę aparatu do innego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów oraz pozwoli Zamawiającemu na wybranie lepszej oferty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli dzierżawy aparatu do innego pakietu.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1, 3-7 testów do określania MIC wykonanych z trwałej bibuły? Zgodnie z informacją producenta testy bibułowe zapewniają lepsze przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (bibuła, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalna dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie antybiotyku do podłoża. Paski bibułowe nakłada się szybciej oraz lepiej i nie wymagają dodatkowego oprzyrządowania.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14

Dotyczy Pakietu 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 8-21 i utworzy dla nich osobny tematyczny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli poz. 8-21 i nie utworzy dla nich osobnego Pakietu.

Pytanie nr 15

Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 4, 6 i 9 i utworzy dla nich osobny pakiet?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli poz. 4, 6 i 9 i nie utworzy dla nich osobnego Pakietu.

Pytanie nr 16

Dotyczy Pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 7 osocza króliczego w wielkości opakowania 1 x 5ml lub 10x 2 ml, a jeśli tak proszę podać która wielkość opakowania jest akceptowana.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 17

Dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 14-17 i utworzy dla nich osobny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli poz. 14-17 i nie utworzy dla nich osobnego Pakietu.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 i 20 odczynnika w próbowce?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19

Dotyczy Pakietu 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu poz. 21-25 i utworzy dla nich osobny pakiet tematyczny? Zwiększy to konkurencyjność ofert oraz pozwoli na udział w postępowaniu większej liczbie Oferentów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli poz. 21-25 i nie utworzy dla nich osobnego Pakietu.

Pytanie nr 20

Dotyczy Pakietu 10: Czy Zamawiający wydzieli dzierżawę aparatu do innego pakietu? Pozwoli to na przystąpienie do przetargu większej liczbie Oferentów oraz pozwoli Zamawiającemu na wybranie lepszej oferty.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli dzierżawy aparatu do innego Pakietu.

Pytanie nr 21

Dotyczy Pakietu 9 poz. 8: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania test do oznaczania indolu w formie ciekłego roztworu do 140 oznaczeń i czy w związku z tym należy zaoferować 2 takie opakowania?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 22

Dotyczy Pakietu nr 7 i 8 Załącznik Nr 7 i 8 - Arkusz asortymentowo-cenowy – wymagania: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie podłoży na płytkach, które są zapakowane w szczelną, fabrycznie zgrzewaną folię z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa mikrobiologicznego bez żadnego negatywnego wpływu na jakość podłoży mikrobiologicznych.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 8 Załącznik Nr 8 - Arkusz asortymentowo-cenowy – wymagania: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie podłoży płynnych do systemu BD Bactec FX 200 z terminem ważności 6 miesięcy.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24

Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 15 - §2 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych w §2 ust.2 i wydłuży termin dostawy do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 25

Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy poprzez wprowadzenie w §2 zapisu następującej treści „*Termin dostawy „cito” w ciągu 2 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego*”.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 26

Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 15: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Zgodnie z opinią UZP instytucja prawa zakłada, że zamawiający każdorazowo określa minimalny poziom zamówienia, który zostanie na pewno zrealizowany, co pozwala wykonawcom na rzetelne i właściwe dokonanie wyceny oferty, wskazując jednocześnie dodatkowy zakres, którego realizacja jest uzależniona od wskazanych w kontrakcie okoliczności i stanowi uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi on skorzystać. W orzeczeniu Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 stycznia 2008 r. (sygn. akt KIO/UZP 22/07) Izba wskazała, że niedopuszczalną praktyką jest określenie przez zamawiającego jedynie górnej granicy swojego zobowiązania, bez wskazania nawet minimalnej ilości, czy wartości, którą na pewno wyda na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. „Taki sposób określenia przedmiotu zamówienia nie spełnia wymogów art. 29 ust 2 ustawy Pzp, który nakazuje, aby, przedmiot zamówienia był opisany w sposób wyczerpujący i konkretny”, izba uznała ponadto w tym przypadku, że „zamawiający zastosował praktykę handlową, która pozostawia wykonawcę w niepewności, co do zakresu, jaki uda mu się zrealizować w ramach umowy, oraz uniemożliwia kalkulację ceny umownej. W efekcie na wykonawcę zostaje przerzucone całe ryzyko gospodarcze kontraktu, co z kolei stoi w sprzeczności z zasadą równości stron umowy”. Instytucja prawa opcji pozwala zatem na precyzyjne określenie poziomu zamówienia, który zostanie przez zamawiającego zrealizowany, co pozwala wykonawcom na prawidłowe dokonanie wyceny oferty (por. wyrok KIO z dnia 23 lipca 2010 r., sygn. akt IKIO/UZP 1447/10, wyrok KIO z dnia, sygn. akt KIO/UZP 2376/10).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie nr 27

Dotyczy projektu umowy Załącznik nr 15: W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu, w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbędostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma zamiar zrealizować takie ilości, jakie zostały podane w SIWZ w Załącznikach nr 1-10 w kolumnie E (Ilość). Zamawiający określił ilości jakie potrzebuje na okres 24 miesięcy i takie ilości zamierza kupić.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie do projektu umowy powyższego zapisu.

Pytanie nr 28

Dot. pakietu 4 poz. 1-8: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez te produkty deklaracji zgodności ze znakiem CE, wymagane odczynniki nie zostały przez wytwórcę zakwalifikowane jako wyroby medyczne do diagnostyki in vitro w związku z tym nie posiadają wymaganych dokumentów i Wykonawca nie ma możliwości dołączenia ich do oferty, Wykonawca złoży stosowne oświadczenie? Uzasadnienie: o klasyfikacji wyrobów odczynników

wg Dyrektywy nr 98/79/EU lub 93/42/EU decyduje wytwórca danego wyrobu. **Wyroby niesklasyfikowane jako wyroby medyczne nie podlegają Ustawie o Wyrobach Medycznych (w związku z powyższym nie są oznaczone znakiem CE i nie podlegają rejestracji). Polskie prawo nie narzuca obowiązku posiadania specjalnych dopuszczeń dla takich wyrobów.**

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający odstępuje od powyższego wymogu dla Pakietu nr 4 poz. 1-8.

Pytanie nr 29

Dotyczy pakietu 2; pakietu 3, pakietu 4 i pakietu 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty wymaganych metodyk, opisu przedmiotu zamówienia w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie lub w formie elektronicznej?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty wymaganych metodyk, opisu przedmiotu zamówienia w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie.

Pytanie nr 30

Dotyczy pakietu 2; pakietu 3, pakietu 4 i pakietu 6: Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku SIWZ: „Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy" oraz w przypadku pakietu 2 Zamawiający wymaga dostarczenia w wersji drukowanej dla wszystkich produktów objętych umową, metodyk i kart charakterystyki preparatu niebezpiecznego, w języku polskim, które zostaną dołączone do pierwszej dostawy oraz kolorowe foldery do odczytu podłóż chromoagarowych", jeśli Wykonawca dołączy do oferty ww. dokumenty i odstąpi od wymogu dostarczania ich wraz z pierwszą dostawą? Uzasadnienie: w trakcie realizacji kontraktu system magazynowy oraz pracownicy Wykonawcy, nie są w stanie zidentyfikować, które zamówienie jest składane jako pierwsze zamówienie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 31

Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w okresie dzierżawy 24 godziny w dni robocze od zgłoszenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 32

Czy w pakiecie 2 w pozycji 18: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie podłoża Mueller Hinton E do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33

Czy w pakiecie 2 w pozycji 37: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogenne do wstępnej identyfikacji *Clostridium difficile* z odczytem kolonii po 24 godzinach inkubacji nie wymagającym użycia żadnych przyrządów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, więc jeśli nie określił to nie wymaga.

Pytanie nr 34

Czy w pakiecie 2 w pozycji 43: należy wymienić i oddzielnie wycenić (odpowiednio rozszerzając tabelę) poszczególne odczynniki: fiolet krystaliczny, płyn Lugola oraz fuksynę z odbarwiaczem służące do barwienia metodą Grama w oferowanym systemie automatycznym?

Zamawiający odpowiada

Tak, należy wymienić i oddzielnie wycenić.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakietu 2: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zaoferowania wraz z odczynnikami do automatycznego barwienia metodą Grama, wody destylowanej i alkoholu z uwagi na fakt że woda jest produktem powszechnie dostępnym w szpitalu, natomiast sprzedaż alkoholu wymaga posiadania odpowiedniej koncesji i w związku z tym jest on przedmiotem odrębnych postępowań przetargowych i dostarczany jest przez firmy specjalizujące się w odczynnikach chemicznych posiadających odpowiednia koncesję.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający odstąpi od powyższego wymogu.

Pytanie nr 36

Czy Zamawiający w pakiecie 2: wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu do barwienia metodą Grama z rotorem pozwalającym na umieszczenie od 1 do 12 preparatów?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Zamawiający w Załączniku nr 2C w pkt 3 określił: Aparat wyposażony w rotor do barwienia minimum 1-10 preparatów i z dodatkowym pojemnikiem na odpady. W związku z tym 1-12 preparatów mieści się w granicy minimum 1-10 preparatów.

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający w pakiecie 2 w pozycjach 9 oraz 31: wymaga zaoferowania podłoża chromogennego umożliwiającego bezpośrednią identyfikację Escherichia coli oraz wstępną identyfikację następujących gatunków lub rodzajów bakterii: Enterococcus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter (KESC), Proteus, Providencia, Morganella (Proteeae)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, więc jeśli nie określił to nie wymaga.

Pytanie nr 38

Pakiet 2, 3, 6: Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczania z każdą dostawą certyfikatu kontroli jakości, w przypadku gdy wszystkie certyfikaty umieszczone są w Bibliotece Technicznej na stronie internetowej oferenta, do której Zamawiający ma całodobowy, bezpłatny dostęp?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 39

Czy w pakiecie 3 w pozycji 3: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża chromogennego do wstępnej identyfikacji Clostridium difficile z odczytem kolonii po 24 godzinach inkubacji nie wymagającym użycia żadnych przyrządów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, więc jeśli nie określił to nie wymaga.

Pytanie nr 40

Czy w pakiecie 3 w pozycji 5: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża do wykrywania i różnicowania Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium opornych na Vankomycynę?

Zamawiający odpowiada

Tak.

Pytanie nr 41

Czy w pakiecie 3 w pozycji 6: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży do oznaczania czystości środowiska posiadających inhibitory minimum 4 podstawowych grup środków dezynfekcyjnych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 42

Czy w pakiecie 3 w pozycji 8: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoża z krwią ludzką?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, więc jeśli nie określił to nie wymaga.

Pytanie nr 43

Czy Zamawiający do pakietu 2: wymaga dołączenia minimum 3 opinii dotyczących aparatu do barwienia metodą Grama, dotychczasowych użytkowników oferowanego systemu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie określił w SIWZ, więc nie wymaga.

Pytanie nr 44

Czy w pakiecie 2 w pozycji 10 oraz w pakiecie 3 pozycja 6: Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży do badania czystości środowiska posiadających bezpieczne zamknięcie płytki zabezpieczające pobrany materiał przed kontaminacją?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, więc jeśli nie określił to nie wymaga.

Pytanie nr 45

Czy Zamawiający wyraża zgodę na pominięcie (niewycenianie) pozycji 7 (klipsy do worka) w pakiecie 4, w przypadku gdy oferent posiada zestawy generatorów posiadające klipsy zamykające worek w zestawie?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 46

Czy w pakiecie 6: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie testów do oznaczania wartości MIC pakowanych pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk lub w blistrach po 3 sztuki w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 47

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na odczynniki z następującymi terminami ważności:

a. podłoża gotowe z dodatkiem krwi min. 4-5 tygodni? - dotyczy Pakiet 2 Wymagania punkt 2

Podłoża bakteriologiczne tirt 9

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

b. podłoża gotowe bez dodatku krwi min. 6-8 tygodni? - dotyczy Pakiet 2 Wymagania punkt 2

Podłoża bakteriologiczne tirt 9

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

- c. podłoże poz. 19 min. 4-5 tygodni? - dotyczy Pakiet 2 Wymagania punkt 2 Podłoża bakteriologiczne turet 9
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- d. barwniki- min. 4-6 miesięcy? - dotyczy Pakiet 2 Wymagania punkt 2 Podłoża bakteriologiczne turet
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- e. Podłoża w probówkach min. 4-6 miesięcy? - dotyczy Pakiet 2 Wymagania punkt 3 Podłoża płynne w probówkach turet 2
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- f. podłoża gotowe z dodatkiem krwi min. 4-5 tygodni? - dotyczy Pakiet 3 Wymagania punkt 2 Podłoża bakteriologiczne turet 6
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- g. podłoża gotowe bez dodatku krwi min. 6-8 tygodni? - dotyczy Pakiet 3 Wymagania punkt 2 Podłoża bakteriologiczne turet 6
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- h. Podłoża w probówkach min. 4-6 miesięcy? dotyczy Pakiet 3 Wymagania punkt 3 Podłoża płynne w probówkach turet 2
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- i. poz. 1-8 min. 7 miesięcy? - dotyczy Pakiet 4 Wymagania punkt 3
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- j. podłoża gotowe z dodatkiem krwi min. 4-5 tygodni? - dotyczy Pakiet 6 Wymagania punkt 3 Podłoża turet 6
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- k. podłoża gotowe bez dodatku krwi min. 6-8 tygodni? - dotyczy Pakiet 6 Wymagania punkt 3 Podłoża turet 6
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.
- l. pozostałe produkty min. 6 miesięcy?— dotyczy Pakiet 6 Wymagania punkt 5
Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 48

Dotyczy §2 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie ustalić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po Stronie Zamawiającego, w związku z czym prosimy o modyfikację.

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49

Dotyczy §2 ust. 7 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych odczynników, określający spełnienie wymagań wg EUCAST, jeśli Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobowy dostęp do strony internetowej na której będą się znajdowały wymagane dokumenty - dla przedmiotu zamówienia z Pakietu nr 3 i 6 oraz odpowiednio zmieni zapisy projektu umowy: „Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych odczynników, określający spełnienie wymagań wg EUCAST lub zapewni dostęp do strony internetowej - dla przedmiotu zamówienia z Pakietów nr 3, 6, 8, 10”?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie odstąpi od wymogu z §2 ust. 7.

Pytanie nr 50

Dotyczy §4 ust. 3 pkt 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany”?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51

Dotyczy §4 ust. 5 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52

Dotyczy §4 ust. 6 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.”?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53

Dotyczy §5 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr. w terminiedni kalendarzowych (nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych) od daty prawidłowego wystawienia faktury. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.”?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 54

Dotyczy §6 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od

Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia."?

Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 55

Dotyczy §6 ust. 4 umowy sprzedaży (Załącznik nr 15 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zamawiający zastrzega, że na wypadek opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przekraczającego 5 dni roboczych po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo dokonania zakupu uzupełniającego niezrealizowanej części zamówienia u innego dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca."?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 56

Dotyczy §2 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie telefonicznej formy składania zamówień? Uzasadnienie: Wykonawca nie jest w stanie telefonicznie ustalić tożsamości osoby upoważnionej do składania zamówień po Stronie Zamawiającego, w związku z czym prosimy o modyfikację.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Dotyczy §2 ust. 7 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dołączania do każdej dostawy certyfikatu kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych odczynników, określający spełnienie wymagań wg EUCAST, jeśli Wykonawca zapewni Zamawiającemu całodobowy dostęp do strony internetowej na której będą się znajdowały wymagane dokumenty - dla przedmiotu zamówienia z Pakiet nr 2 oraz odpowiednio zmieni zapisy projektu umowy: „Wykonawca do każdej dostawy dołączy certyfikat kontroli jakości dla każdej serii dostarczonych odczynników, określający spełnienie wymagań wg EUCAST lub zapewni dostęp do strony internetowej - dla przedmiotu zamówienia z Pakietów nr 2, 10"?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie odstąpi od wymogu z §2 ust. 7.

Pytanie nr 58

Dotyczy §4 ust. 3 pkt 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „stawki podatku od towarów i usług - wynagrodzenie Wykonawcy w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia zmienia się stosownie do ceny brutto wynikającej z nowej stawki począwszy od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany"?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59

Dotyczy §4 ust. 5 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60

Dotyczy §4 ust. 6 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zajścia okoliczności wymienionych w ust. 3 zostaną wprowadzone aneksem do umowy, przy czym Stronom przysługuje prawo rozwiązania umowy za 30-dniowym pisemnym wypowiedzeniem, jeżeli w wyniku zmian opisanych w ust. 3 wynagrodzenie Wykonawcy wzrośnie o więcej niż 5% w odniesieniu do niezrealizowanej części zamówienia, a do zakończenia umowy pozostaje okres dłuższy niż 6 miesięcy.”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61

Dotyczy §5 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr:w terminie dni kalendarzowych (nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych) od daty prawidłowego wystawienia faktury. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 62

Dotyczy §6 ust. 1 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 1% wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień opóźnienia.”?

Uzasadnienie: Kara winna być liczona od części nienależytej realizacji zamówienia. Jeśli np. Wykonawca dostarczy 9 z 10 opakowań w terminie, a z uwagi na chwilowy brak asortymentu w magazynie 1 opakowanie dostarczy z jednodniowym opóźnieniem, to kara umowna liczona od wartości całego zamówienia jest karą nieuzasadnioną. Prosimy, by kara ta była liczona od faktycznie dostarczonego towaru z opóźnieniem.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 63

Dotyczy §6 ust. 4 umowy sprzedaży (Załącznik nr 16 do SIWZ): Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na: „Zamawiający zastrzega, że na wypadek opóźnienia w dostawie przedmiotu umowy przekraczającego 5 dni roboczych po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy będzie miał prawo dokonania zakupu uzupełniającego niezrealizowanej części zamówienia u innego dostawcy. Różnicą w cenie zostanie obciążony Wykonawca.”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 64

Dotyczy Załącznik nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych a nie dwóch?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65

Dotyczy Załącznik nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawy towarów w dni robocze w godz. 7:30-12:00? Najszybsza dostawa towaru przez firmę kurierską mieści się w godz. 7:30-12:00.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Dostawa towaru ma się odbywać w godzinach: 7:30 - 11:00.

Pytanie nr 66

Dotyczy Załącznik nr 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby producent nie załączał certyfikatów kontroli jakości podłoży mikrobiologicznych wraz z towarem, lecz udostępnił je na swojej stronie internetowej?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 67

Dotyczy Załącznik nr 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie aparatu w ciągu 45 dni od podpisania umowy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 68

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji nr 38 na zaoferowanie podłoża, które nie jest przeznaczone tylko do diagnostyki in vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek jego rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 69

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy w pozycji nr 21 nie nastąpiła pomyłka w nazwie? Prosimy o podanie składu podłoża.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający popełnił błąd w nazwie w poz. 21, w związku z tym Zamawiający wprowadza zmianę w nazwie na następującą: Podłoże Agar czekoladowy z Isovitaleksem lub poliviteksem z bacytracyną do hodowli Haemophilus.

Pytanie nr 70

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 21 podłoża agarowego z poliviteksem z bacytracyną i dodatkiem antybiotyków umożliwiającym wzrost Haemophilus a hamującym wzrost Neisseria?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 71

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczaniu na płytce godziny rozlania, daty ważności, numer serii produkcji, skróconej nazwy podłoża, nr katalogowego oraz nazwy producenta?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 72

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 10 podłoża, gdzie nadruk umieszczony jest na pokrywce, a nie na denku?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 73

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla podłoży gotowych z dodatkiem krwi wynoszący 5 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla podłoży gotowych bez dodatku krwi wynoszący 7 tygodni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 75

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 33 wynoszący 18 dni od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 76

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 15 wynoszący 4 tygodnie od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 77

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach szklanych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga podłoży w probówkach szklanych. Mogą być w probówkach szklanych lub plastikowych.

Pytanie nr 78

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach plastikowych okrągło dennych, zamykanych plastikowym wciskany korkiem?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 79

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem zawierającym: datę ważności, numer serii produkcji, skróconą nazwę podłoża, nr katalogowy oraz nazwę producenta?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 80

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 32, 33 podłoża z 7-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 31 podłoża z 5-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 83

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 34, 40 i utworzy dla nich oddzielny pakiet?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wydzieli z pakietu pozycji 34, 40 i nie utworzy dla nich oddzielnego pakietu.

Pytanie nr 84

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający w pozycji 40 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu, gdzie jedno opakowanie wynosi 5 sztuk i pozwoli na zaoferowanie 20 takich opakowań?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 85

Dotyczy Załącznik nr 2A: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji aparatu do barwienia w języku angielskim, a w języku polskim zaraz po podpisaniu umowy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86

Dotyczy Załącznik nr 2C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na reakcję serwisu w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 87

Dotyczy Załącznik nr 2C: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fabrycznie nowego aparatu, rok produkcji 2014?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 88

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający w pozycji nr 5 wymaga podłoża chromogennego wykrywającego szczepy odporne na wankomycynę? Jeśli nie, prosimy podać skład.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wymaga i w związku z tym zmienia opis w poz. nr 5.

Pytanie nr 89

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na minimalny termin ważności dla pozycji nr 9 wynoszący 4 tygodnie od daty dostarczenia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 90

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 19 podłoża z 18-dniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 91

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podłoży w probówkach szklanych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga podłoży w probówkach szklanych. Mogą być w probówkach szklanych lub plastikowych.

Pytanie nr 92

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach plastikowych okrągło dennych, zamykanych plastikowym wciskany korkiem?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 93

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży w probówkach oznaczonych trwałym nadrukiem zawierającym: datę ważności, numer serii produkcji, skróconą nazwę podłoża, numer katalogowy oraz nazwę producenta?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 94

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę w pozycji nr 13, 24 na zaoferowanie produktów, które nie są przeznaczone tylko do diagnostyki in vitro w związku z tym nie istnieje obowiązek ich rejestracji w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 95

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczanie na płycie godziny rozlania, daty ważności, numer serii produkcji, skróconej nazwy podłoża, nr katalogowego oraz nazwy producenta?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 96

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 6 podłoża, gdzie nadruk umieszczony jest na pokrywie anie na denku?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 97

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłoży z dodatkiem krwi z 5- tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 98

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 8 podłoża z 4-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 99

Dotyczy Załącznik nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 4, 17 podłoży z 7-tygodniowym terminem ważności?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 100

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie tylko wykazu dostaw odczynników w zakresie Pakietu nr 2 zamiast wykazu dostaw dot. dostawy odczynników z dzierżawą aparatu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 101

Dotyczy SIWZ i umowy: Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia po podpisaniu umowy szczegółowej kalkulacji tj. koszty wynagrodzenia oraz wysokość składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne jeżeli Wykonawca zagwarantuje stałość cen przez cały okres związania umową?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie odstąpi od wymogu § 4 ust. 7 umowy oraz pkt 3 ppkt 15 SIWZ.

Pytanie nr 102

Dotyczy SIWZ pkt 6.9. ppkt 5: Czy przykładowy Certyfikat kontroli jakości ma zostać dołączony wraz z ofertą tylko dla podłoża Mueller Hinton z Pakietu nr 2?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga załączenia do oferty przykładowych certyfikatów kontroli jakości podłoża/ dla szczepów wzorcowych oraz krążków antybiotykowych zalecanych przez EUCAST – dla podłoża Muller Hinton z Pakietu nr 2, 6, 10.

Pytanie nr 103

Dotyczy SIWZ: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedstawienie opinii dotyczącej nie dzierżawy a dostawy apartów/ urządzeń?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga żadnych opinii odnośnie dzierżawy aparatu. Zamawiający wymaga wykazu dostaw odczynników dla Pakietu nr 1, 3-9 oraz wykazu dostaw odczynników wraz z dzierżawą aparatu dla pakietu 2 i 10 oraz załączeniem dowodów, że dostawy te zostały wykonane należycie.

Pytanie nr 104

Dotyczy Pakietu nr 5: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 13, 14, 15, i 16 do osobnego Pakietu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się na wydzielenie pozycji 13, 14, 15, i 16 do osobnego Pakietu.

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie aparatu używanego z 2014 roku, po pełnym przeglądzie serwisowym, objętym pełną gwarancją przy zachowaniu wymaganych przez Zamawiającego warunkach serwisowych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w pakiecie nr 10 w arkuszu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 10) w pozycji 1 była podana cena za 1 opakowanie krążków pakowanych po 200 sztuk i przeliczona odpowiednio wartość za sumę wymaganych krążków. Lista dostępnych krążków wraz z numerami katalogowymi byłaby dołączona jako oddzielny załącznik.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 107

Czy Zamawiający udostępni wersje edytowalne formularzy uzupełnianych przez Wykonawcę?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający udostępni wersje edytowalne formularzy, jeżeli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z taką prośbą.