

Oznaczenie postępowania 21/2015

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamie-  
szczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.05.2015 r.  
pod numerem 2015/S 099-179057 na dostawę odczynników oraz odczynników z dzierżawą  
aparatów w 10 pakietach dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego oraz  
przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Bakteriologicznego oraz pracowników  
personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie  
obsługi dzierżawionych aparatów – dotyczy Pakietu nr 2 i 10.**

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia w dniu 03.06.2015 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

**Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.06.2015 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).**

**Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:**

**- pkt 6.9. SIWZ (str. 13 SIWZ) dopisuje się nowy pkt 8 o następującym brzmieniu:**

8. Zamawiający dopuszcza, aby dokumenty z pkt 6 i 7 były załączone do oferty w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie.

**- pkt 11. ppkt 6 SIWZ (str. 17 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem: „OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na dostawę odczynników i odczynników z dzierżawą aparatów dla potrzeb Laboratorium Bakteriologicznego w 10 pakietach – 21/2015” – nie otwierać przed dniem 29.06.2015 r. godz. 10<sup>30</sup>.

**- pkt 12. ppkt 1, 2 SIWZ (str. 17 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:**

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 29.06.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 29.06.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

**- Załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. 12 (str. nr 24) zmienia się: wielkość opakowania na 80-100 szt.**

**- Załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 1, pkt 1 wymagań (str. nr 25) otrzymuje nowe brzmienie:**

1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z dn. 17.06.2010r.), z wyjątkiem poz. nr 12.

- **Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. 6, 18, 21, 40 (str. nr 27, 28, 30) zmieniają się na:**
  - 6. Podłoże chrom – agar do wykrywania i różnicowania *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium* opornych na Vankomycynę
  - 18. Muller Hinton II lub E Agar do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST.
  - 21. Podłoże Agar czekoladowy z Isovitaleksem lub poliviteksem z bacytracyną do hodowli *Haemophilus*
  - 40. zmienia się wielkość opakowania na: 5-10 testów
- **Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2, pkt 1 wymagań (str. nr 31) otrzymuje nowe brzmienie:**
  - Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z dn. 17.06.2010r.), z wyjątkiem poz. nr 38.
- **Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2, pkt 2 tiret 1, 4, 5, 9, pkt 3 tiret 1 wymagań (str. nr 31) otrzymują nowe brzmienie:**
  - 2.
    - Podłoża gotowe rozlewane na płytki Petriego o średnicy 90 mm z żebrami wentylacyjnymi. Płytki odciskowe do badania czystości środowiska, średnica 55-60 mm.
    - Każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę lub skróconą nazwę podłoża, nr katalogowy i nazwę producenta, z wyjątkiem poz. nr 10 gdzie opis może być umieszczony na pokrywce podłoża
    - Płytki muszą być pakowane szczelnie po 5-20 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
    - Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:
      - podłoża gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni
      - podłoża gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni
      - podłoża poz.33 – min. 18 dni
      - barwników - 12 miesięcy.
  - 3.
    - Podłoża umieszczone w probówkach szklanych lub plastikowych zakręcanych z wyraźnym i czytelnym napisem, datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą lub skróconą nazwą podłoża, nr katalogowym i nazwą producenta.
- **Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 3 poz. 5 (str. nr 36) zmienia się opis na następujący:**
  - 5. Podłoże chrom – agar do wykrywania i różnicowania *Enterococcus faecalis* i *Enterococcus faecium* opornych na Vankomycynę.
- **Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 3, pkt 1, pkt 2 tiret 2, 6, pkt 3 tiret 1 wymagań (str. nr 38) otrzymują nowe brzmienie:**
  - 1. Przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r Nr 107, poz. 679 z dn. 17.06.2010r.) z wyjątkiem poz. nr 13 i 24.
  - 2.
    - Każda płytka powinna posiadać trwały i czytelny nadruk na dnie płytki: godzinę rozlania, datę ważności, numer serii produkcji, nazwę lub skróconą nazwę podłoża, nr katalogowy i nazwę producenta, z wyjątkiem poz. nr 6 gdzie opis może być umieszczony na pokrywce podłoża
    - Minimalny termin ważności licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu:
      - podłoża gotowych z dodatkiem krwi - 6-tygodni
      - podłoża gotowych bez dodatku krwi - 8-tygodni
      - poz. nr 19 – min. 18 dni
  - 3.
    - Podłoża umieszczone w probówkach szklanych lub plastikowych zakręcanych z wyraźnym i czytelnym napisem, datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą lub skróconą nazwą podłoża, nr katalogowym i nazwą producenta

- Załącznik nr 4 do SIWZ, Pakiet nr 4, pkt 1 wymagań (str. nr 39) zostaje usunięty.

- Załącznik nr 5 do SIWZ, Pakiet nr 5, poz. nr 1-7 (str. nr 41) otrzymują nowe brzmienie:

|    |                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Paski plastikowe lub bibułowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI |
| 2. | Paski bibułowe lub plastikowe z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości zgodnie z wytycznymi EUCAST i CLSI |
| 3. | Paski plastikowe lub bibułowe MIC-TEST- MBL                                                                                     |
| 4. | Paski plastikowe lub bibułowe MIC-TEST GRD VA/TP                                                                                |
| 5. | Paski plastikowe lub bibułowe MIC-TEST KPC                                                                                      |
| 6. | Paski plastikowe lub bibułowe MIC-TEST ESBL                                                                                     |
| 7. | Paski plastikowe lub bibułowe MIC-TEST AMPC                                                                                     |

- Załącznik nr 6 do SIWZ, Pakiet nr 6, pkt 2 tiret 2 wymagań (str. nr 45) otrzymuje nowe brzmienie:

- 2.
- pakowane indywidualnie lub po 3 w blistrach, dopuszcza się maksymalne opakowanie zbiorcze do 30 sztuk.

- Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7, poz. nr 18, 19, 20 (str. nr 47) zmienia się wielkość opakowania na: 50 ampułek/ probówek.

- Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7, pkt 3 tiret 3 wymagań (str. nr 48) otrzymuje nowe brzmienie:

- 3.
- Płytki muszą być pakowane szczelnie po 5- 10 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Załącznik nr 8 do SIWZ, Pakiet nr 8, pkt 3, pkt 4 tiret 3 wymagań (str. nr 51) otrzymuje nowe brzmienie:

3. Termin ważności podłoży płynnych minimum 6 miesięcy

- 4.
- Płytki muszą być pakowane szczelnie po 5-10 szt. w folię, a następnie w pudełka kartonowe dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Załącznik nr 9 do SIWZ, Pakiet nr 9, poz. nr 8 (str. nr 52) zmienia się opis odczynnika i wielkość opakowania na: Testy do oznaczania indolu - 50 testów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) przekazuje do zamieszczenia ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 03.06.2015 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 03.06.2015 r. pozostają bez zmian.

.....  
data i podpis Zamawiającego