

Oznaczenie postępowania 48/2013

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 16.08.2013 r. pod numerem 2013/S 158-275707 na dostawę: Pakiet nr 1- 6: odczynników do wykonywania badań z zakresu serologii grup krwi dla potrzeb Pracowni Serologii Grup Krwi i Banku Krwi; Pakiet nr 7: odczynników koagulologicznych wraz dzierżawą dwóch analizatorów (podstawowego i zapasowego) dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej; Pakiet nr 8: odczynników wraz z dzierżawą urządzeń do immunologii dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i pracowników personelu obsługi technicznej (pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego) w zakresie obsługi dzierżawionych analizatorów.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w wyniku doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – zmienia treść SIWZ w dniu 06.09.2013 r.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 30.09.2013 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt. 3. ppkt 7. SIWZ (str. 3 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

7. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do oferty i do każdej dostawy instrukcji wykonania badań i odczytu reakcji w języku polskim dla poszczególnych odczynników oraz obowiązujących świadectw kontroli jakości dla dostarczonych odczynników – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wykonawca jest zobowiązany do uaktualniania metodyk i ich nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- pkt. 3. ppkt 8. SIWZ (str. 3 SIWZ) został usunięty.

- pkt. 6.9 ppkt 2. SIWZ (str. 11-12 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Aktualne karty charakterystyki (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników kwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozp. Min. Zdr. z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem – Dz.U. 03.199.1948 r.) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki - dotyczy wszystkich Pakietów.

- pkt. 6.9 ppkt 3. SIWZ (str. 12 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

3. Pozytywną opinię wydaną przez Instytut Hematologii i Tranfuzjologii w Warszawie lub Zakład Tranfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie lub inny podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego – dotyczy odczynnika Standard anty-D (Pakiet nr 1 poz. 3).

- pkt. 6.9 ppkt 4. SIWZ (str. 12 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

4. Instrukcję wykonania badań w języku polskim dla poszczególnych odczynników oraz obowiązujących świadectw kontroli jakości dla dostarczonych odczynników – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- pkt. 6.9 ppkt 6. SIWZ (str. 12 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Bezpłatne próbki oferowanych odczynników (w oryginalnych opakowaniach) wraz z instrukcją użycia odczynników – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1-6. Dostarczone próbki zostaną zużyte przez Zamawiającego do badania jakości oferowanych produktów. W związku z tym Zamawiający zastrzega, że próbki nie będą podlegały zwrotowi.

- pkt. 6.9 ppkt 8. SIWZ (str. 12 SIWZ) zostaje wykreślony.

- pkt. 6.9 ppkt 10. SIWZ (str. 12 SIWZ) zmienia nr na 9 i otrzymuje nowe brzmienie:

9. Ulotki/ katalogi/ foldery z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, terminem ważności – dotyczy Pakietu nr 5.

- pkt. 11. ppkt 6. SIWZ (str. 15 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla W.Sz.Z w Elblągu na dostawę odczynników i odczynników wraz z dzierżawą analizatorów w 8 pakietach - 48/2013” – nie otwierać przed dniem 30.09.2013 r. godz. 10³⁰.

- pkt. 12. ppkt 1. SIWZ (str. 15 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 30.09.2013 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

- pkt. 12. ppkt 2. SIWZ (str. 15 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 30.09.2013 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 1-7A do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy (str. 23, 27, 30, 32, 34, 36, 39 SIWZ) pkt 3 (Załącznik nr 1, 2, 5), pkt 2 (Załącznik nr 3, 4, 6, 7A) otrzymują nowe brzmienie:

Przedmiot zamówienia będzie posiadał aktualne karty charakterystyki (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2007 r.) dla zaoferowanych odczynników zakwalifikowanych jako substancje niebezpieczne w rozumieniu przepisów o substancjach i preparatach chemicznych (Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 02.09.2003 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z klasyfikacją i oznakowaniem - Dz.U 03.199.1948) lub stosowne oświadczenie, iż oferowane odczynniki nie posiadają w swoim składzie substancji niebezpiecznych, dla których producenci nie wystawiają kart charakterystyki.

- Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 1 (str. 23 SIWZ) pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:

4. Odczynnik z poz. nr 3 (standard anty-D) musi posiadać pozytywną opinię wydaną przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie lub Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie lub inny podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- **Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 1 (str. 23 SIWZ) pkt 4 zostaje wykreślony i pkt 6 zmienia nr na 5 i otrzymuje nowe brzmienie:**
 5. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty i do każdej dostawy instrukcji wykonania badań w języku polskim dla poszczególnych odczynników. Wykonawca zobowiązany jest do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- **Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 2 (str. 27 SIWZ) pkt 4 zostaje wykreślony i pkt 8 zmienia nr na 7 i otrzymuje nowe brzmienie:**
 7. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty i każdej dostawy odczynników aktualnych świadectw kontroli jakości oraz instrukcji wykonania oznaczeń w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- **Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3 (str. 31 SIWZ) pkt 4 i 7 zostaje wykreślony i pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:**
 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty i każdej dostawy odczynników aktualnych świadectw kontroli jakości oraz instrukcji wykonania oznaczeń w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- **Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 3 (str. 30 SIWZ) poz. nr 7, 8, 10, 11, 14, 17, 18, 20 otrzymują nowe brzmienie:**
 7. ANTY-Lea Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgA - do metody próbówkowej.
 8. ANTY-Leb Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgA - do metody próbówkowej.
 10. ANTY-M Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgG - do metody próbówkowej.
 11. ANTY-N Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgG - do metody próbówkowej.
 14. ANTY-H Odczynnik monoklonalny klasy IgM do metody próbówkowej; J.m. - Fiolka 2 ml lub 3 ml lub 5 ml.
 17. ANTY-Fya Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgG do metody próbówkowej; J.m. - Fiolka 3 ml lub 5 ml, ilość na 18 miesięcy - 5 lub 3.
 18. ANTY-Fyb Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgG lub surowica do pośredniej reakcji Coomb'sa; J.m. - Fiolka 2 ml lub 3 ml; ilość na 18 miesięcy - 5 lub 4.
 20. Anty-k (cellano) Odczynnik monoklonalny klasy IgM lub klasy IgG - do metody próbówkowej.

- **Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 4 (str. 32 SIWZ) pkt 4 zostaje wykreślony i pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:**
 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty i każdej dostawy odczynników aktualnych świadectw kontroli jakości oraz instrukcji wykonania oznaczeń w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- **Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 5 (str. 34 SIWZ) pkt 4, 5, 6 otrzymują nowe brzmienie:**
 4. Przedmiot zamówienia w zakresie niniejszego pakietu będzie posiadał instrukcje użycia krwinek w języku polskim do poszczególnych testów w języku polskim.
 5. Zamawiający wymaga dołączenia do przetargu i do każdej dostawy każdej dostawy obowiązujących świadectw kontroli jakości dla dostarczonej serii krwinek oraz instrukcje wykonania badań w języku polskim.
 6. Zamawiający wymaga dostarczenia do przetargu ulotek z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, terminem ważności.

- **Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy dla Pakietu nr 6 (str. 36 SIWZ) pkt 4 zostaje wykreślony i pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:**
 3. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty i każdej dostawy odczynników aktualnych świadectw kontroli jakości oraz instrukcji wykonania oznaczeń w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.

- **Załącznik nr 7D do SIWZ – Analizator podstawowy, Parametry wymagane (graniczne), wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla Pakietu nr 7 (str. 43-44 SIWZ) pkt 5 i 12 otrzymują nowe brzmienie i dodano nowy pkt 18:**
 - 5. Możliwość oznaczeń zarówno metodami: krzepnięciowymi (nefelometria optyczna, wiskozymetria, turbidymetria), chromogennymi oraz immunologicznymi
 - 12. Automatyczne ładowanie kuwet reakcyjnych do bloku pomiarowego i automatyczne usuwanie zużytych kuwet bez przerywania pracy analizatora. Możliwość załadunku kuwet do magazynku w trakcie wykonywania analiz.
 - 18. Jednorodny system analityczny tzn. oryginalne odczynniki producenta aparatu.
- **Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór umowy dla Pakietu nr 1-6 (str. 71 SIWZ) pkt 7 zostaje wykreślony i pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:**
 - 6. Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do każdej dostawy instrukcji wykonania badań w języku polskim dla poszczególnych odczynników oraz obowiązujących świadectw kontroli jakości dla dostarczonych odczynników – dotyczy Pakietu nr 1, 2, 3, 4, 6. Wykonawca zobowiązuje się do ich uaktualniania i nieodpłatnego dostarczania Zamawiającemu.
- **Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór umowy dla Pakietu nr 1-6 (str. 71 SIWZ) pkt 11 zostaje wykreślony.**
- **Załącznik nr 14 do SIWZ – Wzór umowy dla Pakietu nr 1-6 (str. 71 SIWZ) pkt 14 i 15 zmieniają nr na 12 i 13 i otrzymują nowe brzmienie:**
 - 12. Wykonawca gwarantuje, że do każdej serii produktu z Pakietu nr 5 poz. nr 1 wraz z dostawą dołączona będzie ulotka z wydrukiem nazwy krwinek, fenotypów, terminem ważności.
 - 13. Wykonawca gwarantuje, że do każdej serii produktu z Pakietu nr 5 poz. nr 3 wraz z dostawą dołączona będzie ulotka z wydrukiem nazwy krwinek, terminem ważności.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z Załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach. Aktualne zmiany na dzień 06.09.2013 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 06.09.2013 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego