

Oznaczenie postępowania 19/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207.000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.05.2015 r pod numerem 2015/S 102-185273 na dostawę w 39 pakietach implantów ortopedycznych, cementu kostnego, zestawów płukania pulsacyjnego, narzędzi ortopedycznych, macierzy kolagenowych, systemów do uzyskiwania preparatów BMC w 39 pakietach dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w celu zwiększenia konkurencyjności ofert, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 03.07.2015 r. treść Załącznika nr 7 i 39 do SIWZ.

Zamawiający w wyniku udzielonych odpowiedzi w dniu 17.06.2015 r. (pytanie nr 16) w Pakiecie nr 7 (Załącznik nr 7 do SIWZ) dopuścił **korek wchłaniaalny**. Jednak w celu zwiększenia konkurencyjności ofert w tym Pakiecie, Zamawiający postanowił odstąpić od tego zapisu. W związku z tym Zamawiający wyjaśnia, że w Pakiecie nr 7 poz. nr 1 pkt 3) nie doprecyzowano rodzaju materiału, tak więc Zamawiający nie wymaga korka polietylenowego czy korka kaniulowanego wchłaniałnego, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z powyższym zmienia się Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7, poz. nr 1 pkt 3) – zostaje usunięty zwrot korek wchłaniaalny:

proteza cementowana stawu biodrowego składająca się z:

- 1) TRZPIEŃ: ze stopu tytanowego o zmatowionej powierzchni, prosty, bezkolnierzowy, nie wymagający centralizera (samocentrujący), minimum 1 wzdłużny rowek dla lepszej stabilności, stożek 12/14, w co najmniej 10 rozmiarach, w opcjach standard i lateralizowanej;
- 2) GŁOWA: ze stopu tytanowego, pokryta okładziną ceramiczną, o średnicy zewnętrznej 32mm w minimum 4 długościach szyjki;
- 3) PANEWKA polietylenowa, zaopatrzona w znacznik rtg, o średnicy wewnętrznej 32mm, w rozmiarach średnicy zewnętrznej od 44 do 60 (skok co 2 mm), możliwość zastosowania panewki zatrzaskowej i dysplastycznej z 10° okapem, blokada kanałowa cementu.

Ponadto Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert w Pakiecie nr 39 (Załącznik nr 39 do SIWZ) odstępuje od konieczności zaoferowania w Pakiecie nr 39 poz. nr 2 komponentu rzepkowego.

W związku z powyższym zmienia się Załącznik nr 39 do SIWZ, Pakiet nr 39, poz. nr 2:

Rzepakowo-udowa: jednoprzedziałowa, do zaopatrywania ubytków w stawie rzepakowo-udowym

- kapa zagłębienia międzykłykciowego, ze stpu Co-Cr-Mo, od strony kontaktu z kością napyłana tytanem, w minimum 8 kształtach

- śruba mocująca

-komponent rzepkowy zbudowany z polietylenu w 3 kształtach - **nie wymagany**

Instrumentarium umożliwia osadzenie techniką "in lay" lub dopuszcza się: indywidualnie dopasowany implant zagłębienia międzykłykciowego wykonany ze stopu kobalt-chrom, powierzchnie dostawowe wykonane z tytanu powlekane hydroksyapatytem, dostępny w trzech rozmiarach: 20, 25 i 29 mm dostarczany w stanie sterylnym. Powierzchnia i grubość implantu dostosowana indywidualnie do topografii i grubości warstwy chrzęstnej. Jednorazowe instrumentarium w zestawie dopasowane do rozmiaru i kształtu implantu.

Treść Załączników nr 7 i 39 do SIWZ po wprowadzonych zmianach oraz informacja o zmianie w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładkach dla niniejszego postępowania.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj. 10.07.2015 r.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 03.07.2015 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego