

Oznaczenie sprawy 83 /2015

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniu 06.07.2015r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **opatrunków do terapii podciśnieniowej ran kompatybilnych z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami Renasys** dla potrzeb Oddziału Dermatologii, Oddziału Chirurgii Ogólnej, Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu **oraz dzierżawą 2 szt. urządzeń do terapii podciśnieniowej ran** dla potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu (opis asortymentu, ilości i wymagań w załączniku nr 2 do zaproszenia) zwraca się do Państwa o złożenie ostatecznej oferty cenowej na sprzedaż w/w. przez okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (realizacja zgodnie z zamówieniem częściowym) od Wykonawcy wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1. do poz.1.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.1 zestawu opatrunkowego o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z :

- a) opatrunku piankowego z elastycznej , czarnej pianki hydrofobowej o wym. 18cmx12,5cmx 3,3cm
- b) samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
- c) 2x samoprzylepnej , transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm . Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Zestaw kompatybilny z aparatem vivotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 2. poz.2.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.2 zestawu opatrunkowego o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z :

- a) opatrunku piankowego z elastycznej , czarnej pianki hydrofobowej o wym. 10cmx7,5cmx 3,3cm
- b) samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
- c) 2x samoprzylepnej , transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20cm . Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Zestaw kompatybilny z aparatem vivotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 3. poz.3.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.3 zestawu opatrunkowego o składzie:

Jałowy zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z :

- a) opatrunku piankowego z elastycznej , czarnej pianki hydrofobowej o wym. 18cmx12,5cmx 3,3cm
- b) samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu
- c) 2x samoprzylepnej , transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm . Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.

Zestaw kompatybilny z aparatem vivotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 4. poz.4.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.4 zbiornika na wydzielinę o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zbiornik na wydzielinę 800ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm.

Zbiornik z filtrem kompatybilny z aparatem vivotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 5. poz.5.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.5 zbiornika na wydzielinę o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zbiornik na wydzielinę 300ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm.

Zbiornik z filtrem kompatybilny z aparatem vivanotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 6. poz.6.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.5 zbiornika na wydzielinę o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zbiornik na wydzielinę 300ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm.

Zbiornik z filtrem kompatybilny z aparatem vivanotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 7. poz.7.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.4 zbiornika na wydzielinę o podobnych właściwościach i składzie:

Jałowy zbiornik na wydzielinę 800ml połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm.

Zbiornik z filtrem kompatybilny z aparatem vivanotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 8. poz.10.

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w poz.10 jałowo pakowanego portu VivanoTec o podobnych właściwościach i składzie:

Dodatkowy jałowy port osobno pakowanu 12x12cm

Porty kompatybilny z aparatem vivanotec - który przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym.

Pytanie 9. poz.11.

Czy zamawiający wyrazi zgodę z dopuszczenie w poz.11 opatrunku siatkowego typu AtraumannAg ze srebrem metalicznym, dopuszczonym do stosowania w terapii podciśnieniowej i może pozostawać w ranie do 7dni o rozmiarze 10cm x 10cm, jałowo pakowany.

Pytanie 10. poz.12

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w dzierżawę aparatu VivanoTec do terapii podciśnieniowej, który posiada podobne cechy jak aparat Renasys.

Aparat VivanoTec przeszedł pozytywne testy na oddziale chirurgicznym i cieszy się pozytywną opinią tego oddziału.

Wyżej zadane pytania pozwolą zamawiającemu zwiększyć konkurencyjność ofert poprzez dopuszczenie więcej niż tylko jednego systemu do terapii podciśnieniowej.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.3. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.4. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.5. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.6. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.7. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.8. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.9. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Ad.10. Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia –Załącznik Nr 2 do zaproszenia