

Elbląg , dnia 21.10.2015r.

Oznaczenie sprawy 125/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniu 20.10.2015r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **zestawów do endoskopowej gastrostomii odżywczej PEG – typu „pull” w dwóch pakietach** dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG-typu "pull"), kompletnego, zawierającego w składzie zestawu dysk mocujący dren do gastrostomii (PEG), jałową serwetę do obłożenia pola zabiegu oraz ostrze do nacięcia skóry, igłę punkcyjną z prowadnicą, linkę do trakcji cewnika gastrostomijnego przez powłoki, zacisk przepływu, łączniki do podawania pokarmu, posiadającego na drenie PEG miarkę w jednostkach odległości umożliwiającą dopasowanie ewentualnej gastrostomii niskoprofilowej w razie jej wymiany, dren PEG z bezstopniowym (gładkim) połączeniem z grzybkim uszczelniającym od strony żołądkowej, wg wyszczególnionego zestawu. Rozmiar z zakresu 20-24Fr.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w/wym zestawu z uwagi na brak w oferowanym zestawie potwierdzenia sposobu dostarczania linki w warunkach zapewniających zachowanie jej właściwego kształtu zabezpieczającego przed ostrymi zagięciami poprzez tubus lub jego odpowiednik.