

Elbląg , dnia 23.10.2015r.

Oznaczenie sprawy 123/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniu 20.10.2015r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **infuzorów i cewników do przezcewnikowej analgezji miejsca operowanego w dwóch pakietach** dla potrzeb OIOM Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 1 przenośnego systemu infuzyjnego wykonanego z elastomerów o objętości nominalnej 250 ml i objętości maksymalnej 265ml, prędkość przepływu 5,2 ml/godzinę. Kodowana kolorami prędkości przepływu, z obudową blokującą promieniowanie UV do długości fali 390 nm oraz promienie UVB, UVC i większość promieni UVA, w systemie zamkniętym, z filtrem cząstek stałych oraz z dystalną końcówką typu Luer-Lock, z wbudowanym ogranicznikiem przepływu. Port do napełnienia wbudowany w kapturek zabezpieczający. System infuzyjny sprawdzony pod względem kompatybilności i stabilności ze stosowanymi produktami leczniczymi (cytostatykami, np. 5 FU 5-50mg/ml). Infusor sklasyfikowany jako wyrób medyczny do klasy IIb.
2. Dot.Pakiet nr 2 Czy Zamawiający zgodzi się na cewniki o dł. całkowitej do 70cm, oraz fenestracji 7,5cm i 15cm? Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody.