

Oznaczenie postępowania 40/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2015 r. pod numerem 288844-2015 na dostawę: sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szcękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. nr 7 Fotel laryngologiczny – 1 szt.: Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne regulacji wysokości 58-88cm? (Wymagany parametr 50-68cm).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza wysokość 58-88 cm.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. nr 7 Fotel laryngologiczny – 1 szt.: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 7 z pakietu nr 1?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie do odrębnego pakietu pozycji nr 7.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny z wbudowanymi dwoma źródłami światła LED z funkcją włączenia i wyłączenia, wyjściem typu STORZ bez funkcji regulacji mocy?

Zaproponowane rozwiązanie nie posiada potrzeby regulacji mocy z uwagi na zastosowanie kamery posiadającej funkcję automatycznej regulacji adjustacji jasności.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza warunkowo, o ile wyjście typu STORZ służy w unicie jedynie do podłączenia kamery z funkcją automatycznej regulacji jasności.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, pkt 6: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny wyposażony w system podgrzewania lusterek laryngologicznych oraz endoskopów z czasem nagrzewania do 15s?

Proponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego, jednocześnie lepszym parametrycznie z uwagi na krótszy czas nagrzewania lusterek i endoskopów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymagał czasu nagrzewania min.10 - 120s, w związku z tym czas 15s mieści się w tym zakresie.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, pkt.7: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny wyposażony we wbudowany system ssania o wydajności min. 55l/min, aktywowany/ dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/ opuszczeniu rączki ssaka?

Proponowane rozwiązanie różni się tylko nieznacznie od parametru żadanego przez Zamawiającego, jednocześnie nie powoduje istotnej różnicy w pracy w procedurach laryngologicznych w poradni laryngologicznej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, pkt 22: Czy Zamawiający dopuści unit laryngologiczny wyposażony w kamerę endoskopową z funkcją predefiniowanych ustawień video w miejsce funkcji automatycznego wykrywania ustawień wideo?

Dostępne na rynku rozwiązania technologiczne nie oferują automatycznego wykrywania ustawień video z uwagi na brak dostępności endoskopów wyposażonych w technologię automatycznego przekazywania informacji do sterownika kamery endoskopowej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 1, pkt 30: Czy Zamawiający dopuści nasopharyngoskop o długości roboczej 320mm i kącie widzenia 80 stopni?

Proponowane rozwiązanie jest równoważne do oczekiwań Zamawiającego. Długość robocza większa o 20mm nie powoduje różnicy w przeprowadzaniu procedur endoskopowych, natomiast większy kąt widzenia jest z definicji lepszy do badań endoskopowych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2, pkt 1: Czy Zamawiający dopuści urządzenie do badania ABR sygnałem typu CHIRP zamiast badania tonem i trzaskiem?

Sygnał ten wystarcza do przeprowadzania diagnostycznego badania słuchowych potencjałów wywołanych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2, pkt: Czy Zamawiający dopuści dwa oddzielne urządzenia do badania otoemisji akustycznych i badań ABR?

Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na lepsze możliwości wykorzystania dwóch osobnych urządzeń, możliwość wykonywania badań otoemisji i słuchowych potencjałów wywołanych jednocześnie, zwłaszcza w aspekcie czasu w jakim wykonywane jest badanie słuchowych potencjałów wywołanych. Ponadto rozwiązanie takie jest lepsze w przypadku konieczności serwisowania urządzenia.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 2: Czy Zamawiający dopuści dwa oddzielne urządzenia: tympanometr i audiometr ze wspólną platformą softwarową do zapisu i archiwizacji wyników badań audiologicznych?

Proponowane rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego z uwagi na lepsze możliwości wykorzystania dwóch osobnych urządzeń, możliwość wykonywania badań audiometrycznych i tympanometrycznych jednocześnie. Ponadto rozwiązanie takie jest lepsze w przypadku konieczności serwisowania urządzenia.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuści, o ile zarówno tympanometr i audiometr będą klasy klinicznej.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu nr 1, poz 2: Czy Zamawiający dopuści audiometr i tympanometr z jedną wspólną drukarką zewnętrzną podłączaną do komputera?

Rozwiązanie takie jest równoważne do przedstawionego, daje możliwość stosowania drukarki również do wydruku wyników innych badań, np. otoemisji i ABR.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 6: Czy Zamawiający dopuści kabinę audiometryczną o wymiarach: 100x107x225cm??

Proponowane wymiary różnią się tylko nieznacznie od żądanych przez Zamawiającego i nie umniejszają zastosowania kabiny audiometrycznej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 1, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedzenia w zakresie 565 - 765 mm?

Podany zakres jest większy, niż wymagany przez Zamawiającego (możliwość regulacji o 20 cm).

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z możliwością badania pacjentów o masie nie przekraczającej 150 kg?

Podana wartość jest niewiele mniejsza od podanej przez Zamawiającego i wystarczająca do utrzymania rodzica z dzieckiem.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z podłokietnikami bez możliwości ich demontażu w trakcie badania?

Podana funkcja nie znajduje zastosowania w badaniach laryngologicznych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu nr 2, poz. 8: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z możliwością przesunięcia za pomocą mechanizmu hydraulicznego, bez możliwości rozbudowy fotela o antystatyczne kółka?

Proponowane rozwiązanie umożliwia przesunięcie fotela. W przypadku wykonywania badań laryngologicznych niezwykle ważna jest stabilność fotela. Fotel na kółkach, szczególnie rozłożony do pozycji leżanki, może być zbyt niestabilny i stwarzać zagrożenie dla zdrowia pacjenta.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Ponadto pytanie dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7, a nie Pakietu nr 2 poz. 8 jak podał Wykonawca.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 1 Unit laryngologiczny, parametry 1-17: Czy Zamawiający dopuści alternatywny unit z większą funkcjonalnością o parametrach:

- cały unit konstrukcji stalowej - Zamawiający dopuszcza
- unit o wymiarach: szerokość: 915 mm, głębokość: 545 mm, wysokość: 970 mm + półka - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga żadnych wymiarów
- pokryty farbą antybakteryjną o drobnoziarnistej strukturze - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- możliwość dobrania różnych kolorów dla minimum 5 części unitu - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- unit na antystatycznych kółkach - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- powierzchnia z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie - Zamawiający dopuszcza i wymaga, co wpisał w pkt 2.

- 7 wbudowanych pojemników/ uchwytów do dezynfekcji endoskopów, w tym 3 podgrzewane kuwety - Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga w pkt 3 co najmniej 5 pojemników.
- unit wyposażony w 3 kuwety ze stali na endoskopy giętkie - Zamawiający dopuszcza
- unit wyposażony w panel sterowania (wyświetlacz plus panel dotykowy) pokryty łatwo zmywalnym szkłem - Zamawiający dopuszcza
- szuflady i półki na instrumentarium z organizerami - Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga w pkt 4 tylko szuflad.
- system cichego domykania szuflad - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- w górnej części unitu 2 poziomy blat na narzędzia wyposażony w stalowe tace oraz wbudowane podświetlenie - Zamawiający dopuszcza.
- pokrywa półek na narzędzia wsuwana za unit - Zamawiający dopuszcza.
- śmietniczka otwierana nogą, samozamykająca - Zamawiający dopuszcza.
- metalowa kuweta na brudne narzędzia - Zamawiający dopuszcza.
- wysuwany panel do pisania ze stali nierdzewnej - Zamawiający dopuszcza.
- wbudowane 2 źródła światła typu LED z płynną regulacją oświetlenia za pomocą pokręteł - Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga w pkt 5 co najmniej jedno źródło światła typu LED.
- system podgrzewania lusterek laryngologicznych oraz endoskopów - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 6.
- wbudowany system ssania o wydajności min. 60l/min., aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu rączki ssaka - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 7.
- wyposażony w pompę bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem - Zamawiający dopuszcza.
- możliwość regulacji siły ssania oraz manometr - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 10.
- funkcja czyszczenia drenów ssaka środkami do tego przeznaczonymi; zbiornik na środek czyszczący - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 11.
- podłączany do drenu ssaka lejek do płukania ucha - Zamawiający dopuszcza.
- unit wolnostojący, bez podłączenia do instalacji wod-kan. - Zamawiający dopuszcza.
- zbiornik na wodę o poj. 5l - Zamawiający dopuszcza. Zamawiający wymaga w pkt 16 zbiornika min. 2l.
- wbudowany system irygacji, aktywowany/ dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu rączki irygatora - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 14.
- wyposażony w elektroniczny układ sterujący podgrzewaniem i utrzymywaniem stałej temperatury wody 37°C - Zamawiający wymaga co wpisał w pkt 15.
- system podgrzewania wody z możliwością ustawienia temperatury w zakresie od +22°C do +44°C - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- przepływ wody 500 ml/min. - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- moduł sprężonego powietrza: sprężarka (bezolejowa, 12 l/min., maks. 2,5bara) zbiornik ciśnieniowy ze stali nierdzewnej, uchwyt chromowany do sprężonego powietrza, w tym 3 rozpylacze do leków i uchwyt ze stali nierdzewnej do butelek - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- chwyt na lampę nagłówną - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- ruchomy wysięgnik na przyrządy: ssak, irygator, światłowody - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.
- zintegrowany uchwyt na monitor diagnostyczny - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że oprócz powyższych parametrów unit będzie posiadał parametry opisane w Załączniku nr 1A pkt 1-35.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 1 Unit laryngologiczny, parametry 18-34: Czy Zamawiający dopuści alternatywne rozwiązanie, w którym kamerę, wszystkie endoskopy, światłowód zastąpi najnowszej technologii giętkim wideoendoskopem w technologii „chip in the tip” czyli z czujnikiem kamery umieszczonym w końcówce sondy, o parametrach:

- procesor wideo z wyjściami wideo cyfrowym (DVI-D) oraz analogowym (VGA)
- format obrazu Full HD 1080p

- rejestracja zdjęć i filmów na pamięci USB wkładanej do sterownika
- klawiatura do wpisywania danych pacjentów
- przyciski sterujące funkcjami i ustawieniami umieszczone na przednim panelu
- menu ekranowe w języku polskim
- giętki wideoendoskop z 2 przyciskami indywidualnie programowalnymi
- długość sondy 300 mm
- średnica sondy 3 mm
- pole widzenia 90°
- wbudowane źródło światła typu LED
- w zestawie tester szczelności
- monitor 17" o parametrach wymaganych przez Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się, aby kamerę, wszystkie endoskopy, światłowód zastąpić giętkim wideoendoskopem w technologii „chip in the tip” czyli z czujnikiem kamery umieszczonym w końcówce sondy.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 1: Czy Zamawiający w punkcie 1 miał na myśli urządzenie do badania potencjałów wywołanych klasy klinicznej czy przesiewowej?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający w punkcie 1 miał na myśli urządzenie do badania potencjałów wywołanych klasy klinicznej.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 1 Wideonystagmograf, parametr 3: Czy Zamawiający wymaga dostarczenia z zestawem VNG dodatkowego fotela do badania pacjenta? Fotel dla pacjenta jest opisany jako ostatni punkt pakietu nr 1.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga dodatkowego fotela do badania pacjenta. W związku z tym Zamawiający usuwa zapis w Załączniku nr 1D do SIWZ w pkt 3.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 3: Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania punktu 3 na rzecz punktu 4? Punkt 4 opisuje większy zakres częstotliwości oraz poziom tłumienia o standardach międzynarodowych zgodnych z dyrektywą UNE-EN ISO 11957 oraz 93/42/CEE.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający rezygnuje z wymagania punktu 3 na rzecz punktu 4. W związku z tym Zamawiający usuwa pkt 3 w Załączniku nr 1F do SIWZ.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści kabinę o wymiarach 104x104x227 cm, pozycja siedząca.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści kabinę o wymiarach 104x104x201 cm, pozycja siedząca.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 7: Czy Zamawiający wymaga kabiny ciszy z wymuszoną wentylacją elektryczną? Przy tak małych rozmiarach kabina powinna posiadać wymuszoną wentylację, ponieważ badanie powyżej 10 min. będzie bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga kabiny ciszy z wentylacją wymuszoną lub kabiny z możliwością instalacji wentylacji wymuszonej.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 8: Czy Zamawiający dopuści lub czy może zamawiający wymaga kabiny z potrójną szybą tłumiącą? 3 szyby zdecydowanie lepiej tłumią dźwięki niż 2 szyby a jest to najsłabiej tłumiące miejsce w kabinie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga 2 szyb, ale dopuści także 3 szyby.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 10: Czy Zamawiający dopuści podłogę wyłożoną wykładziną ognio-, wodo- odporną oraz odporną na roztocza?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga. Zamawiający wymaga, aby podłoga posiadała parametry akustyczne, tak jak opisano w pkt 9 Załącznika 1F do SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 1 Fotel laryngologiczny, parametr 9: Czy Zamawiający dopuści Fotel do badania pacjenta o masie do 180 kg ale z możliwością podnoszenia pacjenta o masie do 145 kg?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 2 Fotel dentystyczny, parametr 1-12: Czy Zamawiający dopuści alternatywny fotel o parametrach:

- fotel sterowany elektrycznie - Zamawiający dopuszcza
- czujniki najazdowe - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- konsola sterująca z 4 pozycjami programowalnymi - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- pozycja Trendelenbourga - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- ruchoma sekcja nóg - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- zagłówek regulowany w dwóch płaszczyznach: góra-dół, przód-tył - Zamawiający dopuszcza
- funkcja odwrócenia zagłówka dla pacjentów na wózkach inwalidzkich - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 11
- bezszwowa tapicerka - do wyboru co najmniej 12 kolorów - Zamawiający dopuszcza
- podparcie części lędźwiowej pleców - Zamawiający dopuszcza
- synchronizacja ruchu oparcia i siedziska przy zmianie położenia oparcia - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 10
- sterowanie mikroprocesorowe - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- certyfikat CE - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 13

Zamawiający odpowiada

Prócz powyższych parametrów fotel musi posiadać parametry opisane w Załączniku nr 2A pkt 1-13.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 2 Unit dentystyczny, parametr 1-21: Czy Zamawiający dopuści alternatywny unit o parametrach:

- mobilny unit na 4 kółkach - Zamawiający dopuszcza
- stół lekarza 3 rękawami - Zamawiający dopuszcza
- automatyczna kontrola dla 3 końcówek - Zamawiający dopuszcza
- trójdrożna dmuchawka: powietrze/woda - Zamawiający dopuszcza

- indywidualne dostosowanie ciśnienia końcówki - Zamawiający dopuszcza
- rękaw pneumatyczny Midwest ze światłem i szybkozłączką KaVo - Zamawiający dopuszcza
- mikrosilnik elektryczny z podświetleniem, obudowa z tytanu, zakres obrotów 60 - 40.000 min. - Zamawiający dopuszcza
- zasilanie niskim napięciem - Zamawiający dopuszcza
- lampa polimeryzacyjna - Zamawiający dopuszcza
- indywidualna regulacja wody chłodzącej - Zamawiający dopuszcza
- ślinociąg ze zbiorniczkiem - Zamawiający dopuszcza
- system odprowadzania nadmiaru oleju ze zbiorniczka - Zamawiający dopuszcza
- samodzielny system wody czystej, min. 1l butelka - Zamawiający dopuszcza
- wyłącznik nożny wody - Zamawiający dopuszcza
- regulowana wysokość ramy w zakresie 650 - 850 mm - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- wymiary unitu: 590x590x900 - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- kompresor stomatologiczny bezolejowy - Zamawiający dopuszcza, co wpisał w pkt 5
- wydajność 150 l/min. - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- moc wyjściowa 800 W- Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- maksymalne ciśnienie pracy 0,8 Mpa - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- pojemność zbiornika 35 l - Zamawiający dopuszcza, w pkt 5 wymagał co najmniej 24 l
- poziom hałasu maksymalnie 55 dB - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- waga 20 kg - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

Zamawiający odpowiada

Prócz powyższych parametrów unit musi posiadać parametry opisane w Załączniku nr 2B pkt 1-21.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 2 Fizjodispenser, parametr 1-13: Czy Zamawiający dopuści alternatywny fizjodispenser o parametrach:

- sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem - Zamawiający dopuszcza
- informacje na wyświetlaczu: prędkość, moment obrotowy, program, kierunek obrotów, poziom pracy pompy perystaltycznej, informacja o podświetleniu końcówki, informacja o poziomie pamięci wbudowanej, godzina - Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
- wbudowana pompa perystaltyczna - Zamawiający dopuszcza
- zaprogramowanych 6 programów inieplologicznych - Zamawiający dopuszcza
- możliwość zaprogramowania min. 8 własnych programów - Zamawiający dopuszcza
- zmiana kierunku obrotów mikrosilnika - Zamawiający dopuszcza
- regulowany moment obrotowy - Zamawiający dopuszcza
- maksymalny moment obrotowy 80 Ncm - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 12
- zakres obrotów mikrosilnika min. 200 - 40.000 obr/min. - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 5
- mikrosilnik elektryczny z podświetleniem na 2 m przewodzie - Zamawiający dopuszcza
- korpus mikrosilnika wykonany z tytanu - Zamawiający dopuszcza
- masa mikrosilnika z kablem nie przekraczająca 300 g - Zamawiający dopuszcza
- sterownik nożny na kablu - Zamawiający dopuszcza
- funkcje sterownika nożnego: regulacja prędkości obrotowej mikrosilnika, sterowanie kierunkiem obrotów mikrosilnika, sterowanie pracą pompy perystaltycznej, zmiana programu - Zamawiający dopuszcza
- możliwość sterylizacji mikrosilnika z rękawem w autoklawie - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 13

Zamawiający odpowiada

Prócz powyższych parametrów fizjodispenser musi posiadać parametry opisane w Załączniku nr 2C pkt 1-14.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 2 Wiertarka piezoelektryczna, parametr 1-22: Czy Zamawiający dopuści alternatywną wiertarkę o parametrach:

- napęd piezoelektryczny służący do ultradźwiękowego przecinania kości, w miejscach o dużym ryzyku uszkodzenia sąsiadujących tkanek miękkich, nerwów i naczyń krwionośnych - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 2
- sterownik z ciekłokrystalicznym wyświetlaczem - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 5
- informacje na wyświetlaczu: moc pracy, program, poziom drgań, poziom pracy pompy perystaltycznej, informacja o podświetleniu końcówki - Zamawiający dopuszcza
- wbudowana pompa perystaltyczna - Zamawiający dopuszcza
- zaprogramowanych 9 programów pracy - Zamawiający dopuszcza
- 3 tryby pracy: surg, endo, perio - Zamawiający dopuszcza
- przetwornik z podświetleniem na 2 m przewodzie - Zamawiający dopuszcza
- częstotliwość pracy 28-32 kHz - Zamawiający dopuszcza
- stojak na przetwornik - Zamawiający dopuszcza
- kaseata sterylizacyjna - Zamawiający dopuszcza
- sterownik nożny na kablu - Zamawiający dopuszcza
- funkcje sterownika nożnego: włączenie/wyłączenie przetwornika, regulacja poziomu drgań, sterowanie pracą pompy perystaltycznej, zmiana programu - Zamawiający dopuszcza
- zestaw 5 drenów irygacyjnych, sterylnych - Zamawiający wymaga, co wpisał w pkt 16
- zestaw 6 końcówek, m.in.: chirurgia kości, podnoszenie dna zatoki, narzędzie membrany zatokowej, skrobaki - Zamawiający dopuszcza
- możliwość sterylizacji przetwornika z rękawem w autoklawie - Zamawiający dopuszcza

Zamawiający odpowiada

Prócz powyższych parametrów wiertarka piezoelektryczna musi posiadać parametry opisane w Załączniku nr 2D pkt 1-23.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 2 Pozostały Sprzęt Medyczny dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej, parametr 1: Czy Zamawiający dopuści prostnice chirurgiczne o przełożeniach:

- prosta z przełożeniem 1:1
- prosta z przełożeniem 1:2
- kątowa z przełożeniem 1:1

pozostałe wymagania identyczne.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 2 Pozostały Sprzęt Medyczny dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej, parametr 2: Czy Zamawiający dopuści kątnicę chirurgiczną z przełożeniem 20:1, z podświetleniem, w tytanowej obudowie, system chłodzenia wewnętrzny i zewnętrzny, max moment obrotowy 80 Ncm, max prędkość 2 000 obr/min, sterylizacja w autoklawie.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 2 Pozostały Sprzęt Medyczny dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej, parametr 3: Czy Zamawiający dopuści kątnicę turbinową z podświetleniem, max prędkość 360 000 - 430 000 obr/min, poczwórny spray, łożyska ceramiczne, korpus ze stali nierdzewnej, rozmiar główki 12,1x13,5 mm, autoklawowalną.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 2 Fotel Zabiegowo-Diagnostyczny, parametr 5: Czy Zamawiający wymaga fotela z możliwością ustawienia pozycji Trendelenbourga min. +20° -20° za pomocą zaprogramowanego przycisku znajdującego się na podświetlonym panelu poniżej linii siedziska?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wymaga fotela z możliwością ustawienia pozycji Trendelenbourga min. +20° -20°.

Pytanie 36

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 1, Lp. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie unitu wyposażonego w system podgrzewania lusterek laryngologicznych oraz endoskopów z możliwością włączenia i wyłączenia w dowolnym momencie przez operatora?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 37

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 1, Lp. 17: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie unitu wyposażonego w system regulacji temperatury wody bez informacji o osiągnięciu temperatury 37°C oraz o braku cieczy w zbiorniku?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 1, Lp. 26: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie unitu wyposażonego w złącze USB Port LAN do komunikacji PC/Laptop, DVI wyjście, wyjście Video (Composite)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający postrzymuje zapis SIWZ Załącznik nr 1A pkt 26 i takiego parametru wymaga.

Pytanie 39

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 3, Lp. 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaloryzatora wodnego, w którym czas jednego cyklu irygacji trawa 30 sekund a przypływ w tym czasie wynosi 15ml czynnika chłodzącego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 40

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 7, Lp. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie znacznie przewyższającym wymagany tj. w zakresie od 590 do 890mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 41

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 7, Lp. 7: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fotel laryngologiczny z podłokietniki z możliwością obrotu jednak ze względu na bezpieczeństwo pacjenta bez demontażu podczas zabiegu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 42

Dotyczy. Pakietu nr 1 poz. nr 7, Lp. 11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Fotel laryngologiczny bez możliwości rozbudowy o kółka, montaż zespołów jezdnych na pewno doprowadzi do zmniejszenia stabilności fotela, co jest ważną jego cechą podczas zabiegu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Ponadto pytanie dotyczy pkt 10, a nie 11 jak podał Wykonawca.