

Oznaczenie postępowania 40/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2015 r. pod numerem 288844-2015 na dostawę: sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 05.11.2015 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 12.11.2015 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 10 ppkt 6 SIWZ (str. 9) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach – 40/2015” – nie otwierać przed dniem 12.11.2015 r. godz. 10³⁰.

- pkt 11 ppkt 1 i 2 SIWZ (str. 10) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 12.11.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 12.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 1 Unit laryngologiczny (str. 16-17 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 1, 6, 7, 8, 22, 30:

1. Unit laryngologiczny konstrukcji metalowej lub stalowej

6. System podgrzewania lusterek laryngologicznych oraz endoskopów z regulacją czasu nagrzewania w zakresie min. 10 - 120 s. Dopuszcza się możliwość włączenia i wyłączenia podgrzewania w dowolnym momencie przez operatora.

7. Wbudowany system ssania o wydajności min. 55l/min, aktywowany/dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/opuszczeniu ręczki ssaka.

8. Wyposażony w pompę olejową/ bezolejową bezwibracyjną do zastosowania w urządzeniach z mikroskopem

22. Funkcja automatycznego wykrywania ustawień wideo. Dopuszcza się w miejsce powyższej funkcji funkcję predefiniowanych ustawień video.

30. Endoskop giętki do nosogardła:

- średnica max. 2,8 mm;
- kąt widzenia 70°/ dopuszcza się 80°
- długość sondy 300 mm/ dopuszcza się 320 mm
- zagięcie końcówki min. 130°/130°;
- zintegrowany światłowód z adapterem Storz;
- tester szczelności

- Załącznik nr 1B do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 2 Audiometr do badań obiektywnych abr/otoemisja (str. 20-21 SIWZ) dodaje się nowe pkt 3-12 oraz pkt 18-33:

3. Dopuszcza się dwa oddzielne urządzenia do badania otoemisji akustycznych i badań ABR
4. Możliwość rozbudowania urządzenia o moduł OAE, VEMP, ASSR
5. Pomiar DPOAE w zakresie częstotliwości 0,5-8 kHz (dokładność pomiarów +/- 1dB SPL)
6. Możliwość wykreślenia DP-gramu w funkcji częstotliwości
7. Pomiar TEOAE z dokładnością pomiarów +/- 1dB SPL
8. Automatyczny i ręczny system odrzucania artefaktów
9. Pomiar impedancji elektrod
10. Dołączone normatywne dane latencji, możliwość tworzenia własnych
11. Dołączone słuchawki, końcówki uszne i elektrody na co najmniej 100 badań
12. Podłączenie do PC przez port USB
18. Badanie przewodnictwa powietrznego i kostnego, audiometrii słownej i w wolnym polu
19. Zakres częstotliwości 125 Hz – 8 kHz
20. Zakres ciśnień wybierany przez użytkownika w zakresie +300 daPa do -600 daPa
21. Audiometria ręczna i automatyczna
22. Tympanometria automatyczna
23. Testy SISI/ ABLB/ Stenger
24. Test ETF dla nieperforowanej błony bębenkowej
25. Przycisk reakcji pacjenta
26. Dołączona sonda tympanometryczna z odłączaną końcówką
27. Dołączone słuchawki nauszne
28. Dołączony przetwornik kostny
29. Dołączone wymienne końcówki do sondy tympanometrycznej w różnych rozmiarach (minimum 60 sztuk)
30. Wbudowany dwukierunkowy interfejs komputerowy USB
31. Kompatybilność z platformą NOAH
32. Dopuszcza się dwa oddzielne urządzenia: tympanometr i audiometr ze wspólną platformą softwarową do zapisu i archiwizacji wyników badań audiologicznych, pod warunkiem, że zarówno tympanometr i audiometr będą klasy klinicznej.
33. Dopuszcza się audiometr i tympanometr z jedną wspólną drukarką zewnętrzną podłączaną do komputera.

- Załącznik nr 1C do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 3 Kaloryzator wodny (str. 23 SIWZ) dodaje się nowe pkt 8 i 9:

8. Rękojeść stymulatora wyposażona w lampkę oświetlającą miejsce irygacji
9. Sygnalizacja akustyczna w przypadku przekroczenia temperatury nastawionej

- Załącznik nr 1D do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 4 Wideonystagmograf (str. 25-26 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 3 oraz dodaje się nowe pkt 8-15:

3. Skład systemu:
 - 1) oprogramowanie do wideonystagmografii
 - 2) stymulator optokinetyczny (projektor LCD ze statywem lub listwą)
 - 3) gogle video z min. 1 kamerą na podczerwień
 - 4) zestaw komputerowy z oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows ewentualne wyposażenie dodatkowe (podać).

8. Kalibracja automatyczna
 9. Możliwość kalibracji ręcznej przez pomiar średnicy tęczówki oka (np. przy badaniach osób niedowidzących)
 10. Obliczenia automatyczne z możliwością pomiarów ręcznych
 11. Możliwość rozbudowania o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG
 12. Interfejs i oprogramowanie w całości w języku polskim
 13. Ciężar maski z kamerą gotową do pracy (bez kabla) nie większy niż 150g zapewniający pełną stabilność podczas testów
 14. Zdalne sterowanie VNG za pomocą bezprzewodowego pilota (START/ STOP badania, wstawianie znaczników na wykresie)
 15. Komplet akcesoriów do instalacji i uruchomienia zestawu bez dodatkowych zakupów
- **Załącznik nr 1F do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 6 Kabina ciszy (str. 30 SIWZ) usuwa się pkt 3 i kolejne pkt zyskują nową numerację.**
- **Załącznik nr 1F do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 6 Kabina ciszy (str. 30 SIWZ), zmienia się zapis w pkt 4, 6, 7 oraz dodaje się nowy pkt 12:**
4. Wymiary kabiny: 110x110x215cm (+/-8 cm w każdym wymiarze). Pozycja siedząca. Dopuszcza się wymiary: 100x107x225cm/ 104x104x227cm
 6. Wentylacja: wymuszona, uruchamiana automatycznie lub ręcznie lub możliwość instalacji wentylacji wymuszonej.
 7. Dźwiękoszczelne okienko z podwójnej szyby zespolonej. Dopuszcza się potrójną szybę.
 12. Urządzenie budowy modułowej, składane na miejscu
- **Załącznik nr 1G do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 7 Fotel laryngologiczny (str. 33 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 1:**
1. Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedzenia w zakresie min. 500-680 mm/ 565-765 mm/ 580-880 mm/ 590-890mm
- **Załącznik nr 2A do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 1 Fotel dentystyczny (str. 38 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 1, 8:**
1. Fotel sterowany pneumatycznie i elektrycznie (dwusystemowy). Dopuszcza się sterowany tylko elektrycznie.
 8. Szwowa tapicerka – kolor do wyboru. Dopuszcza się bezszwową tapicerkę.
- **Załącznik nr 2B do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 2 Unit dentystyczny (str. 41 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 8:**
8. Rękaw turbinowy typu Midwest z szybkozłączką oraz turbiną z podświetleniem, z wewnętrznym sprayem, wymiana wiertel przyciskiem/ dopuszcza się rękaw pneumatyczny Midwest ze światłem i szybkozłączką KaVo.
- **Załącznik nr 2D do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 4 Wiertarka piezoelektryczna (str. 47 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 4, 17:**
4. Częstotliwość pracy: 28-36 kHz/ 28-32 kHz
 17. Klucz do dokręcania ostrzy
- **Załącznik nr 2E do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 5 Pozostały sprzęt medyczny dla poradni chirurgii szczękowej i stomatologicznej (str. 50 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 1, 2, 3:**
1. Prostnice chirurgiczne:
 - przełożenie 1:1 proste - 1 szt.
 - przełożenie 1:1 kątowe - 1 szt.

- przełożenie 2,5:1 lub 1:2 proste - 1 szt.
- wąska część robocza,
- chłodzenie zewnętrzne,
- max. prędkość 40 000 obr/min.,
- sterylizacja w autoklawie,
- system samoczyszczący,
- dostosowane do wiertel Ø2,35mm

2. Kątnica chirurgiczna:

- przełożenie 1:2 lub 1:7
- rozbieralna,
- sterylizacja w autoklawie,
- mocowanie wiertel typu "push",
- maksymalne obroty 50 000 obr/min.
- chłodzenie zewnętrzne

Dopuszcza się kątnicę chirurgiczną:

- przełożenie 20:1,
- z podświetleniem,
- w tytanowej obudowie,
- system chłodzenia wewnętrzny i zewnętrzny,
- max moment obrotowy 80 Ncm,
- max prędkość 2 000 obr/min,
- sterylizacja w autoklawie.

3. Końcówka turbinowa:

- maksymalne obroty 320 000 obr/min.
- potrójny spray,
- mocowanie wiertel typu "push",
- sterylizacja w autoklawie

Dopuszcza się kątnicę turbinową:

- z podświetleniem,
- max prędkość 360 000 - 430 000 obr/min,
- poczwórny spray,
- łożyska ceramiczne,
- korpus ze stali nierdzewnej,
- rozmiar główki 12,1x13,5 mm,
- autoklawowalna.

- Załącznik nr 2F do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 6 Fotel zabiegowo-diagnostyczny (str. 53 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 5:

5. Funkcja ustawienia pozycji Trendelenbourg'a min. +20° -20°

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 05.11.2015 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem niebieskim.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 05.11.2015 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego