

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2015 r. pod numerem 288844-2015 na dostawę: sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szcękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących udzielonych w dniu 05.11.2015 r. wyjaśnień, od dwóch Wykonawców wpłynęły nowe zapytania.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści videonystagmograf współpracujący z urządzeniem do testu vHIT w miejsce możliwości rozbudowy o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG, co z punktu widzenia zastosowania klinicznego jest rozwiązaniem równoważnym o cechach lepszych aniżeli przy zastosowaniu rozwiązania proponowanego przez Zamawiającego?

Uzasadnienie: test przy użyciu fotela wahadłowo-obrotowego jest testem mniej użytecznym klinicznie aniżeli stosowanie równoczesnych badań VNG/ENG z metodą pomiarową video head impulse test, która to metoda pozwala na badanie w stanach fizjologicznych ruchów głowy, mogącymi powodować zaburzenia równowagi. Ponadto metoda Vhit jest metodą równoważną pomiaru odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) do pomiaru tego odruchu przy pomocy fotela. Test przeprowadzany na krześle wahadłowo-obrotowym w paśmie częstotliwości 0,5 do 2Hz jest testem нефизjologicznym, który nie wnosi obiektywnych wyników nt. wystąpienia oczopląsu. Metoda Vhit z powodzeniem zastępuje w praktyce klinicznej badania na fotelu wahadłowo-obrotowym dając przy tym znacznie lepsze rezultaty diagnostyczne. Ponadto dzięki zastosowaniu urządzenia vHIT oszczędzamy miejsce w pracowni z uwagi na nieporównywalnie mniejsze rozmiary urządzenia Vhit do pomiarów odruchu przedsionkowo-ocznego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza videonystagmograf z możliwością rozbudowy o test vHIT, ale pożądanym parametrem jest możliwość rozbudowy o fotel obrotowy elektroniczny.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny o następujących parametrach:

- Elektryczna regulacja wysokości w zakresie min. 50-70 cm – Zamawiający dopuszcza
- Zakres obrotu fotela 360° z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji – Zamawiający dopuszcza
- Rozkładane mechanicznie oparcie w zakresie od -7° do +90° – Zamawiający dopuszcza
- Podłokietniki rozkładane niezależnie od siebie, chowane wzdłuż oparcia, zapewniające pełny dostęp do pacjenta po ich ułożeniu wzdłuż oparcia – Zamawiający dopuszcza
- Podłokietniki rozkładane symultanicznie z oparciem do pozycji poziomej – Zamawiający dopuszcza
- Podnózek sztywny – Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem, że będzie on rozkładany
- Możliwość rozbudowy o mechanizm przesuwania fotela – Zamawiający dopuszcza,
- Możliwość wyboru koloru tapicerki – Zamawiający dopuszcza,

- Zagłówek z regulacją góra/dół z możliwością szybkiego demontażu – Zamawiający dopuszcza,
- Tapicerka wykonana z ekologicznej skóry odpornej na działanie środków dezynfekcyjnych – Zamawiający dopuszcza,
- Maksymalne obciążenie fotela 150 kg – Zamawiający dopuszcza, pod warunkiem dołączenia opinii od dotychczasowych użytkowników o możliwym użytkowaniu przy większym obciążeniu niż 150 kg.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu 1 i 2:

Zamawiający w odpowiedzi na zadane pytania nr 17, 28, 29, 30, 31 stawia warunek dopuszczenia alternatywnych rozwiązań tylko w przypadku spełnienia parametrów zawartych w tabeli parametrów granicznych. Wydaje się być bezcelowe dopuszczenie alternatywnego rozwiązania (z reguły o trochę innych parametrach) skoro i tak trzeba spełnić parametry podstawowe. Celem zadawania pytań jest dopuszczenie przedmiotu zamówienia o trochę innej charakterystyce (lecz spełniające te same potrzeby Zamawiającego).

Zatem czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie w odpowiedzi na pytanie warunku „Prócz powyższych parametrów .. (tu nazwa urządzenia) . . . musi spełniać parametry opisane w załączniku (nr załącznika) „i zastąpić go twierdzeniem „Zamawiający dopuszcza”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się, gdyż nieprawidłowo udzielił odpowiedzi. W związku z tym pytanie nr 17, 28, 29, 30, 31 zyskuje nową odpowiedź: „Zamawiający dopuszcza”.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 2, 5 i 7:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowych punktów 2, 5 i 7 tabeli 1B. W punkcie 2 tabeli Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do „otoemisji akustycznych DPOAE i/lub TEOAE”, czyli urządzenie z DPOAE albo z TEOAE albo z obydwojoma modułami na raz. Natomiast w punktach 5 i 7 Zamawiający opisuje parametry dla dwóch modułów DPOAE i TEOAE. Zatem określenie „i/lub” z punktu 2 nie pokrywa się z wymogami Zamawiającego z punktów 5 i 7. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i wskazanie czy wymagany jest jeden z modułów czy obydwa.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga minimum jednego modułu.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 5:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowych punktów 5 tabeli 1B.

Czy zamawiający dopuści urządzenie klasy przesiewowej o zakresie częstotliwości dla pomiarów DPOAE 2-4 kHz i dokładnością pomiarów min. 0,5 dB SPL?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 6:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowych punktów 6 tabeli 1B.

Czy zamawiający dopuści urządzenie klasy przesiewowej bez możliwości wykreślenia DP-gramu? Tą funkcję posiadają urządzenia klasy klinicznej.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 7:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowych punktów 7 tabeli 1B.

Czy zamawiający dopuści urządzenie klasy przesiewowej do pomiarów TEOAE z dokładnością pomiarów min. 0,5 dB SPL?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 20:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do punktu 20 tabeli 1B.

Czy zamawiający dopuści moduł tympanometru posiadający zakres ciśnień od -300 do +200 daPa?

Wyższy zakres ciśnień nie ma większego uzasadnienia w badaniu diagnostycznym.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 1 Audiometr do badań obiektywnych ABR/OAE, parametr 23, 24:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do punktu 23 i 24 tabeli 1B.

Czy w przypadku zaproponowania 1 urządzenia do badań audiometrycznych i impedancyjnych (audiotympanometr) klasy diagnostycznej czy Zamawiający zgodzi się usunąć z wymagań punkt 23 i 24? Parametry te są charakterystyczne dla urządzeń klinicznych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 1 Kalorymetr, parametr 8:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowego punktu 8 tabeli 1C. Zamawiający wymaga rękojeści stymulatora wyposażonej w lampkę oświetlającą miejsce irygacji. Ta charakterystyczna cecha znajduje zastosowanie tylko w przypadku kaloryzatorów powietrznych, w których jest możliwość obserwowania kanału słuchowego i w takim przypadku wymóg ten byłby zasadny. Natomiast Zamawiający prosi o kaloryzator wodny, w którym nie ma możliwości obserwowania kanału słuchowego (ponieważ zalewamy go wodą).

Zatem czy Zamawiający zgodzi się wykreślić punkt 8 tabeli 1C, ponieważ żadne dostępne na rynku urządzenie nie spełni tego wymogu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i wykreśla pkt 8.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 1 Wideonystagmograf, parametr 14:

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowego punktu 14 tabeli 1D. Zamawiający wymaga bezprzewodowego pilota, który pozwala na START/STOP badania oraz wstawianie znaczników na wykresie za jego pomocą. Funkcja wstawiania znaczników na wykresie za pomocą pilota jest unikatowa i posiada ją tylko jedno urządzenie.

Zatem czy Zamawiający dopuści pilot bez możliwości wstawiania znaczników? Funkcja wstawiania znaczników będzie dostępna z poziomu komputera.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 1 Kabina ciszy, parametr 6

W związku z dodaniem przez Zamawiającego nowych punktów parametrów granicznych, chcielibyśmy odnieść się do nowego punktu 6 tabeli 1F. Zamawiający wymaga posiadania w kabinie ciszy wentylacji wymuszonej lub możliwość instalacji wentylacji wymuszonej. Możliwość instalacji wentylacji wymuszonej to warunek, w którym wykonawca może dostarczyć kabinę bez wymuszonej wentylacji elektrycznej.

Zatem czy Zamawiający wymaga dostarczenia kabiny ciszy z wentylacją wymuszoną?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga dostarczenia kabiny ciszy z wentylacją wymuszoną.

Pytanie 13

Dotyczy Pakietu 1 Fotel laryngologiczny, parametr 3:

Czy Zamawiający dopuści Fotel do badania z oparciem rozkładanym za pomocą silnika elektrycznego? Jest to parametr wyższy o wymaganego

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu nr 1 Fotel laryngologiczny, parametr 4

Czy Zamawiający dopuści Fotel do badania ze sztywnym podnóżkiem rozłożonym na stałe?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie rozumie co oznacza "rozłożony na stałe". Zamawiający wymaga "sztywny podnóżek rozkładany" i taki zapis w SIWZ zostawia.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 1, załącznik 1 B:

Zgodnie z punktem 2 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia do „otoemisji akustycznych DPOAE i/lub TEOAE", czyli urządzenie z DPOAE albo z TEOAE albo z obydwoma modułami na raz. Natomiast w punktach 5 i 7 Zamawiający opisuje parametry dla dwóch modułów: DPOAE i TEOAE. Zatem określenie „i/lub" z punktu 2 nie pokrywa się z wymogami Zamawiającego z punktów 5 i 7. Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga minimum jednego modułu.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 1, załącznik 1F, punkt 6:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 24 Zamawiający stawia wymóg, aby kabina ciszy posiadała wentylację wymuszoną, natomiast w punkcie 6 załącznika 1F Zamawiający dopuszcza także kabinę bez wentylacji wymuszonej (ale z możliwością instalacji takiej wentylacji, na przykład w przyszłości). Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga dostarczenia kabiny ciszy z wentylacją wymuszoną.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 2, załączniki: 2A, załącznik 2 B, załącznik 2C, załącznik 2D:

Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 28, 29, 30 i 31 Zamawiający dopuścił zaproponowane rozwiązania, wymagając jednocześnie parametrów opisanych w załącznikach 2A, 2B, 2C i M. Zatem Zamawiający dopuścił alternatywne urządzenia, pod warunkiem, że spełniają one parametry opisane w załącznikach. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu, aby opisane w pytaniach urządzenia spełniały także zapisy z załączników 2A, 2B, 2C i 2D, ponieważ mogą się one wykluczać.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się, gdyż nieprawidłowo udzielił odpowiedzi. W związku z tym pytanie nr 17, 28, 29, 30, 31 zyskuje nową odpowiedź: „Zamawiający dopuszcza”.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 2, załącznik 2F, punkt 5:

Zamawiający odpowiedział twierdząco na pytanie nr 35 o treści: „Czy Zamawiający wymaga fotela z możliwością ustawienia pozycji Trendelenbourga min. $+20^{\circ}$ -20° za pomocą zaprogramowanego przycisku znajdującego się na podświetlonym panelu poniżej linii siedziska?”, a następnie poinformował, że wymaga „fotela z możliwością ustawienia pozycji Trendelenbourga min. $+20^{\circ}$ -20° ”, co zostało opisane także w punkcie 5 załącznika 2F. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga ustawienia opisanej pozycji za pomocą zaprogramowanego przycisku znajdującego się na podświetlonym panelu poniżej linii siedziska?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga fotela z możliwością ustawienia pozycji Trendelenbourga, natomiast dopuszcza ustawienie pozycji Trendelenbourg'a min. $+20^{\circ}$ -20° za pomocą zaprogramowanego przycisku znajdującego się na podświetlonym panelu poniżej linii siedziska.