

Oznaczenie postępowania 40/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2015 r. pod numerem 288844-2015 na dostawę: sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach.

Zamawiający informuje, że w związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących udzielonych w dniu 05.11.2015 r. wyjaśnień oraz w wyniku udzielonych odpowiedzi na nowe zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 09.11.2015 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień 16.11.2015 r. (informacja w załączonym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia).

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 10 ppkt 6 SIWZ (str. 9) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach – 40/2015” – nie otwierać przed dniem 16.11.2015 r. godz. 10³⁰.

- pkt 11 ppkt 1 i 2 SIWZ (str. 10) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 16.11.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 16.11.2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 1B do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 2 Audiometr do badań obiektywnych abr/otoemisja (str. 20-21 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 5, 7, 20:

5. Pomiar DPOAE w zakresie częstotliwości 0,5-8 kHz (dokładność pomiarów +/- 1dB SPL) lub pomiar z pkt 7, do wyboru.

7. Pomiar TEOAE z dokładnością pomiarów +/- 1dB SPL lub pomiar z pkt 5, do wyboru.

20. Zakres ciśnień wybierany przez użytkownika w zakresie +300 daPa do -600 daPa. Dopuszcza się moduł tympanometru posiadający zakres ciśnień od -300 do +200 daPa.

- Załącznik nr 1C do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 3 Kaloryzator wodny (str. 23 SIWZ) pkt 8 zostaje usunięty.

- Załącznik nr 1D do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 4 Wideonystagmograf (str. 25-26 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 11, 14:

11. Możliwość rozbudowania o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG. Dopuszcza się wideonystagmograf z możliwością rozbudowy o test vHIT w miejsce ww. parametru.
14. Zdalne sterowanie VNG za pomocą bezprzewodowego pilota (START/ STOP badania, wstawianie znaczników na wykresie). Dopuszcza się pilot bez możliwości wstawiania znaczników, jeśli ta funkcja wstawiania znaczników będzie dostępna z poziomu komputera.

- Załącznik nr 1F do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 6 Kabina ciszy (str. 30 SIWZ), zmienia się zapis w pkt 6:

6. Wentylacja: wymuszona.

- Załącznik nr 1G do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 7 Fotel laryngologiczny (str. 33 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 1, 3, 5, 6, 7, 9:

1. Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedzenia w zakresie min. 500-680 mm/ 500-700 mm/ 565-765 mm/ 580-880 mm/ 590-890mm.
3. Mechanicznie rozkładane oparcia. Dopuszcza się oparcie rozkładane za pomocą silnika elektrycznego.
5. Zagłówek regulowany w płaszczyznach: góra/dół, przód/tył. Dopuszcza się zagłówek z regulacją góra/dół z możliwością szybkiego demontażu.
6. Możliwość obrotu fotela o co najmniej 180° z blokadą w wybranym położeniu. Dopuszcza się zakres obrotu fotela 360° z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji.
7. Podłokietniki z możliwością obrotu oraz całkowitego demontażu w trakcie badania. Dopuszcza się podłokietniki rozkładane niezależnie od siebie, chowane wzdłuż oparcia, zapewniające pełny dostęp do pacjenta po ich ułożeniu wzdłuż oparcia; rozkładane symultanicznie z oparciem do pozycji poziomej.
9. Możliwość badania pacjenta/pacjentów (rodzic+dziecko) o łącznej masie min. 180 kg. Dopuszcza się fotel z obciążeniem 150 kg, pod warunkiem dołączenia opinii od dotychczasowych użytkowników o możliwym użytkowaniu przy większym obciążeniu niż 150 kg.

- Załącznik nr 2F do SIWZ, Pakiet nr 2 poz. nr 6 Fotel zabiegowo-diagnostyczny (str. 53 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 5:

5. Funkcja ustawienia pozycji Trendelenbourg'a. Dopuszcza się ustawienia pozycji Trendelenbourg'a min. +20° -20° za pomocą zaprogramowanego przycisku znajdującego się na podświetlonym panelu poniżej linii siedziska.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach. Aktualne zmiany na dzień 09.11.2015 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 09.11.2015 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego