

Oznaczenie postępowania 40/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.10.2015 r. pod numerem 288844-2015 na dostawę: sprzętu dla Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz sprzętu dla Poradni Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej w 2 pakietach.

Zamawiający informuje, że w związku z pojawieniem się wątpliwości i w celu rozwiania potencjalnych niejasności wprowadza zmianę w parametrze nr 30 Załącznika 1A do SIWZ (Unit laryngologiczny str. 17 SIWZ) - działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

Zamawiający dokonując odpowiedzi na pytania dopuścił w endoskopie giętym kąt widzenia 80°. W związku z tym oczywiste jest, że parametrem zgodnym będzie kąt widzenia 70° i 80°, a co za tym idzie wartości pomiędzy 70° a 80° też będą odpowiednie.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następującym Załączniku:

- Załącznik nr 1A do SIWZ, Pakiet nr 1 poz. nr 1 Unit laryngologiczny (str. 17 SIWZ) zmienia się zapis w pkt 30:

30. Endoskop giętki do nosogardła:

- średnica max. 2,8 mm;
- kąt widzenia 70°- 80°
- długość sondy 300 mm/ dopuszcza się 320 mm
- zagięcie końcówki min. 130°/130°;
- zintegrowany światłowód z adapterem Storz;
- tester szczelności

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z Załącznikiem, w którym nastąpiła zmiana.

Aktualna zmiana na dzień 13.11.2015 r. w Załączniku nr 1A do SIWZ zaznaczona jest kolorem zielonym.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje nie zmieniony, tj. 16.11.2015 r.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 13.11.2015 r. pozostają bez zmian.

.....
data i podpis Zamawiającego