

Oznaczenie sprawy 42/2015

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rewizyjnego modularnego trzpienia endoprotezy stawu biodrowego, systemu płytowego do stabilizacji złamań okołoprotezowych, grotowkrętów do stabilizatora zewnętrznego, systemu do małoinwazyjnego leczenia entezopatii, płyt blokowanych i śrub w 5 pakietach z jednoczesnym utworzeniem magazynu depozytowego, użyczeniem instrumentarium niezbędnego do implantacji endoprotez, użyczeniem sprzętu wielorazowego użytku na okres obowiązywania umowy, dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej WSZ w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie implantacji, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-11-06, numer ogłoszenia **300242 – 2015**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 13.11.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 1?

Trzpień rewizyjny modularny, część krętarzowa napyłona porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w wersji standard i high offset, z otworami umożliwiającymi doszycie tkanek miękkich, część dystalna umożliwiająca blokowanie śrubami w wersji cylindrycznej oraz typu Wagner. Połączenie części krętażowej i trzpienia przy pomocy śruby. Eurokonus 12/14.

Zamawiający odpowiada:

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania, Grotowkrętów Schanza o średnicy 5,0mm i długości 100-200mm zamiast 100-190mm, tytan?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania, Grotowkrętów Schanza o średnicy 5,0 mm i długości od 100-200 mm zamiast 100-190mm, stal?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 7 dopuści możliwość zaoferowania, Grotowkrętów Schanza o średnicy 6,0 mm i długości od 100-200mm zamiast 100-190mm, tytan?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania Grotowkrętów Schanza o średnicy 6,0mm i długości od 100-200mm zamiast 100-190mm, stal?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania Grotowkrętów Schanza o średnicy 4,0 mm i długości od 60 -180mm zamiast 60-175mm, tytan?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

7. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania Grotowkrętów Schanza o średnicy 4.0 mm i długości od 60 -180 mm zamiast 60-175 mm, stal?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

8. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania Grotowkrętów Schanza o średnicy 4.0 mm i długości od 60 -130mm zamiast 60 -125mm, tytan?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.

9. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania Grotowkrętów Schanza o średnicy 4.0 mm i długości od 60-130mm zamiast 60 -125mm, stal?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie.