

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sterylizatora gazowego dla potrzeb Centralnej Sterylizatorni WSZ w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia pracowników Centralnej Sterylizatorni oraz pracowników Sekcji Sprzętu Medycznego w zakresie obsługi urządzenia, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-11-26, numer ogłoszenia **320798 - 2015**.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, informuje, że do dnia 02.12.2015 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Dotyczy załącznika Nr 2 do SIWZ, część „Sterylizator-aerator” pkt. 8: Czy Zamawiający wymaga zawarcia na wydruku następujących danych:

Liniowy wykres temperatury w komorze,

Liniowy wykres ciśnienia w komorze,

Liniowy wykres wilgotności względnej w komorze,

Czas, numer cyklu, data, czas i temperatura degazacji, ewentualne błędy cyklu i uwagi?

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wymaga zawarcia na wydruku w/w danych.

2. Dotyczy załącznika Nr 2 do SIWZ, część „Gwarancja i serwis” pkt.8:

Steryliizator na tlenek etylenu jest urządzeniem wymagającym specjalistycznego podłączenia, spełniającego określone wymogi instalacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i pacjentom. Procedura instalacyjna pochłoniełaby czas serwisu, który lepiej by został spożytkowany na czynności naprawcze. W związku z powyższym prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.

Zamawiający odpowiada:

Tak. Zamawiający wyraża zgodę i odstępuje od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy.