

Znak sprawy 50/2015

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro zamieszczonego w BZP pod numerem 189593-2015 na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C wraz z zabudową przedziału medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia na koszt Wykonawcy dla pracowników S. Sprzętu Medycznego, personelu medycznego Działu Ratownictwa Medycznego i kierowców w WSzZ w Elblągu w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 04.01.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający rozumie pod pojęciem „nowym bez przebiegu” także pojazdy z przebiegiem technicznym - jest to niewielki przebieg powstający w pojazdach w skutek ich przeparkowywania /przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej

Ad. 1

Tak, Zamawiający potwierdza, że samochód bez przebiegu to niewielki przebieg powstający w wyniku przestawienia u producenta oraz dealera, a także przestawiania podczas procesu zabudowy medycznej.

2. W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojazdu nowego z przebiegiem technicznym tj. przebiegiem powstającym w pojazdach w skutek ich przeparkowywania /przestawiania u producenta oraz dealera samochodów bazowych, a także producenta zabudowy medycznej.

Ad. 2

Nie dotyczy – patrz Ad. 1

3. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w Części 3 ust 3.9. SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Ad. 3

Nie – odsetki ustawowe z kodeksu cywilnego. Szpital nie jest przedsiębiorcą (Rozporządzenie z sprawie odsetek ustawowych).

4. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Ad. 4

Nie.

5. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu działu 6 ustęp 6.7. SIWZ „wszelka

korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik". Możliwość zawierania tego typu umów, w których podział obowiązków między stronami zależy wyłącznie od ich woli wynika z obowiązującej zasady swobody umów. Zgodnie z art. 3531 KC strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny wg swojego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Pragniemy jednocześnie zauważyć, iż w świetle obowiązujących przepisów Wykonawcy dysponują pełną swobodą tworzenia konsorcjów w wybranej przez siebie formie prawnej, a Zamawiający nie może tej swobody w sposób nieuzasadniony ograniczać. „Zamawiający, formułując warunki dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, nie może ograniczyć swobody tworzenia konsorcjum" (orzeczenie regionalnej komisji orzekającej z 16.06.2009 r., sygn. akt 0965-DB/75/09). Dlatego też bezpodstawny jest wymóg Zamawiającego, aby tylko wiodący partner był uprawniony do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu w imieniu Konsorcjum w zakresie rozliczeń i kontaktów z Zamawiającym.

Ad. 5

Nie. W żaden sposób nie narusza się zasady opisanej w art. 3531 KC.

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansów z min. 24 miesięcznym okresem gwarancji na zabudowę przedziału medycznego, tj. standardowym okresem gwarancyjnym, jaki oferuje producent zabudowy medycznej?

Ad. 6

Nie.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej, w przypadku poważniejszych awarii (uszkodzeń) wymagających naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, był realizowany w Autoryzowanej Stacji Obsługi producenta zabudowy?

Ad. 7

NIE – Zamawiający nie wyraża zgody na serwis zabudowy medycznej w siedzibie producenta zabudowy.

8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii zabudowy specjalnej do podjęcia naprawy do 72 godzin. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody

9. W związku z faktem, iż producenci pojazdu bazowego, zabudowy i sprzętu medycznego zgodnie z warunkami gwarancji nie przewidują przedłużenia okresu gwarancji o czas naprawy, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w wierszu trzecim z części dotyczącej Warunków gwarancji z tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia - zał. nr 1 do SIWZ i wykreślenie niniejszego wiersza.

Ad. 9

Zamawiający odstępuje od zapisu dotyczącego przedłużenia gwarancji o czas naprawy i wykreśla ten zapis.

10. W związku z faktem, iż faktura VAT jest wystawiana Zamawiającemu po dostawie przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru, prosimy o

wykreślenie pierwszego odnośnika z ust. 5 §2 wzoru umowy. Pragniemy wyjaśnić, iż faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru.

Ad. 10

Zamawiający podtrzymuje zapis.

11. Prosimy o odstąpienie od wymogu wskazanego w §2 ust. 5 trzeci odnośnik wzoru umowy, czyli dostarczenia kopii podpisanej umowy zakupu wraz z załącznikami skoro Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, dokumenty ubezpieczeń itp., a więc wszystkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu korzystanie z przedmiotu umowy. Umowa ze Zbywcą zawiera warunki objęte tajemnicą handlową, które nie mogą być ujawniane osobom trzecim. Dodatkowo zgodnie z art.7094 §3 kodeksu cywilnego „Finansujący obowiązany jest wydać korzystającemu odpis umowy ze zbywcą lub inne posiadane dokumenty dotyczące tej umowy, w szczególności odpis dokumentu gwarancyjnego...”.

Ad. 11.

Zamawiający rezygnuje w paragrafie 2 ust. 5 od wymogu dostarczenia kopii podpisanej umowy wraz z załącznikami.

12 Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu zmian umowy, jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dodanie do § 5 ust. 4 wzoru umowy poniższych zapisów:

- a) —d)(...)
- e) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
- f) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- g) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
- i) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu,
- j) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego."

Ad. 12.

Zamawiający rozszerzy § 5 ust. 4 o następujący zapis:

- zastąpienia sprzętu dotyczącego wyposażenia ambulansu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry, jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje zmianę sprzętu, a cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu.

13. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 1 wzoru umowy z 0,5% na 0,2%.

Ad. 13.

Zamawiający nie wyraża zgody

14. Mając na względzie Umiarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 2 wzoru umowy z 10% na 5%.

Ad. 14.

Zamawiający nie wyraża zgody

15. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia” określonego w §6 ust. 1 wzoru umowy słowem „zwłoki”.

Ad. 15.

Zamawiający nie wyraża zgody

16. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego o w analogicznej wysokości jak w §6 ust 2 wzoru umowy.

Ad. 16.

Zamawiający nie wyraża zgody

17. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

Ad. 17.

Zamawiający nie wyraża zgody

18. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §11 wzoru umowy na: „(..) Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Wykonawcy”.

Ad. 18.

Zamawiający nie wyraża zgody

19 Prosimy Zamawiającego o podanie liczby posiadanych łóżek w Placówce Zamawiającego

Ad. 19.

Nie. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

20. Prosimy o udostępnienie Wykonawcom na stronie internetowej Zamawiającego rachunku wyników / bilansu za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Ad. 20.

Nie. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

21. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Ad. 21.

Nie. Pytanie nie dotyczy przedmiotu zamówienia.

22. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Ad. 22.

Zdaniem Zamawiającego jest to oczywiste.

23. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia zmian do umowy odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający każdorazowo będzie zamieszczał na stornie aktualny wzór umowy uwzględniający wprowadzone zmiany?

Ad. 23.

Tak.

24. Z uwagi na niestandardowe zapisy w zakresie warunków ubezpieczenia opisanych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ w części dotyczącej „Warunki gwarancji” (wiersz piąty), prosimy Zamawiającego o odstąpienie od ww. zapisu, ponieważ przy tak krótkim czasie na przygotowanie oferty Wykonawcy mogą mieć trudności z uzyskaniem od firm ubezpieczeniowych oferty na polisę uwzględniającą warunki zawarte w SIWZ.

Ad. 24.

Zamawiający nie wyraża zgody

25. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany ambulans sanitarny wyposażony był w nowoczesny system asystenta bocznego wiatru który pomaga utrzymywać się na pasie ruchu przy silnym naporze wiatru na mostach i podczas przejeżdżania obok samochodu ciężarowego?

Ad. 25.

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

26. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowany pojazd wyposażony był w nowoczesne systemy fabryczne poprawiające poziom bezpieczeństwa transportu pacjenta wspierające kierowcę podczas transportu pacjenta m.in. fabryczny asystent martwego punktu, który rozpoznaje pojazdy w martwym punkcie i ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowymi i wizualnymi, systemu ostrzegającego o możliwości kolizji „który „wizualnie i dźwiękowo ostrzega o zbyt małym odstępie od innego pojazdu lub przeszkody i wspiera kierowcę w gwałtownym hamowaniu.

Wyjaśnienie:

W ostatnim czasie często ambulanse sanitarne ulegają wypadkom lub kolizjom drogowym dlatego też wprowadzenie nowoczesnych systemów działających niezależnie od kierowcy w znaczący sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa.

Ad. 26.

Zamawiający nie wymaga, aby zaoferowany ambulans był wyposażony w asystenta martwego punktu oraz ostrzegał przed zbyt małym odstępem od innego pojazdu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

27. Prosimy o informację jakie wymagania ma Zamawiający względem typu napędu wałka rozrządu silnika, który w zależności od typu charakteryzuje się mniejszą lub większą trwałością?

Wyjaśnienie:

Określenie wymogu co do typu napędu wałka rozrządu ma wpływ na trwałość tego elementu bowiem jest to uzależnione od jego wykonania (łańcuch charakteryzuje się odpornością na zmiany obciążenia, brakiem okresowości wymiany, czego nie można wskazać w przypadku paska będącego elementem narażonym na uszkodzenia oraz obarczonym koniecznością

okresowej wymiany.

Ad. 27.

Zamawiający nie ma wymagań, jakie rozwiązania są stosowane do napędu układu rozrządu.

28. W związku z otrzymaniem interpretacji Ministerstwa Finansów (kopia pisma w załączeniu) informujemy, że przedmiot zamówienia w obecnym kształcie nie spełnia wytycznych zawartych w przedstawionym stanowisku Ministerstwa Finansów zwalniających z naliczenia podatku akcyzowego. Jednocześnie poniżej przedstawiamy trzy możliwości, które ostatecznie zdecydują o naliczeniu bądź nie naliczeniu podatku akcyzowego:

- a) Czy Zamawiający dopuści by sprzedaż ambulansu odbyła się na dwóch fakturach tj. pojazd bazowy ciężarowy i usługa adaptacji na ambulans sanitarny?
Sposób sprzedaży i rejestracji pojazdu ma wpływ na konieczność naliczania bądź nienaliczania podatku akcyzowego. Tzw. DWA ETAPY sprzedaży i dostawy.
- b) Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu zabudowanego na pojeździe bazowym z roku produkcji 2015 z pierwszą rejestracją jako pojazd ciężarowy. Samochód ten będzie nowy zgodnie z art. 2 pkt 10 ppkt a) ustawy z dnia 11.03.2014 o podatku od towarów i usług Dz. U 2004 nr 54 poz. 535 z póź. zm. (nowe środki transportu)?
JEDNOETAPOWA sprzedaż i dostawa.
- c) Ewentualnie czy Zamawiający zmodyfikuje opis przedmiotu zamówienia tak, aby wymagane były wszystkie elementy wyposażenia medycznego zawarte w aktualnej normie PN-EN 1789.

Jednoznaczne określenie sposobu fakturowania i rejestracji pojazdu pozwoli wszystkim Wykonawcom na złożenie porównywalnych konkurencyjnie ofert przetargowych.

Ponadto zwracamy się z prośbą o przesłanie dokumentu/informacji potwierdzających) że Zamawiający i przedmiot zamówienia spełniają wymagania zawarte w art. 110a ust.1-2 Ustawy z dnia 28.11.2014r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 18) oraz punktem Ad. 2 załączonego pisma.

Ad. 28 a

Zamawiający nie dopuszcza sprzedaży na dwóch fakturach.

Ad. 28b

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie ambulansu zabudowanego na pojeździe z 2015 roku z pierwszą rejestracją jako pojazd ciężarowy z zastrzeżeniem, że przebieg pojazdu bazowego będzie taki sam jak po opuszczeniu hamowni producenta powiększony o przebieg związany z przemieszczaniem na placu parkingowym u sprzedawcy i w zakładzie wykonującym zabudowę.

Ad. 28 c

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ w tym zakresie

Zamawiający informuje, że jest podmiotem leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz.U. z 2013r. poz. 217, z późn. zm.

Przedmiotowy ambulans typu „C” jako ruchoma jednostka intensywnej opieki, będzie wykorzystywany w Dziale Ratownictwa Medycznego Zamawiającego i będzie funkcjonował w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne.

29. Czy Zamawiający mając na uwadze możliwości konstrukcyjne współczesnych silników do osiągania wysokich parametrów mocy i momentu obrotowego z bardzo wysiłonych silników o niewielkich pojemnościach i mając na uwadze ograniczoną trwałość, takich silników, zwłaszcza przy tak ciężkiej pracy jaka występuje przy eksploatacji ambulansów sanitarnych Zamawiający wymaga dolnej granicy pojemności silnika dla oferowanego ambulansu na poziomie 2000 cm³?

Ad. 29

Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ w tym zakresie

30. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania ambulans z dwoma fabrycznymi akumulatorami, każdy o pojemności 95Ah (łącznie 190 Ah)?

Ad. 30

Tak, Zamawiający dopuszcza akumulatory fabryczne o pojemności 95 Ah każdy.