

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 189593-2015 z dnia 2015-12-28 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Elbląg
Dostawa 1 szt. ambulansu drogowego typu C wraz z zabudową przedziału medycznego dla
potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu oraz przeprowadzeniem szkolenia
na koszt Wykonawcy dla pracowników S. Sprzętu Medycznego, personelu...

Termin składania ofert: 2016-01-11

Numer ogłoszenia: 507 - 2016; data zamieszczenia: 07.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 189593 - 2015 data 28.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. (055) 2344111, fax. 055 2345547.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** III.5).
- **W ogłoszeniu jest:** INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17 czerwca 2010 r.) 2. Opisów produktów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 3. Deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego, potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu sanitarnego typu C. 4. Certyfikat dla ambulansu potwierdzający pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 1789 (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu, a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. 5. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań wytrzymałościowych przez niezależną jednostkę notyfikowaną dla oferowanej podstawy (ławety pod nosze główne) Podstawa musi być przystosowana do posiadanego przez Zamawiającego transportera noszy typu Ferno Mondial. 6. Protokół z badań wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający, iż zaoferowany system ogrzewania i klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PNEN1789 w zakresie pkt. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument ma dotyczyć zaoferowanego ambulansu) Zamiast dokumentów określonych w ppkt. 1, 3, 4 można złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego..

- W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM** W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: inne dokumenty 1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015.876) 2. Opisów produktów, które mają być dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego 3. Deklaracja zgodności CE wystawiona zgodnie z przepisami prawa polskiego, potwierdzająca zgodność zabudowy medycznej z wymogami normy PN EN 1789 w zakresie ambulansu sanitarnego typu C. 4. Certyfikat dla ambulansu potwierdzający pozytywne wyniki badań wytrzymałościowych zgodnych z normą PN EN 1789 (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu, a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789. 5. Dokument potwierdzający przeprowadzenie badań wytrzymałościowych przez niezależną jednostkę notyfikowaną dla oferowanej podstawy (ławety pod nosze główne) Podstawa musi być przystosowana do posiadanego przez Zamawiającego transportera noszy typu Ferno Mondial. 6. Protokół z badań wydany przez niezależną jednostkę notyfikującą potwierdzający, iż zaoferowany system ogrzewania i klimatyzacji spełnia wymagania aktualnej normy PNEN1789 w zakresie pkt. 4.5.5.1 i 4.5.5.2 (dokument ma dotyczyć zaoferowanego ambulansu) Zamiast dokumentów określonych w ppkt. 1, 3, 4 można złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego..
- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).**
- W ogłoszeniu jest: ZMIANA UMOWY** przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem: a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny, c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na podstawie zmian przepisów prawa, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. 2. W przypadku zmian o których mowa w pkt. 1 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 3. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią..
- W ogłoszeniu powinno być: ZMIANA UMOWY** przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem: a) że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia ceny, c) ilekroć jest to konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany stawki podatku VAT na podstawie zmian przepisów prawa, ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian, d) zastąpienia sprzętu dotyczącego wyposażenia ambulansu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry,

jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu, który ma być dostarczony, pod warunkiem, że Zamawiający zaakceptuje zmianę sprzętu, a cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu. 2. W przypadku zmian o których mowa w pkt. 1 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy. 3. Aneks zostanie sporządzony przez Wykonawcę i przesłany z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem do Zamawiającego w celu zapoznania się z jego treścią..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4).
- **W ogłoszeniu jest:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, pok. 44, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg...
- **W ogłoszeniu powinno być:** Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu, pok. 44, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg...