

Znak sprawy 2/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro zamieszczonego w BZP w dniu 18.01.2016 r. pod numerem 11620 – 2016 na dostawę 1 szt. ambulansu drogowego typu C wraz z zabudową przedziału medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wraz z przeprowadzeniem szkolenia na koszt Wykonawcy dla pracowników S. Sprzętu Medycznego, personelu medycznego Działu Ratownictwa Medycznego i kierowców w WSzZ w Elblągu w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 20.01.2016 r. oraz 22.01.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby fotele w kabinie kierowcy posiadały pokrowce ze skóry ekologicznej?

Ad. 1

Tak, Zamawiający na zasadzie równoważności dopuszcza fotele pokryte pokrowcami ze skóry ekologicznej.

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami spełniał wymagania SIWZ i posiadał podwójny dostęp do 1 szt. torby medycznej, natomiast dostęp do drugiej torbę/plecaka zapewniony z przedziału medycznego poprzez specjalny uchwyt ścienny umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka podczas akcji ratunkowej?

Ad. 2

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami posiadał podwójny dostęp do 1 szt. torby medycznej, natomiast dostęp do drugiej zapewniony był z przedziału medycznego poprzez specjalny uchwyt ścienny umożliwiający korzystanie z zawartości plecaka podczas akcji ratunkowej.

3. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści światła awaryjne w drzwiach tylnych w technologii halogenowej?

Ad. 3

Tak, Zamawiający dopuszcza halogenowe światła awaryjne w drzwiach tylnych.

4. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ogrzewanie zgodne z PN EN 1789 typu powietrznego o mocy 5,5 kW umożliwiające w sposób bardziej efektywny niż ogrzewanie wodne z nagrzewnicą ogrzanie przedziału medycznego?

Ad. 4

Tak, Zamawiający dopuszcza ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego o mocy 5,5 kW.

5. Sposób montażu szyberdachu nie ma wpływu na jego funkcjonalność, dlatego zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania ambulansu z szyberdachem zamontowanym zgodnie z zaleceniami producenta zarówno szyberdachu jak i pojazdu

bazowego prostopadle do dłuższego boku pojazdu?

Ad. 5

Tak, Zamawiający dopuszcza montaż szyberdachu prostopadle do dłuższej osi pojazdu.

6. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby zespół akumulatorów fabrycznych posiadał łączną pojemność 195 Ah co w zupełności zabezpiecza zapotrzebowanie na energię elektryczną ambulansu?

Ad. 6

Tak, Zamawiający dopuszcza większą łączną pojemność akumulatorów niż wskazana w SIWZ.

7. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści aby sufitowe oświetlenie rozproszone było w technologii halogenowej a tzw. oświetlenie nocne w technologii LED?

Ad. 7

Tak, Zamawiający dopuszcza rozproszone oświetlenie halogenowe a nocne w technologii LED.

8. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści sygnalizację zintegrowaną z dachem bez dodatkowych reflektorków świecących do przodu oraz bez tzw. fali w kolorze pomarańczowym co jest zgodne z PN EN 1789 oraz ustawą „Prawo o ruchu drogowym”?

Ad. 8

Tak, Zamawiający dopuszcza sygnalizację zintegrowaną z dachem bez dodatkowych reflektorów świecących do przodu oraz bez tzw. Fali w kolorze pomarańczowym.

9. Prosimy Zamawiającego o uszczegółowienie danych dotyczących programu AVL Klient.

Ad. 9

Program AVL klient służy do monitorowania eksploatacji ambulansu. Zamawiający wymaga tylko zakupu modułu CAN i zamontowaniu.

10. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby miejsce mocowania deski pediatrycznej, kamizelki KED, szyn Kramera i torby opatrunkowej było w zewnętrznym schowku za lewymi drzwiami?

Ad. 10

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

11. Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności aby zamykany schowek na środki psychotropowe znajdował się w szafce przy przegrodzie i był wyposażony w zamykany na klucz zamek?

Ad. 11

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby schowek na środki psychotropowe był zamykany na kluczyk.

12. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby kosz zamontowany w szufladzie na ścianie działowej posiadał możliwość zamykania stopą a otwierania ręką?

Ad. 12

Tak, Zamawiający dopuszcza zamontowanie kosza na odpady na ścianie działowej zamykanego stopą a otwieranego ręką.

13. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści ambulans z silnikiem Euro VI, który ze względu na system oczyszczania spalin posiada zmniejszoną przez to ładowność, która uniemożliwia zastosowanie szyn z trzema panelami do mocowania uchwytów do sprzętu medycznego?

Ad. 13

Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

14. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści instalację tlenową zgodną z PN EN 1789 bez manometru ciśnienia w instalacji i przełącznikiem butla/butla a posiadającą możliwość monitorowania ciśnienia w butlach i zasilaną z jednej lub dwóch butli bez konieczności przełączania?

Ad. 14

Tak, Zamawiający dopuszcza instalację tlenową zgodną z PN-EN - 1789 bez manometru i z przełącznikiem butla/butla a posiadającego możliwość monitorowania ciśnienia w butlach i zasilaną z jednej lub dwóch butli bez konieczności przełączania

- 15 Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści lawetę pod nosze główne spełniającą wymagania SIWZ z wysuwem na zewnątrz i jednoczesnym pochyłem do wysokości kołek najazdowych noszy Ferno Mondial?

Ad. 15

Tak, Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności lawetę pod nosze główne z wysuwem na zewnątrz i jednoczesnym pochyłem do wysokości kołek najazdowych noszy Ferno Mondial, ale bez zastosowania linek w mechanizmie lawety.

16. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby reflektory zewnętrzne gasły automatycznie po przekroczeniu przez ambulans prędkości 15 km/h zamiast realizacji tej funkcji za pomocą kluczyka/pilota samochodu bazowego?

Ad. 16

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby reflektory zewnętrzne gasły automatycznie po przekroczeniu przez ambulans prędkości 15km/h zamiast realizacji tej funkcji za pomocą kluczyka/pilota

17. Czy Zamawiający dopuści aby ambulans posiadał standardowy okres gwarancji na powłoki lakiernicze wynoszący 24 miesiące?

Ad. 17

Tak, Zamawiający dopuszcza, aby ambulans posiadał standardowy okres gwarancji 24 miesiące na powłoki lakiernicze.

18. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści panel spełniający wymagania SIWZ posiadający 16 000 kolorów co w zupełności wystarczy dla tego typu urządzenia?

Ad. 18

Tak, Zamawiający dopuszcza panel sterowania o 16000 kolorów

19. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści termobox o wymiarach wys. 30cm, szer. 17cm, dł. 36cm?

Ad. 19

Tak, Zamawiający dopuszcza termobox o wymiarach 30x17x36 cm.

20. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w Części 3 ust. 3.9. SIWZ rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Ad. 20

Nie

21. W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgodzi się na zastosowanie odsetek za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Ad. 21

Zamawiający nie wyraża zgody

22. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ambulansów z min. 24 miesięcznym okresem gwarancji na zabudowę przedziału medycznego, tj. standardowym okresem gwarancyjnym, jaki oferuje producent zabudowy medycznej?

Ad. 22

Zamawiający nie wyraża zgody

23. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby serwis zabudowy specjalnej (łącznie z wymaganymi okresowymi przeglądami zabudowy) sanitarnej, w przypadku poważniejszych awarii (uszkodzeń) wymagających naprawy przy użyciu specjalistycznego sprzętu, był realizowany w siedzibie producenta zabudowy?

Ad. 23

Zamawiający nie wyraża zgody

24. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu reakcji serwisu od zgłoszenia awarii zabudowy specjalnej do podjęcia naprawy do 72 godzin. Zgoda Zamawiającego umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert szerszemu gronu Wykonawców.

Ad. 24

Zamawiający nie wyraża zgody

25. W związku z faktem, iż faktura VAT jest wystawiana Zamawiającemu po dostawie przedmiotu zamówienia na podstawie podpisanego obustronnie protokołu odbioru, prosimy o wykreślenie pierwszego odnośnika z ust. 5 §2 wzoru umowy. Pragniemy wyjaśnić, iż faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru.

Ad. 25

Zamawiający nie wyraża zgody

26. Prosimy Zamawiającego o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i dodanie do §5 ust 4 wzoru umowy poniższych zapisów: a) —d)(...)
e) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia;
f) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności

- których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
- g) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 - h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - i) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu;
 - j) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.

Ad. 26

Zamawiający nie wyraża zgody

27. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust 1 wzoru umowy z 0,5% na 0,2%.

Ad. 27

Zamawiający nie wyraża zgody

28. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §6 ust. 2 wzoru umowy z 10% na 5%.

Ad. 28

Zamawiający nie wyraża zgody

29. Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienia” określonego w §6 ust. 1 wzoru umowy słowem „zwłoki”.

Ad. 29

Zamawiający nie wyraża zgody

30. Zgodnie z zasadą równości stron umowy prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy kary obciążającej Zamawiającego na rzecz Wykonawcy za nieuzasadnione rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w analogicznej wysokości jak w §6 ust. 2 wzoru umowy.

Ad. 30

Zamawiający nie wyraża zgody

31. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §6 ust. 3 wzoru umowy na: „Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych”.

Ad. 31

Zamawiający nie wyraża zgody

32. Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu w §11 wzoru umowy na: „(..) Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Wykonawcy”.

Ad. 32

Zamawiający nie wyraża zgody

33. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do wzoru umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Ad. 33

Zdaniem Zamawiającego jest to oczywiste.

34. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wprowadzenia zmian do umowy odpowiedziami na pytania Wykonawców, Zamawiający każdorazowo będzie zamieszczał na stronie aktualny wzór umowy uwzględniający wprowadzone zmiany?

Ad. 34

Tak, Zamawiający potwierdza

35. Z uwagi na niestandardowe zapisy w zakresie warunków ubezpieczenia opisanych w tabeli załącznika nr 1 do SIWZ w Części dotyczącej „Warunki gwarancji” (wiersz piąty), prosimy Zamawiającego o odstąpienie od ww. zapisu, ponieważ przy tak krótkim czasie na przygotowanie oferty Wykonawcy mogą mieć trudności z uzyskaniem od firm ubezpieczeniowych oferty na polisę uwzględniającą warunki zawarte w SIWZ.

Ad. 35

Zamawiający nie wyraża zgody

36. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samochodu z tapicerką siedzeń w kabinie kierowcy z tkaniny lub zastosowanie pokrowców ochronnych?

Ad. 36

Zamawiający dopuszcza pokrowce ze skóry ekologicznej, patrz odpowiedź Nr 1

37. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania samochodu z alternatorem o wydajności 180 A?

Ad. 37

Zamawiający nie wyraża zgody

38. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu w Części X Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, wiersz 3 o brzmieniu: „Moduł CAN zainstalowany, gotowy do współpracy z programem AVL Klient”. Prosimy o wyjaśnienie, co Wykonawcy mają wykonać i jak mają rozumieć spełnienie tego wymogu.

Ad. 38

Wykonawca musi nabyć moduł CAN, który wczytuje dane eksploatacyjne z pojazdu i przesyła je do programu AVL Klient. Wykonawca zamontuje moduł w siedzibie Zamawiającego.

39. W związku z zapisem w Części XI Opisu Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, ostatnie zdanie wiersza 12 o brzmieniu: „Podstawa musi być przystosowana do posiadanego przez Zamawiającego transportera noszy typu Ferno Mondial”, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający posiada mocowanie do noszy Ferno Mondial i czy po wyborze ofert, prześle mocowanie do siedziby Wykonawcy, którego oferta została wybrana, czy może Wykonawca ma zakupić i zainstalować ww. mocowanie?

Ad. 39

Nie. Zamawiający posiada transporter i nosze Ferno Mondial „T2”. Mocowanie zamontowane na lawecie musi być kompatybilne z posiadanym transporterem.

40. Jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy zakupienia mocowania do noszy Ferno Mondial prosimy o podanie modelu transporter Mondial, czy będzie to „T1” czy „T2”?

Ad. 40

Zamawiający posiada transporter T2”

41. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych, o którym mowa w Części XI wiersz 13 Opisu Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SIWZ, był zainstalowany obok prawego tylnego nadkola, pod fotelem, dostęp do termoboxu poprzez prawe drzwi przesuwne?

Ad. 41

Tak, dopuszcza taką możliwość

42. Czy Zamawiający dopuści termobox o pojemności 3 litrów o wymiarach szerokość 15 cm, długość 35 cm, wysokość 20 cm?

Ad. 42

Zamawiający nie dopuszcza termoboxu o pojemności 3 litrów.

43. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy po rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający prześle do siedziby Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana podstawy: defibrylatora, pompy infuzyjnej, respiratora w celu ich zainstalowania czy Wykonawca musi to zrobić w dniu przekazania ambulansu w siedzibie Zamawiającego?

Ad. 43.

Zamawiający posiada podstawy defibrylatora, pompy infuzyjnej, respiratora. Wykonawca musi zamontować w/w podstawy w siedzibie Zamawiającego w dniu przekazania ambulansu.

44. Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu o brzmieniu: „Zapewnienie w cenie oferty szkolenia dla pracowników w zakresie prawidłowej konserwacji i obsługi ambulansu”, szkolenie które odbędzie się podczas przekazania ambulansu?

Ad. 44

Tak

45. Prosimy o wyjaśnienie, ile przeglądów gwarancyjnych zabudowy medycznej wymaga Zamawiający w okresie trwania gwarancji tj. w okresie 36 miesięcy.

Ad. 45

Tyle ile wymaga producent zabudowy.

46. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojazdu z silnikiem o dopuszczalnym zużyciu energii 3,02 MJ/km spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Ad. 46

Zamawiający dopuszcza taką możliwość

47. Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans, który zamiast niezależnego

ogrzewania wodnego opisanego w pkt. VII będzie wyposażony w „niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie powietrzne przedziału medycznego o mocy 5,5 kW które w przeciwieństwie do ogrzewania wodnego zapewnia spełnienie wymagań aktualnej normy PN EN 1789 w zakresie pkt. 4.5.5.1 i 4.5.5.2?

Ad. 47

Tak, Patrz odpowiedź Nr 4