

Oznaczenie postępowania 3/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2016 r. pod numerem 19130-2016 na dostawę myjni/ dezynfektora endoskopów wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 48 miesięcy dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania myjni/ dezynfektora dla personelu medycznego oraz personelu obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 3 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 03.02.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający pragnie zakupić myjnię na 2 czy na 3 endoskopy? W pkt. 1 Parametrów technicznych mowa jest o myjni do 2 endoskopów, zaś w parametrach punktowanych o możliwości mycia 3 endoskopów.

Prosimy o doprecyzowanie maksymalnej ilości kanałów roboczych dla każdego z endoskopów w przypadku gdyby myjnia miała umożliwiać mycie 3 endoskopów.

Zamawiający odpowiada

W pkt. 1 parametrów jest wyraźny zapis "na minimum dwa endoskopy" określający przedmiot zamówienia jako urządzenie umożliwiające jednoczesne mycie/dezynfekcję co najmniej dwóch aparatów (co jednoznacznie dopuszcza zarówno myjnię na dwa jak i na trzy i potencjalnie więcej endoskopów) zaś parametry punktowane uwzględniają ten fakt wprowadzając rozróżnienie pomiędzy myjniami na dwa i myjniami na trzy lub więcej endoskopów (ze względu na ich różnice funkcjonalne).

Ilość kanałów roboczych w endoskopach nie stanowi parametru ocenianego, zestaw posiadanych endoskopów z wyszczególnieniem ich typu znajduje się w punkcie 24 wymogów (wszystkie aparaty typu standardowego z pojedynczym kanałem roboczym).

Pytanie 2

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w parametrach ocenianych w pkt. 3 o możliwości niezależnego uruchamiania procesu dla poszczególnych endoskopów. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia wyposażonego w co najmniej 2 niezależne komory do mycia endoskopów? W przypadku zastosowania jednej wspólnej komory zapis taki nie ma żadnego uzasadnienia ponieważ rozpoczęcie cyklu dla jednego endoskopu spowoduje również mycie drugiego i/ lub trzeciego instrumentu.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza różne metody techniczne/ technologiczne realizacji założonych parametrów funkcjonalnych. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania także urządzenia posiadającego 2 niezależne komory do mycia endoskopów. W przypadku możliwości poddawania procesowi mycia/dezynfekcji w jednej komorze więcej niż jednego endoskopu wymagane jest bezwzględnie techniczne dostosowanie komory do takiej sytuacji (przez zastosowanie koszy lub analogicznych metod). Zestaw

parametrów ocenianych dostosowany jest do możliwości oferowania różnych metod realizacji procesu mycia/ dezynfekcji przez Wykonawców – co w pełni uzasadnia zapis będący przedmiotem zapytania.

Pytanie 3

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli pisząc w parametrach ocenianych w pkt. 5 o niezależnym systemie nadzorującym główny system sterujący myjni? Czy chodzi o zdublowany system, który w przypadku awarii głównego systemu pozwala na kontynuowanie procesu i kontrolę parametrów mycia i dezynfekcji?

Zamawiający odpowiada

Chodzi o rozwiązanie, które umożliwia podwójną kontrolę krytycznych parametrów procesu mycia i dezynfekcji endoskopu, czyli np. zdublowany system, który w przypadku awarii głównego systemu pozwala na kontynuowanie procesu i kontrolę parametrów mycia i dezynfekcji.

Pytanie 4

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 7 - ponieważ w Załączniku 2c Zamawiający wymaga, aby to dostawca zapewnił środki do mycia i dezynfekcji, prosimy o odstąpienie od wymogu pkt. 7.

Zamawiający odpowiada

NIE. Czas potencjalnego użytkowania myjni jest znacznie dłuższy od czasu określonego w zamówieniu co uzasadnia powyższy wymóg w sposób jednoznaczny.

Pytanie 5

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 13 - Prosimy o doprecyzowanie czy pisząc o suszeniu endoskopu Zamawiający ma na myśli suszenie kanałów roboczych endoskopu czy też również powierzchni zewnętrznych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie ingeruje w techniczną realizację procesu mycia/ dezynfekcji przez producenta myjni/ dezynfektora, zapis punktu 13 mówi o wymogu funkcjonalnym – wymagany sposób realizacji procesu mycia/ dezynfekcji ma zapewnić możliwość użycia aparatu bezpośrednio po zakończeniu procesu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności ponadstandardowych (płukanie, suszenie etc.).

Pytanie 6

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 13 - Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie dotyczy również powierzchni zewnętrznych to prosimy o wyjaśnienie czy czas podany w pkt. 5 i 15 (poniżej 45 mm) ma obejmować również fazę suszenia powierzchni zewnętrznych instrumentu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie ingeruje w techniczną realizację procesu mycia/ dezynfekcji przez producenta myjni/ dezynfektora, zapis punktu 13 mówi o wymogu funkcjonalnym – wymagany sposób realizacji procesu mycia/ dezynfekcji ma zapewnić możliwość użycia aparatu bezpośrednio po zakończeniu procesu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności ponadstandardowych (płukanie, suszenie etc.).

Pytanie 7

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 13 - Czy jeśli Zamawiający wymaga aby suszone były również powierzchnie zewnętrzne endoskopu to wymaga także, by zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 15883-1 myjnia była wyposażona w system filtracyjny z filtrem HEPA klasy min. H14?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie ingeruje w techniczną realizację procesu mycia/ dezynfekcji przez producenta myjni/ dezynfektora, zapis punktu 13 mówi o wymogu funkcjonalnym – wymagany sposób realizacji procesu mycia/ dezynfekcji ma zapewnić możliwość użycia aparatu bezpośrednio po zakończeniu procesu bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności ponadstandardowych (płukanie, suszenie etc.).

Pytanie 8

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 17 - Czy pisząc o powtarzalnym systemie dozowania i dokładnym pomiarze Zamawiający ma na myśli, iż zaoferowana myjnia ma być wyposażona w przepływomierze z możliwością ich kalibracji? Jest to najdokładniejsze obecnie rozwiązanie na rynku.

Zamawiający odpowiada

Odpowiedź analogiczna jak w punkcie 5,6,7. Zamawiający nie ingeruje w techniczną realizację procesu mycia/ dezynfekcji przez producenta myjni/ dezynfektora. Wymagane jest zastosowanie rozwiązania zapewniającego powtarzalność procesu dozowania środków i adekwatność kolejnych cykli roboczych.

Pytanie 9

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. Pkt. 19 – Prosimy o podanie parametrów wody wodociągowej, która znajduje się w Pracowni Endoskopowej.

Zamawiający odpowiada

L.p.	Parametr	Jednostka	Wartość
1.	Twardość	dH	14 - 17
2.	Mętność	NTU	0,13
3.	Żelazo	µg/l	<10
4.	Amoniak	µgNH ₄ ⁺ /l	<0,10
5.	Mangan	µg/l	<20
6.	Ciśnienie ciepłej wody	bar	4
7.	Ciśnienie zimnej wody	bar	4,5 - 5

Pytanie 10

Dotyczy Parametrów technicznych przedmiotu zamówienia:

Dot. pkt. 25 - Prosimy o informację czy komputer, na którym ma być zainstalowany system ma zostać dostarczony wraz z urządzeniem czy też pozostaje to w gestii Zamawiającego? Jeśli ma być dostarczony wraz z myjnią prosimy o podanie parametrów technicznych, które powinien spełniać.

Zamawiający odpowiada

Odpowiedź analogiczna jak w pkt. 8. Zamawiający nie ingeruje w sposób technicznej realizacji wymogów. Wymagane jest zastosowanie dedykowanego systemu z dedykowanym urządzeniem dostarczonym razem z oferowaną myjnią/ dezynfektorem (jak wynika to z zapisu punktu 25 – ostatnie zdanie). Zamawiający wymaga jedynie, aby oferowany system spełniał wymogi umożliwiające jego użytkowanie w pomieszczeniu, w którym pracuje oferowana myjnia/ dezynfektor (wymogi dotyczące wilgotności, odporności na przypadkowe zachłapanie etc.). Wymagana jest odporność na przypadkowe zawilgocenia.

Pytanie 11

Dot. projektu umowy par. 8 ust. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 1% wartości reklamowanego przedmiotu zamówienia, gdyż kara w wysokości 2% jest niewspółmiernie wysoka i nie przystaje do ogólnie obowiązujących kar umownych.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dot. projektu umowy par. 9 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: „(...) bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę i dodaje do § 9 ust. 2. zapis: „(...) bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Pytanie 13

Dot. SIWZ pkt. 3.17 oraz projekt umowy par. 4 ust. 7:

Czy w przypadku gdy Wykonawca nie będzie wnosił o rewaloryzację wartości umowy z powodów wymienionych w SIWZ pkt. 3.13 ppkt 2) i 3) oraz projekt umowy par. 4 ust. 3 ppkt 2) i 3), nie będzie zobowiązany do przekazania danych wymienionych w SIWZ pkt. 3.17 oraz projekt umowy par. 4 ust. 7?

Zamawiający odpowiada

Tak, jeżeli Wykonawca nie będzie wnosił o rewaloryzację wartości umowy, to wtedy nie będzie zobowiązany.

Pytanie 14

Dot. projektu umowy par. 2 ust. 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby seria oraz data przydatności znajdowały się na dokumencie WZ a nie fakturze?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 15

Dot. SIWZ pkt. 6.6.1 oraz projekt umowy par. 1 ust. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niemedycznego wyposażenia myjni (np. zewnętrzny uzdatniacz wody, drukarka, papier, sól do softenera) nie posiadającego dokumentów dopuszczających wymienionych w SIWZ pkt. 6.6.1 oraz projekt umowy par. 1 ust. 5?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Prosimy o informację czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Zamawiający odpowiada

Nie, Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową.

Pytanie 17

Dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5:

Czy na potwierdzenie spełnienia wymogu Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia przez wykonawcę (będącego autoryzowanym dystrybutorem oferowanej myjni)?

Zamawiający odpowiada

Jeżeli Wykonawca jest autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy wyrobu medycznego, zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o wyrobach medycznych, Zamawiający dopuszcza złożenie takiego oświadczenia. Jeżeli Wykonawca może przedstawić dokumenty potwierdzające, że jest autoryzowanym przedstawicielem wytwórcy wyrobu medycznego na terytorium całej Unii Europejskiej może złożyć takie oświadczenie.

Pytanie 18

Dot. opisu przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis w punkcie 3 na: Potwierdzona przez producenta możliwość zastosowania myjni do mycia/ dezynfekcji endoskopów produkcji firmy Olympus, w tym endoskopów ultrasonograficznych firmy Olympus, wraz z automatyczną kontrolą szczelności endoskopów (patrz także punkt 24), eliminującą możliwość uszkodzenia aparatu z obecną nieszczelnością w wyniku jego podłączenia do myjni podczas uruchamiania programu mycia/ dezynfekcji”?

Prośba jest spowodowana brakiem zaleceń co do dezynfekcji endoskopów firmy Pentax w kwasie nadoctowym.

Zamawiający odpowiada

TAK. Zamawiający modyfikuje zapis w punkcie 3 do proponowanej treści.

Pytanie 19

Dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3:

Czy Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia przez producenta endoskopów możliwości mycia i dezynfekcji sprzętu w oferowanych wraz z myjnią środkach myjąco-dezynfekcyjnych?

Zamawiający odpowiada

Tak, ze względu na użytkowanie endoskopów w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 20

Dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 7:

Czy Zamawiający dopuści do postępowania myjnię, której proces mycia i dezynfekcji został certyfikowany z jednym zestawem środków. Zamawiający wymaga podania ceny całości pracy myjni w okresie 4 lat determinując wyliczenia kosztów eksploatacji z jednym zestawem środków.

Zamawiający odpowiada

NIE. Z uwagi na to, że czas potencjalnego użytkowania myjni jest znacznie dłuższy od czasu określonego w zamówieniu (4 lat) wymagamy dostępności przynajmniej dwóch alternatywnych środków różnych producentów dopuszczonych do użytkowania z oferowaną myjnią.

Pytanie 21

Dot. gwarancji i serwisu pkt. 3:

Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy zapis „za zwłokę w usunięciu uszkodzeń powyżej 48 godzin od zgłoszenia w dni robocze (...)”, gdyż termin naprawy (usunięcia uszkodzenia) Zamawiający określił na 14 dni (pkt 2)?

Zamawiający odpowiada

Reakcje serwisu to 48 godzin, a kary za brak reakcji rozumianej jako przyjazd serwisanta i za usunięcie awarii powyżej 14 dni.

Pytanie 22

Dot. gwarancji i serwisu pkt. 2 oraz projekt umowy par. 7 ust. 3:

Po terminie 14 dni wykonawca ma zapewnić urządzenie zastępcze, w projekcie umowy w terminie 7 dni roboczych.

Zamawiający odpowiada

Po terminie 14 dni Wykonawca ma zapewnić urządzenie zastępcze.

Pytanie 23

Dot. gwarancji i serwisu pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu do 8 lat (taki czas deklaruje producent sprzętu)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dot. gwarancji i serwisu pkt. 5:

Czy na potwierdzenie wymogu Zamawiający uzna za wystarczające załączenie do oferty dokumentu autoryzacji producenta myjni dla wykonawcy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający uzna załączenie do oferty dokumentu autoryzacji producenta myjni dla wykonawcy.

Pytanie 25

Dot. szkoleń pkt. 2:

Prosimy o rezygnację z odrębnych zaświadczeń dla personelu technicznego gdyż nie istnieją czynności przeglądowe nie zastrzeżone przez producenta a szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu przeprowadza wykonawca posiadający autoryzację producenta myjni.

Zamawiający odpowiada

Pierwsza część – o ile tak jest w standardzie obsługi to tak, część druga – nie, ale dopuszczamy możliwość bezpłatnego przeszkolenia nowego personelu przez Wykonawcę w miejscu Zamawiającego z terminem realizacji do 7 dni w okresie całego użytkowania myjni.

Pytanie 26

Czy Zamawiający wymaga aby adaptory służące do podłączeń endoskopów w myjni były wyrobami medycznymi?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wymaga, aby adaptory służące do podłączeń endoskopów w myjni były wyrobami medycznymi.

Pytanie 27

Dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 25:

Czy Zamawiający dopuści myjnię endoskopową wraz ze zintegrowanym systemem do monitorowania procesu dezynfekcji spełniającego parametry wymienione w pkt. 25?

Zamawiający odpowiada

TAK, Zamawiający nie ingeruje w sposób realizacji wymaganej funkcji.

Pytanie 28

Dot. opisu przedmiotu zamówienia pkt. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę załączenie ulotki jako potwierdzenia spełniania wymogu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie ulotki jako potwierdzenia spełniania wymogu.

Pytanie 29

Dotyczy pkt. 6.6 1. - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymaganie dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (deklaracja zgodności CE) dotyczy tylko urządzeń, czyli zaoferowanej myjni do endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Dotyczy myjni/ dezynfektora oraz wszystkich innych środków, o ile są wyrobami medycznymi.

Pytanie 30

Dotyczy pkt. 6.6 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty katalogów lub ulotek informacyjnych wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta w sytuacji gdy zaoferowane urządzenia produkowane są poza granicami Polski? Standardowe ulotki informacyjne producenta zawierają ogólne informacje dotyczące urządzeń, na których nie ma potwierdzenie wszystkich wymaganych parametrów ze względu na ich specyfikę - wymagane urządzenia produkowane są pod indywidualne zamówienie. Autoryzowany dystrybutor konfiguruje urządzenie zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i jest w stanie określić czy spełnia ono wymagania postępowania.

W przypadku nie wyrażenia zgody na dostarczenie ulotek wystawionych przez autoryzowanego przedstawiciela czy Zamawiający dopuści przedstawienie oświadczenia producenta o spełnianiu postawionych wymagań wyszczególnionych w tabeli parametrów technicznych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 31

Dotyczy pkt. 6.6 2 - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wymaganie dołączenia do oferty materiałów opisujących przedmiot zamówienia dotyczy tylko urządzeń, czyli zaoferowanej myjni do endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Dotyczy myjni/ dezynfektora endoskopów oraz materiałów eksploatacyjnych.

Pytanie 32

Dotyczy Zał. 2C (formularz asortymentowo-cenowy) - Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymagając zaoferowania materiałów eksploatacyjnych do myjni/ dezynfektora endoskopów przy założeniu 8000 aparatocykli na 4 lata ma na myśli tylko preparaty dezynfekcyjne służące do mycia i dezynfekcji czy również testy kontroli mycia? Jeżeli Zamawiający wymaga zaoferowania testów kontroli mycia prosimy o podanie jakich testów Zamawiający wymaga?

Zamawiający odpowiada

Wszystkie testy wymagane do prawidłowego funkcjonowania myjni w trakcie standardowego użytkowania. Nie wymagamy testów dodatkowych stosowanych w ramach nadzoru epidemiologicznego zgodnego z lokalnymi procedurami Zamawiającego.

Pytanie 33

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie edytowalnej (word, excel) wersji załączników do SIWZ. Pozwoli to przygotować czytelną ofertę przetargową.

Zamawiający odpowiada

SIWZ wraz z załącznikami w edytowalnej (word, excel) Zamawiający zawsze udostępnia na prośbę Wykonawcy. Wystarczy zwrócić się z prośbą z podaniem adresu mailowego, na który ma zostać przesłana SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy Umowy § 7 ust. 1 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wysokości kar umownych do poziomu 0,1 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 35

Dotyczy Umowy § 7 ust. 3 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy poprzez dopisanie następującego paragrafu: „lub Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi mycia i dezynfekcji w zewnętrznej jednostce na własny koszt zapewniając jednocześnie transport materiałów przeznaczonych do mycia i dezynfekcji”?

UZASADNIENIE: Oferowane urządzenie jest instalowane u Zamawiającego na stałe i jest podłączone do infrastruktury szpitalnej. Instalacja urządzenia zastępczego wiąże się z wykonaniem prac adaptacyjnych co może zakłócać funkcjonowanie Pracowni.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody. Wysłanie aparatu do myjni to jego praktyczne wyłącznie z użytkowania, nie do przyjęcia dla Pracowni. Przyłącza pozostają po myjni „uszkodzonej” a oferowana „zastępcza o ile jest tego samego typu, to wykorzystuje te same przyłącza i nie wymaga żadnego dostosowania.

Pytanie 36

Dotyczy Załącznika 2A - pkt. 7 - Czy w celu potwierdzenia możliwości stosowania środków chemicznych 2 różnych producentów należy zapewnić pełną skuteczność procesów potwierdzoną przez producenta urządzenia w stosownych dokumentach (dokumencie) załączonym do oferty? Dla każdego urządzenia istnieje możliwość stosowania różnych środków chemicznych, dla niektórych jednak urządzeń skuteczność procesowa potwierdzona jest wyłącznie dla jednego preparatu co ogranicza użytkownikowi możliwość wyboru preparatów do jednego.

Zamawiający odpowiada

Istotą wymogów w pktcie 7 jest zapewnienie konkurencyjności, możliwość zastosowania środków do myjni oznacza konieczność potwierdzenia powyższego prawomocnym oświadczeniem producenta lub odpowiednim certyfikatem (myjnia to wyrób medyczny, którego stosowanie jest ograniczone odpowiednimi przepisami).

Pytanie 37

Dotyczy Załącznika 2A - pkt. 9 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym automatyczna kontrola szczelności endoskopu i kanałów odbywa się dla każdego endoskopu oddzielnie w trakcie całego procesu mycia i dezynfekcji jeśli urządzenie spełnia wymagania pkt. 14 co jest zgodne z normą PN EN 15883-4?

Zamawiający odpowiada

Punkt 14 dotyczy postępowania z aparatem przed rozpoczęciem procesu mycia/ dezynfekcji w myjni, wymogi punktu 14 z zasady nie mają zastosowania do wymaganej kontroli szczelności kanałów. Wymóg punktu 9 dotyczy wyłącznie procesu przeprowadzanego w myjni/ dezyntektorze.

Pytanie 38

Dotyczy Załącznika 2A - pkt. 10 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie w którym możliwość wykrycia stanu zablokowania kanałów odbywa się dla każdego endoskopu oddzielnie jeśli urządzenie spełnia wymagania pkt. 14 co jest zgodne z normą PN EN 15883-4?

Zamawiający odpowiada

Punkt 14 dotyczy postępowania z aparatem przed rozpoczęciem procesu mycia/ dezynfekcji w myjni, wymogi punktu 14 z zasady nie mają zastosowania do wymaganej kontroli szczelności kanałów. Wymóg punktu 10 dotyczy wyłącznie procesu przeprowadzanego w myjni/ dezyntektorze.

Pytanie 39

Dotyczy Załącznika 2A - pkt. 11 - Czy Zamawiający wymaga aby automatyczna samo dezynfekcja myjni odbywała się dla szerszego spektrum biobójczego aniżeli dezynfekcja środkiem chemicznym (np. dezynfekcja termiczna)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga uzyskania sporobójczości w wyniku procesu dezynfekcji aparatów w trybie o standardowym czasie trwania. Zamawiający nie ingeruje w techniczny i technologiczny proces realizacji powyższej funkcji przez producenta/ oferenta myjni.

Pytanie 40

Dotyczy Załącznika 2A - pkt. 17 - Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie redukowało zużycie wody i środków chemicznych w przypadku mycia jednego endoskopu?

Zamawiający odpowiada

Wymogi punktu 17 nie obejmują poruszanego problemu. Redukcja zużycia mediów podczas pojedynczego cyklu jest parametrem pożądanym ale nie wymienianym w punkcie 17 ani w punkcie 12 wymogów technicznych.

Pytanie 41

Dotyczy Załącznika 2A - Czy Zamawiający wymaga aby podobnie jak obudowa, również komora została wykonana ze stali kwasoodpornej w przypadku komory AIS1316 (1.4401) lub lepszej gatunkowo?

Zamawiający odpowiada

Wewnętrzna część jest bardziej narażona więc albo stal kwasoodporna albo inne tworzywo kwasoodporne tj. o analogicznych właściwościach – tak naprawdę to wymagana jest odporność mechaniczna o właściwościach zbliżonych do stali kwasoodpornej z dostosowaniem właściwości użytego materiału do wymogów środowiskowych wynikających z zastosowanego algorytmu dezynfekcji (środki, temperatura, osmotyczność).

Pytanie 42

Dotyczy Załącznika 2B - Czy Zamawiający podda ocenie w pkt. 1 i przyzna punkty dla urządzenia w którym następuje identyfikacja braku przepływu przez kanały konkretnego endoskopu jeśli urządzenie spełnia wymagania pkt. 14 Załącznika 2A co jest zgodne z normą PN EN 15883-4?

Zamawiający odpowiada

Wymogi punktu 14 dotyczą postępowania przed poddaniem aparatu procesowi mycia/ dezynfekcji w myjni i nie mają zastosowania do parametrów ocenianych w punkcie 1 parametrów punktowanych.