

Oznaczenie postępowania 3/2016

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2016 r. pod numerem 19130-2016 na dostawę myjni/ dezynfektora endoskopów wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 48 miesięcy dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania myjni/ dezynfektora dla personelu medycznego oraz personelu obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.**

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 08.02.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

**Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert pozostaje na dzień 11.02.2016 r.**

**Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:**

**- pkt 6.6. ppkt 1, ppkt2 SIWZ (str. 8 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:**

1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 z 17 czerwca 2010 r.), deklaracja zgodności CE, o ile wymaga tego ustawa i złożenie stosownego oświadczenia przez Wykonawcę dla wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne – dotyczy myjni/ dezynfektora endoskopów oraz materiałów eksploatacyjnych.
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, fotografie sprzętu itp. przedstawiające wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne aparatu, w celu potwierdzenia wymaganych parametrów opisanych w Załączniku nr 2A do SIWZ (parametry wymagane) oraz w Załączniku nr 2B do SIWZ (parametry oceniane), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego. Powyższe dotyczy także materiałów eksploatacyjnych.

**- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla Myjni/ dezynfektora endoskopów dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (str. 19, 21 SIWZ) pkt 3, 24 Parametrów technicznych otrzymują nowe brzmienie:**

3. Potwierdzona przez producenta możliwość zastosowania myjni do mycia/ dezynfekcji endoskopów produkcji firmy Olympus, w tym endoskopów ultrasonograficznych firmy Olympus, wraz z automatyczną kontrolą szczelności endoskopów (patrz także punkt 24), eliminującą możliwość uszkodzenia aparatu z obecną nieszczelnością w wyniku jego podłączenia do myjni podczas uruchamiania programu mycia/ dezynfekcji.
24. Oferowany zestaw akcesoriów musi zapewnić prawidłowe podłączenie i przeprowadzenie procesu dla endoskopów i wideoendoskopów oraz wideoendoskopów ultrasonograficznych firmy Olympus. Należy dostarczyć adaptery dla następujących typów endoskopów:
  - Olympus GIF 160
  - Olympus GIF-Q160

- Olympus CF-Q145L
- Olympus CF-Q165L
- Olympus CF-H180AL
- Olympus TJF-145
- Olympus GF UM160
- Olympus UCT160 OL5
- Olympus TJF-145
- Olympus GIF-Q165

(patrz także punkt 3).

**- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla Myjni/ dezynfektora endoskopów dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (str. 22 SIWZ) pkt 3, 5 gwarancji i serwisu otrzymują nowe brzmienie:**

3. Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres umowny czas 48 miesięcy obowiązywania umowy. Za zwłokę w usunięciu uszkodzeń powyżej 14 dni od zgłoszenia w dni robocze Wykonawca ponosi koszty w wysokości określonej w umowie.
5. Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. Certyfikat producenta dla co najmniej 3 autoryzowanych serwisantów na terenie RP z zakresem działalności obejmującym lokalizację Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza dokument autoryzacji producenta myjni dla wykonawcy.

**- Załącznik nr 6 do SIWZ, Umowa sprzedaży (str. 30, 31, 33 SIWZ) §1 ust. 5, §2 ust. 10, §7 ust. 3, §9 ust. 2 otrzymują nowe brzmienie:**

- §1 ust. 5.** Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, o ile wymaga tego ustawa, a gdy przedmiot umowy nie jest wyrobem medycznym Wykonawca składa stosowne oświadczenie dla wyrobów nie zakwalifikowanych jako wyroby medyczne.
- §2 ust. 10.** Wykonawca do dostawy towaru (materiały eksploatacyjne) zobowiązany jest dołączyć fakturę VAT, która zawiera: nazwę produktu, nazwę producenta, ilość, cenę dla poszczególnych pozycji oraz numer umowy i numer zamówienia. Ponadto musi się znaleźć seria oraz data przydatności, które mogą zostać umieszczone na fakturze bądź na dokumencie WZ.
- §7 ust. 3.** W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 14 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, a w przypadku nie wykonania skutecznej naprawy w zdefiniowanym terminie lub nie zapewnienia urządzenia zastępczego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu dyspozycyjności urządzenia (zakończenia naprawy, lub dostarczenia urządzenia zastępczego) w wysokości i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
- §9 ust. 2.** Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.**

**Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.**

**Aktualne zmiany na dzień 08.02.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.**

**Pozostałe warunki SIWZ na dzień 08.02.2016 r. pozostają bez zmian.**

.....  
**data i podpis Zamawiającego**