

Oznaczenie postępowania 3/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.01.2016 r. pod numerem 19130-2016 na dostawę myjni/ dezynfektora endoskopów wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 48 miesięcy dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania myjni/ dezynfektora dla personelu medycznego oraz personelu obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w dniu 09.02.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie od jednego Wykonawcy, w którym zgłosił niejasność odnośnie odpowiedzi udzielonej do pytania nr 19.

W związku z tym Zamawiający w celu wyjaśnienia i doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 10.02.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 16.02.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załączniku:

- pkt 10 ppkt 6, SIWZ (str. 10 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu na dostawę myjni/ dezynfektora endoskopów wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 48 miesięcy – 3/2016” – nie otwierać przed dniem 16.02.2016 r. godz. 10³⁰.

- pkt 11 ppkt 1 i 2, SIWZ (str. 10 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 16.02.2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 16.02.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla Myjni/ dezynfektora endoskopów dla Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej (str. 19 SIWZ) pkt 3 Parametrów technicznych otrzymuje nowe brzmienie:

3. Potwierdzona przez producenta możliwość zastosowania myjni do mycia/ dezynfekcji endoskopów produkcji firmy Olympus, w tym endoskopów ultrasonograficznych firmy Olympus, wraz z automatyczną kontrolą szczelności endoskopów (patrz także punkt 24), eliminującą możliwość uszkodzenia aparatu z obecną nieszczelnością w wyniku jego podłączenia do myjni podczas uruchamiania programu mycia/ dezynfekcji. Ponadto Zamawiający uznaje za zasadne możliwość obciążenia odpowiedzialnością oferenta myjni/ producenta myjni i środków za certyfikację procesu

mycia/ dezynfekcji endoskopów w oferowanej myjni/ dezynfektorze (wraz ze wskazanymi materiałami eksploatacyjnymi w tym środkami dezynfekcyjnymi i myjącymi) oraz walidację i dostosowanie procesu do konkretnych endoskopów. Wobec powyższego Zamawiający uznaje za wystarczające przedstawienie prawomocnego oświadczenia producenta potwierdzającego możliwość zastosowania oferowanych środków (traktowanych jak część integralna procesu dezynfekcji/ mycia w oferowanej myjni) do wskazanych przez Zamawiającego typów endoskopów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 10.02.2016 r. w SIWZ oraz w Załączniku nr 2A do SIWZ zaznaczone są kolorem granatowym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 10.02.2016 r. pozostają bez zmian.