

Znak sprawy 7/2016

do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 Euro ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.02.2016 r. pod numerem 2016/S 034-054590 na dostawę akcesoriów do endoskopii dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej W.Sz.Z. w Elblągu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146 informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniach 24.02-08.03.2016 r. od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. dot. pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość przekazania 1 sztuki próbki kleszczyków biopsyjnych z zastrzeżeniem ich zwrotu po dokonaniu oceny.

Ad. 1. Tak, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego użycia (test).
Zamawiający informuje także, iż zwrot próbek może się odbyć tylko na zasadach ściśle określonych w art. 97 ust. 2 uPzp i nie dotyczy Wykonawców, których oferta zostanie wybrana.

2. dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość przekazania 1 sztuki próbki kleszczyków biopsyjnych z zastrzeżeniem ich zwrotu po dokonaniu oceny.

Ad. 2. Tak, przy czym Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego użycia (test).
Zamawiający informuje także, iż zwrot próbek może się odbyć tylko na zasadach ściśle określonych w art. 97 ust. 2 uPzp i nie dotyczy Wykonawców, których oferta zostanie wybrana.

3. dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na kleszczyki o średnicy maksymalnej 2,4 mm.

Ad. 3. Nie

4. dot. pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na igły o średnicy ostrza 0,6 mm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 4. Tak

5. dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności składanych ofert dopuści złożenie osobnej oferty na pozycje 1 i 3 pakietu nr 7.

Ad. 5. Nie, Zamawiający wymaga zaoferowania całego pakietu łącznie.

6. dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia 15 mm.

Ad. 6. Nie, wymagane jest zaoferowanie klipsów o szerokości rozwarcia minimum 16 mm.

7. dot. pakietu nr 25

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania chwytaków wielorazowego użytku.

Ad. 7. Tak

8. dot. pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonów o stopniowanej średnicy w zakresie 8,5 - 15 ml, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 8. Błąd w pytaniu. W pakiecie nie ma wymogu objętości. Zamawiający wymaga stopniowanej średnicy z minimum 2 stopniami szerokości z zakresu od 8 mm do co najmniej 15 mm.

9. dot. pakietu nr 46

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów jednorazowych z 1 znacznikiem radiologicznie cieniującym na cewniku wiodącym i 1 znacznikiem cieniującym radiologicznie na popychaczu, pozostałe parametry jak w opisie.

Ad. 9. Zamawiający nie wyraża zgody.

10. dot. pakietu nr 46

Czy Zamawiający w pozycji 1 Pakietu nr 46 wymaga złożenia oferty na zestawy bez protezy.

Ad. 10. Tak

11. dot. pakietu nr 50

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z możliwością korekty położenia w przód, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Ad. 11. Zamawiający nie wyraża zgody.

12. dot. pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z protezami z pętlą na końcu proksymalnym umożliwiającą skorygowanie położenia protezy w miejsce powtórnego zamknięcia protezy przy niepełnym rozprężeniu.

Ad. 12. Tak niezależnie od wymogu pakietu. Nie jako zamiennik możliwości repozycjonowania protezy podczas zakładania. Wymagana jest możliwość repozycjonowania podczas uwolnienia protezy.

13. dot. pakietu nr 60

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania protez z zastawką antyrefluksową i bez zastawki antyrefluksowej

Ad. 13. Tak

14. dot. pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z przewodnikami o długości minimum 200 cm ze względu na przeprowadzanie zabiegu w przełyku.

Ad. 14. Nie, wymóg długości wynika z techniki zakładania przewodnika pod kontrolą endoskopu przez jego kanał.

15. dot. treści SIWZ

Czy Zamawiający uzna za wystarczające dołączenie do oferty potwierdzenia wykonania 4 dostaw o sumie wartości obejmującej łączną wartość pakietów z tabeli kwot wymaganych brutto, których dotyczy oferta.

Ad. 15. Tak, pod warunkiem, że oferta w wyżej opisanym przypadku będzie złożona, na co najmniej 4 pakiety.

16. dot. pakietu nr 65

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG - typu „pull”) o średnicy CH 20, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, P.E.G. zapewnia korzyści wynikające z założenia zgłębnika na dłuższy czas bez konieczności ponawiania endoskopii i konwencjonalnego wyciągu.

CECHY PRODUKTU: Przezroczysty, termoczuły poliuretan opracowany specjalnie do długotrwałego użytkowania; Elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę zmniejsza wycieki soków trawiennych; Wkładanie przy użyciu popularnej techniki Ponsky’ego (wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie, bez żmudnego wiązania węzłów; Użycie obturatora P.E.G. umożliwia łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii?

Ad. 16. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

17. dot. pakietu nr 66

Czy Zamawiający dopuści Zestaw do endoskopowej gastrostomii odżywczej (PEG - typu „pull”) o średnicy CH 16, kompletny, niewymagający użycia dodatkowych akcesoriów, P.E.G. zapewnia korzyści wynikające z założenia zgłębnika na dłuższy czas bez konieczności ponawiania endoskopii i konwencjonalnego wyciągu.

CECHY PRODUKTU: Przezroczysty, termoczuły poliuretan opracowany specjalnie do długotrwałego użytkowania; Elastyczny wewnętrzny wspornik zatrzymujący w kształcie gwiazdy z membraną zamykającą przetokę zmniejsza wycieki soków trawiennych; Wkładanie przy użyciu popularnej techniki Ponsky’ego (wyciąg) z technologią podwójnej pętli umożliwia bezpieczne połączenie, bez żmudnego wiązania węzłów; Użycie obturatora P.E.G. umożliwia łatwe usunięcie zgłębnika bez wyciągu lub endoskopii?

Ad. 17. Tak, Zamawiający wyraża zgodę

18. dot. pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe kleszcze biopsyjne o długości szczęk 3mm i objętości łyżeczek 8 mm³. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 18. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

19. dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę cytologiczną do pobierania wymazów z ergonomicznym, trzypierścieniowym uchwytem, bez znacznika widocznego w fluoroskopii rtg.

Ad. 19. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi Zamawiającego

20. dot. pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę bez koszulki o atraumatycznej budowie klipsa, bezpiecznej dla kanału roboczego endoskopu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 20. Nie, wymagana funkcjonalność zapewniająca lokalizację klipsa wewnątrz osłony / bez ingerencji w sposób realizacji osłony / podczas wprowadzenia klipsa przez kanał roboczy.

21. dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści klipsownicę bez koszulki o atraumatycznej budowie klipsa, bezpiecznej dla kanału roboczego endoskopu. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 21. Nie, wymagana funkcjonalność zapewniająca lokalizację klipsa wewnątrz osłony / bez ingerencji w sposób realizacji osłony / podczas wprowadzenia klipsa przez kanał roboczy.

22. dot. pakietu nr 24

Czy Zamawiający dopuści „pułapkę na polipy” czterokomorową, bez szufladki, z możliwością wyboru miejsca odzyskania materiału.

Ad. 22. Nie, Zamawiający wymaga realizacji zgodnej z SIWZ

23. dot. pakietu nr 43

Czy Zamawiający dopuści balon trójkanałowy jednorazowy do ekstrakcji złogów z dróg żółciowych, zakres szerokości od 9-15mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 23. Nie, wymagana min. Ø 8mm. (Zamawiający dopuści od 8,5 mm.)

24. dot. pakietu nr 54

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie wśród stentów pokrywanych stent o długości 100 mm pokryty na długości 90mm. Pozostałe parametry stentów zawartych w pakiecie tj. systemu wprowadzania, długości, pokrycia i braku pokrycia zgodne z SIWZ.

Ad. 24. Nie, wymagany jest stent usuwalny w pełni pokrywany

25. dot. pakietu nr 56

Czy Zamawiający dopuści zestaw balonów jednorazowego użytku do poszerzania achalazji do średnicy 26mm, 30mm i 34mm.

Ad. 25. Nie, Zamawiający podtrzymuje wymogi – zakres pełny 30- 40mm

26. dot. pakietu nr 57

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności wyodrębni do oddzielnego pakietu pozycje 3, 4, 5, 6, 7.

Ad. 26. Nie, wymagany pełny asortyment od jednego dostawcy

27. dot. pakietu nr 60

Czy Zamawiający dopuści stent o długości 10cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 27. Zamawiający wymaga zaoferowania min. 2 długości stentu do wyboru – zgodnie z

określonym zakresem w SIWZ (jako jeden z nich może być stent wymieniony w zapytaniu)

28. dot. pakietu nr 61

Czy Zamawiający dopuści stent o długości z zakresu 6-10cm.

Ad. 28. Tak

29. dot. pakietu nr 62 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną jelitową o średnicy stentu po rozprężeniu 25mm, w trzech długościach 80, 100, 120mm Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad. 29. Tak

30. dot. pakietu nr 63

Czy Zamawiający dopuści protezę samorozprężalną przełykową z gotowym do użycia systemem wprowadzającym OTW, średnica 8mm, długość 700mm. Długość protezy w zakresie 80-40mm.

Ad. 30. Zamawiający podtrzymuje wymogi SIWZ

31. dot. pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych gastrokopowych, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Ad. 31. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ. Treść pytania nie obejmuje wszystkich wymogów SIWZ (nagłówek)

32. dot. pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych kolonoskopowych, wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Ad. 32. Zamawiający podtrzymuje wymogi zawarte w SIWZ. Treść pytania nie obejmuje wszystkich wymogów SIWZ (nagłówek)

33. dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych do biopsji brodawki Vatera wielorazowego użytku, łyżeczki biopsyjne typu standardowe okrągłe z okienkiem, długość narzędzia 180 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm?

Ad. 33. Zamawiający podtrzymuje treść SIWZ

34. dot. pakietu nr 4 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami

gamma?

Ad. 34. Opis zawarty w pytaniu nie obejmuje wszystkich parametrów zawartych w SIWZ.

35. dot. pakietu nr 4 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych jednorazowego użytku, łyżeczki owalne z okienkiem; łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety szczypiec; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma?

Ad. 35. Opis zawarty w pytaniu nie obejmuje wszystkich parametrów zawartych w SIWZ.

36. dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szczoteczek cytologicznych do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10 mm, średnica szczoteczki 3mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiada 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiada port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035"), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki po prowadnicy na całej jej długości?

Ad. 36. Nie, wymagana jest współpraca z kanałem 2,8 cm

37. dot. pakietu nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsownicy HX-110UR z możliwością zakładania klipsów tylko z jednej strony klipsownicy?

Ad. 37. Treść pytania nieadekwatna do wymogów SIWZ. Zamawiający wymaga klipsownicy zgodnej z HX-110UR, a więc dopuszcza klipsownicę HX – 110UR.....

38. dot. pakietu nr 23 poz. 1

Czy Zamawiający pisząc nóż z izolowaną końcówką - kulką z trójkątem oczekuje 2 oddzielnych narzędzi? Jeśli tak, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie noża z trójkątną końcówką i noża kulkowego z izolowaną końcówką?

Ad. 38. Nie, Zamawiający wymaga noża trójkątnego z izolowaną końcówką (a nie noża z kulką)

39. dot. pakietu nr 28 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie narzędzi o długości 165 cm?

Ad. 39. Zamawiający wymaga narzędzia współpracującego z aparatem o kanale roboczym długości 1300 mm.

40. dot. pakietu nr 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika wielorazowego do dróg żółciowych i trzustkowych, do prowadnicy 0,035"; zakończonego krótkim zwężeniem z szerokim otworem dystalnym; średnica platynowej końcówki dystalnej 4,5 Fr; minimalna średnica kanału roboczego 2,2 mm; długość robocza 195 cm?

Ad. 40. Tak

41. dot. pakietu nr 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic jednorazowego użytku średnica 0,035" długość robocza 4500mm, giętka (poz. 1) prosta lub (poz. 2) zagięta końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiadająca znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm - 70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe?

Ad. 41. Tak treść pytania spełnia warunki SIWZ

42. dot. pakietu nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic jednorazowego użytku, średnica 0,025" (0,63mm), długość robocza 4500mm, giętka zakrzywiona lub prosta (do wyboru) końcówka pokryta powłoką hydrofilną o długości 70mm widoczna w promieniach RTG; posiada znaczniki na różnych długościach końcówki dystalnej: 50mm-70mm zielony znacznik, 80mm-90mm znacznik spiralny, 90mm-400mm znacznik X; specjalny rdzeń wykonany z nitynolu pozwala przenieść moment obrotowy od końca proksymalnego przewodnicy do jej końca dystalnego w stosunku 1:1; fluorowa powłoka zmniejsza tarcie przy przechodzeniu przez przewody żółciowe?

Ad. 42. Treść zapytania odpowiada wymogom zawartym w SIWZ

43. dot. pakietu nr 83

- Czy Zamawiający oczekuje dostawy zaworków biopsyjnych?
- Czy Zamawiający oczekuje dostawy zaworków jednorazowego czy wielorazowego użytku?

Ad. 43 Tak/wielorazowe. Uszczelka kanału roboczego spełnia funkcję zaworu biopsyjnego.

44. dot. wzoru umowy; § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości brutto danego zamówienia?

Ad. 44 Zamawiający nie wyraża zgody

45. dot. wzoru umowy; § 7 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 0,5% wartości reklamowanego przedmiotu zamówienia?

Ad. 45 Zamawiający nie wyraża zgody

46. dot. wzoru umowy; § 8 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę na następujący zapis:
„Strony ustalają, że wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie podlegają cesji bez pisemnej zgody Zamawiającego.”

Ad. 46 Zamawiający nie wyraża zgody

47. dot. pkt. 6.8 ppkt. 1 SIWZ oraz opisu przedmiotu zamówienia pakiet Nr 85
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w zadaniu 85 drobnego wyposażenia (np. uszczelka), które nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu z dokumentów o których mowa w SIWZ pkt. 6.8 podpunkt 1?

Ad. 47. Tak. Zamawiający w wymogu pkt. 6.8 ppkt. 1 SIWZ na końcu zdania wpisał, cyt.: „ – jeżeli dotyczy”. Należy rozumieć to w ten sposób, że dla asortymentu, który nie jest zarejestrowany jako wyrób medyczny wymóg nie obowiązuje.

48. Ponadto prosimy o podanie informacji czy Zamawiający znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową?

Ad. 48. Zamawiający nie znajduje się w trakcie przekształcenia w spółkę kapitałową

49. dot. pakietu nr 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne ustnik do endoskopu z owalnym otworem o wymiarach 22mm x 27mm, z silikonowym paskiem mocującym, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 49. Wymagania SIWZ nie precyzują wymiaru w mm, a jedynie funkcjonalność zapewniającą możliwość użycia z endoskopami ultrasonograficznymi wyszczególnionymi w wymaganiach.

50. dot. pakietu nr 72, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii o wymiarach 60 x 130cm (długość do kolan), spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Ad. 50. Wymagania nie określają min. długości spodenek/osłon. Zamawiający wymaga osłon o wymiarze uniwersalnym, dostosowanym także dla pacjentów otyłych (z zastrzeżeniem jak w SIWZ)

51. dot. pakietu nr 73, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści śliniaki stomatologiczne wykonane z dwóch warstw celulozy przedzielonej warstwą folii PE o wymiarach: długość 48cm, szerokość 35cm, szerokość kieszeni 12cm?

Ad. 51. Zamawiający nie określa konkretnych wymiarów asortymentu, a jedynie funkcjonalność obejmującą zastosowanie u standardowego pacjenta.

52. dot. pakietu nr 76

Czy Zamawiający dopuści ofertę na jednorazowe koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan 360, których producent nie deklaruje jako produkt jałowy?

Zbiornicze i jednostkowe opakowanie koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan 360 zawiera oznakowanie jako produkt jednorazowy, niesterylny. Oferowane koszulki do sondy pomiarowej manometrii przełykowej wysokiej rozdzielczości systemu ManoScan spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego.

Ad. 52 Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie oferty na jednorazowe koszulki niejaloowe.