

Oznaczenie sprawy 14/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniach 11.03.2016r.i 14.03.2016r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **sprzętu medycznego 1 x użytku w 10 pakietach** dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Pakiet 2 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 16F/80?
2. Pakiet 3, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze 10F/80?
3. Pakiet 7, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren typu Redon?
4. Pakiet 9, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści opaski w opakowaniu a100 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
5. Pakiet 10, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonki w opakowaniu a144 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
6. Czy w związku z tym, że nasi producenci nie stosują numerów katalogowych Zamawiający dopuści numery wewnętrzne firmy, co umożliwi złożeni większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert? Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż opisy na naszych wszystkich opakowaniach o sposób jednoznaczny pozwalają zidentyfikować dany produkt.
7. Pakiet nr 5. Czy Zamawiający wymaga, aby cewniki posiadały prowadnicę, nadrukowany rozmiar oraz pojemność balonu na jednym z ujść cewnika oraz posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO?
8. Pakiet nr 6 poz. 1 Czy Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif długościęty LB/BL, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu? Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu zaznaczony był typ szlif igły? Czy Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły, co ułatwia proces identyfikacji igły? Czy Zamawiający wymaga, aby upakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO? Czy Zamawiający wymaga. aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze 16F/80

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie drenu w rozmiarze 10F/80

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.4. Zamawiający nie określił wielkości 1 op. w związku z czym opaski mogą być w opakowaniu po 100szt.

Ad.5. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie osłonek w opakowaniu po 144 szt. w związku z czym zmienia ilość szt. z 5100 na 7200szt.

Ad.6. Zamawiający wymaga aby zaoferowany produkt posiadał numer katalogowy producenta lub firmy, który pozwoli w sposób jednoznaczny na zidentyfikowanie zaoferowanego produktu.

Ad.7. Zamawiający nie wymaga aby cewniki posiadały prowadnicę , natomiast wymaga aby posiadały nadrukowany rozmiar oraz pojemność balonu na jednym z ujść cewnika oraz posiadały oznaczenie kolorystyczne rozmiaru zgodnie z kodem kolorystycznym ISO.

Ad.8. W Pakiecie nr 6 poz. 1 Zamawiający wymaga, aby igły posiadały szlif długościęty LB/BL, który zapewnia niską siłę wkłucia i przesuwu.

Zamawiający nie wymaga aby na każdym opakowaniu zaznaczony był typ szlifu igły. Zamawiający wymaga, aby pojedyncze opakowanie posiadało nadruk w kolorze rozmiaru igły, co ułatwia proces identyfikacji igły.

Zamawiający wymaga, aby upakowanie handlowe a'100 sztuk posiadało oznaczenie kolorystyczne rozmiaru igły zgodnie z kodem kolorystycznym ISO.

Zamawiający wymaga. aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania jakości.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający w dniu 14.03.2016r.dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej w Pakietach nr 2,3,5,6,10.