

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016 r. pod numerem 62804-2016 na dostawę kolumny artroskopowej wraz z osprzętem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej W.Sz.Z. w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od jednego Wykonawcy, w wymaganym terminie tj. do 29.03.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt E, ppunkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie optyki artroskopowej 30st. o długości roboczej 165mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt G, ppunkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie optyki artroskopowej 70st. o długości roboczej 165mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza. Zamawiający jako wymóg podał min. 165mm, więc parametr 165mm jest jak najbardziej zgodny.

Pytanie 3

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt J, ppunkt. 3:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie shavera z prędkością roboczą: 0-12000 obrotów na minutę?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt J, ppunkt. 4:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie shavera z możliwością oscylacji jedno i wieloobrotowej: 0-3000 cykli na minutę?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt J, ppunkt. 5:

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, zaoferowanie shavera z momentem obrotowym 15 Ncm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt H:

Czy Zamawiający wymaga, aby monitor medyczny wyposażony był w osłonę zapewniającą dodatkową ochronę matrycy monitora?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie dodatkowe wyposażenie.

Pytanie 7

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt D:

Czy Zamawiający wymaga, aby światłowód wyposażony był w przezroczystą osłonę ułatwiającą ocenę stanu zużycia światłowodu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie dodatkowe wyposażenie.

Pytanie 8

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt O:

Czy Zamawiający wymaga, aby rejestrator medyczny wyposażony był we wbudowany twardy dysk w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych w trakcie zabiegu?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie dodatkowe wyposażenie.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika 2 do SIWZ, Punkt O:

Czy Zamawiający wymaga, aby rejestrator posiadał możliwość zapisu na kompaktowych nośnikach cyfrowych, takich jak płyty CD, DVD, karty pamięci Compact Flash oraz dyski twarde i inne urządzenia podłączane przez interfejs USB?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie dodatkowe wyposażenie.