

Oznaczenie postępowania 13/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.03.2016 r. pod numerem 62804-2016 na dostawę kolumny artroskopowej wraz z osprzętem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej W.Sz.Z. w Elblągu.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 01.04.2016 r. treść Załącznika nr 2A do SIWZ.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian na dzień 06.04.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis w Załączniku nr 2A do SIWZ w następujących punktach:

- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla kolumny artroskopowej wraz z osprzętem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (str. 19 SIWZ) pkt E, ppkt. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
3. Długość części roboczej min. 170 mm. Dopuszcza się 165 mm.
- Załącznik nr 2A do SIWZ, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń dla kolumny artroskopowej wraz z osprzętem dla potrzeb Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (str. 19-20 SIWZ) pkt J, ppkt. 3, 4, 5 otrzymują nowe brzmienie:
3. Prędkość robocza: 500 - 12 000 obrotów na minutę (rpm) - przód / tył. Dopuszcza się prędkość 0-12000 obrotów na minutę.
4. Dla oscylacji jedno i wieloobrotowej: 500 - 2 500 cykli na minutę (cpm). Dopuszcza się 0-3000 cykli na minutę.
5. Moment obrotowy: min. 24 Ncm. Dopuszcza się 15 Ncm.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz ze zmienionym Załącznikiem nr 2A do SIWZ po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 01.04.2016 r. w Załączniku nr 2A do SIWZ zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 01.04.2016 r. pozostają bez zmian.