

Oznaczenie sprawy 26/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu , ul.Królewiecka 146 informuje, że w dniach 30.03.2016r.i 01.04.2016r. w postępowaniu prowadzonym w w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych - na dostawę **zastawek/drenaży w 5 pakietach** dla potrzeb Oddz.Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu wpłynęły zapytania następującej treści:

1. Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 2 w pozycjach 1,2,3 zastawki komorowo-otrzewnowej z przedzbiornikiem w linii zastawki? Takie rozwiązanie umożliwia przepłukanie części dystalnej lub proksymalnej zastawki w przypadku zatkania bez konieczności wymiany zastawki?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na połączenie pakietów 3 i 4 ze względu na kompatybilność worków do drenażu z pakietu 4 z elementami drenażu (dren lędźwiowy i komorowy) z pakietu 3?
3. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 3 wymaga drenów komorowych o średnicach 3,0mm, 3.3mm lub 4.0mm do wyboru Zamawiającego?
4. Czy Zamawiający wymaga , aby worek do drenażu komorowego opisany w pakiecie 4 , pozycja 1 posiadał zintegrowany dren łączący o długości 30cm oraz dwie skale : objętości drenowego płynu i ciśnienia drenowania w mm H2O?
5. Czy Zamawiający wydzieli w pakiecie nr 2 pozycje 1,2 i 3 do osobnego pakietu w celu umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty. Obecne brzmienie pakietu umożliwia złożenie oferty tylko jednej firmie.
6. Czy Zamawiający dopuści w pozycjach 1,2 i 3 zastawkę komorowo-otrzewnową typu Hakim bez mechanizmu antysyfonowego?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający wymaga w pakiecie 2 w pozycjach 1,2,3 zastawki komorowo-otrzewnowej z przedzbiornikiem w linii zastawki

Ad.2. Zamawiający wyraża zgodę na połączenie pakietów 3 i 4 ze względu na kompatybilność worków do drenażu z pakietu 4 z elementami drenażu (dren lędźwiowy i komorowy) z pakietu 3.

Ad.3. Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 3 wymaga drenów komorowych o średnicach 3,0mm, 3.3mm lub 4.0mm do wyboru Zamawiającego.

Ad.4. Zamawiający nie wymaga.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.6. Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający w dniu 05.04.2016r.dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 1 i Załącznika Nr 3 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej .