

Oznaczenie postępowania 18/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2016 r. pod numerem 79840-2016 na dostawę 2 szt. szaf do przechowywania endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 3 Wykonawców, w wymaganym terminie tj. do 11.04.2016 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 - Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń:
Pkt. 2:

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie endoskopy (w tym kolonoskopy), zgodnie z treścią normy PN-EN 16442:2015, powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich kontakt z dnem szafy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań funkcjonalnych bez wnikania w szczegóły technicznej realizacji wymaganej funkcjonalności, czyli pełnej gotowości do użycia endoskopów i kolonoskopów po okresie min. 72 godzin oraz przechowywania aparatu w pozycji wiszącej (pionowej).

Pytanie 2

Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 - Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń:
Pkt. 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona w wyjmowaną tacę ociekową wykonaną z tego samego materiału co obudowa szafy, łatwą do umycia i zdezynfekowania wg tych samych procedur szpitalnych co inne powierzchnie? Uzasadnienie: w trakcie procesu suszenia, pozostałości wody z kanałów endoskopów są wydmuchiwane na dno szafy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający oczekuje spełnienia wymagań funkcjonalnych bez wnikania w szczegóły technicznej realizacji wymaganej funkcjonalności, czyli pełnej gotowości do użycia endoskopów i kolonoskopów po okresie min. 72 godzin oraz przechowywania aparatów w pozycji wiszącej (pionowej).

Pytanie 3

Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 - Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń:
Pkt. 6 i 22:

Czy Zamawiający dopuści szafę, której zewnętrzna obudowa jest wykonana ze stali malowanej proszkowo, odpornej na przypadkowy kontakt ze środkami stosowanymi do mycia/ dezynfekcji aparatów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów Załącznika nr 2 - Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń:
Pkt. 16:

Prosimy o podanie listy modeli endoskopów firm Olympus i Pentax, które będą przechowywane w szafie, w celu dobrania odpowiednich uchwytów i przyłączy.

Zamawiający odpowiada

Lp.	Nazwa	Nr Inwentarzowy
1.	Wideoduodenoskop ED-3430K	T-VIII-80-802-0728/00
2.	Wideoduodenoskop TJF-145	T-VIII-80-802-0985/04
3.	Wideoduodenoskop TJF-145	T-VIII-80-802-1595/11
4.	Wideogastroskop EG-2940K	T-VIII-80-802-0800/01
5.	Wideogastroskop EG-2990K	T-VIII-80-802-1717/13
6.	Wideogastroskop EG-3490K	T-VIII-80-802-1423/09
7.	Wideogastroskop GIF-Q160	T-VIII-80-802-0985/04
8.	Wideogastroskop GIF-Q165	T-VIII-80-802-1662/12
9.	Wideogastroskop GIF-Q165	T-VIII-80-802-1679/12
10.	Wideokolonoskop CF-H180AL	T-VIII-80-802-1371/09
11.	Wideokolonoskop CF-H180AL	T-VIII-80-802-1372/09
12.	Wideokolonoskop CF-H180AL	T-VIII-80-802-1373/09
13.	Wideokolonoskop CF-H180AL	T-VIII-80-802-2351/16
14.	Wideokolonoskop CF-Q165L	T-VIII-80-802-1663/12
15.	Wideokolonoskop CF-Q165L	T-VIII-80-802-2310/15
16.	Wideokolonoskop EC-3830LK	T-VIII-80-802-0727/00
17.	Kolonoskop FC-38LX	T-VIII-80-802,516/95
18.	Gastroskop ultrasonograficzny GF-UCT 160-OL5	T-VIII-80-802-0986/04
19.	Gastroskop ultrasonograficzny GF-UM 160 EUS EXERA	T-VIII-80-802-0986/04

Pytanie 5

Pytanie ogólne:

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa była wyposażona w skaner kodów kreskowych, w celu bezdotykowej identyfikacji personelu i endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Może być zarówno kod kreskowy jak i identyfikacja zdalna (np. Radiowa RFID), byle identyfikacja była jednoznaczna.

Pytanie 6

Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby szafa posiadała elektromagnetyczną blokadę drzwi, uniemożliwiającą ich otwarcie przez niezidentyfikowane osoby?

Zamawiający odpowiada

Funkcjonalnie tak, lecz sposób realizacji dowolny.

Pytanie 7

Pytanie ogólne

Czy Zamawiający wymaga, aby każdy endoskop w szafie był podłączony, suszony, kondycjonowany i monitorowany w sposób niezależny?

Zamawiający odpowiada

Wymóg wynika z funkcjonalności narzuconej przez SIWZ (niezależne przechowywanie aparatów), sposób realizacji dowolny.

Pytanie 8

Pytanie ogólne:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana szafa do przechowywania endoskopów umożliwiała podłączenie jej do systemu komputerowego nadzorującego przebieg pełnego procesu dekontaminacji endoskopu, od momentu mycia i dezynfekcji endoskopu w posiadanej przez Zamawiającego automatycznej myjni-dezynfektora? Takie rozwiązanie umożliwia pełną kontrolę na każdym etapie postępowania z endoskopem.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga dostosowania systemu monitorującego, możliwość podpięcia przez zewnętrzny system jest cechą pożądaną, ale w świetle wymagań nie wymaganą (dopuszczalny system zintegrowany z wydrukiem).

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika 2A - Parametry techniczne przedmiotu zamówienia Poz. 3. (wymiary):

Czy Zamawiający dopuści szafę do przechowywania endoskopów o głębokości 610 mm (obecny wymóg w SIWZ: wnęka o głębokości 50 cm), wszystkie pozostałe parametry pozostają zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,5% do 0,1%?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11

Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 2A - gwarancja i serwis - pkt. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 72h w dni robocze?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 2A - gwarancja i serwis - pkt. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 10 dni roboczych?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 2A - gwarancja i serwis - pkt. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym: „(...) o ile ten trwał powyżej 5 dni roboczych.”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 2A - gwarancja i serwis - pkt. 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie okresu dostępności części zamiennych do 8 lat?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 2 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający w punkcie 2 dopuści dwie szafy (po 7 endoskopów) w sumie na 14 endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 6 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający dopuści szafę do przechowywania endoskopów wykonaną ze stali malowanej proszkowo, oraz elementów z tworzywa, które jest odporne na kontakt z materiałami używanymi do dezynfekcji endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 14 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający dopuści w punkcie 14 zapis: *“System monitorujący zamknięcie drzwi szaf z sygnalizacją ich otwarcia, wymagany wyświetlacz monitorujący czynności obsługowe oraz zgłaszający występujące błędy z pamięcią błędów. Podgląd historycznych błędów z pamięci możliwy tylko i wyłącznie z poziomu inżyniera serwisu”*?

Zamawiający odpowiada

Powyższy zapis stanowi rozszerzenie zapisu podanego przez Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga: *„Podgląd historycznych błędów z pamięci możliwy tylko i wyłącznie z poziomu inżyniera serwisu”*, ale też nie zakazuje, w związku z tym dopuszcza się powyższy zapis, jednak zapis w pkt 14 pozostaje bez zmian.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 16 i 23 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający w punkcie 16 i 23 dopuści rozwiązanie w postaci kompresora zewnętrznego o szerokości około 100 cm i głębokości około 120 cm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Brak miejsca na tak duży kompresor.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 20 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający w punkcie 20 dopuści zapis: *“Wymagana jest możliwość identyfikacji minimum 30 endoskopów z możliwością wprowadzania/ usuwania endoskopów na listę obsługiwanych oraz minimum 12 osób personelu obsługującego”*?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza możliwość konieczności interwencji serwisu w okresie gwarancyjnym.

Pytanie 21

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 22 (Parametry techniczne przedmiotu zamówienia):

Czy Zamawiający w pkt 22 dopuści szafę do przechowywania endoskopów wykonaną ze stali malowanej proszkowo oraz elementów z tworzywa, które jest odporne na kontakt z materiałami używanymi do dezynfekcji endoskopów?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 4 (Gwarancja i serwis):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na następujący:

„Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia— do 10 dni”?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 6 (Gwarancja i serwis):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww. zapisu na następujący:

W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach gwarancyjnych (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)
---	--

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 7 (Gwarancja i serwis):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ww zapisu na następujący: *“Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 8 lat?”*

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt 8 (Gwarancja i serwis):

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy. Z uwagi na gabaryty i wagę urządzenia oraz związane z tym problemy logistyczne dla szpitala wszelkie naprawy dotyczące przedmiotu postępowania dokonywane przez autoryzowany serwis naszej firmy wykonywane są na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i usuwa zapis pkt 8 Gwarancji i serwisu.

Pytanie 26

Dotyczy wzoru umowy §7 ust. 3:

W nawiązaniu do Pytania nr 10 zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisów §7 ust. 3 wzoru umowy.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i usuwa zapis zapisów §7 ust. 3 wzoru umowy.

Pytanie 27

Dotyczy Załącznika nr 2A do SIWZ, pkt. 2 (szkolenie):

Oferowana szafa na endoskopy nie wymaga przeprowadzania przez pracowników szpitala podstawowych przeglądów. Dlatego zwracamy się z prośbą o usunięcie w takim przypadku zapisu:

“Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, uprawniające do wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta oraz uprawniające do przeszkolenia nowozatrudnionego personelu medycznego w zakresie umożliwiającym poprawną obsługę oraz skuteczne użytkowanie oferowanego sprzętu - jeśli istnieje taki wymóg.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 28

Dotyczy Załącznika nr 2C do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o zmianę nazwy kolumny D w Formularzu asortymentowo-cenowym, gdyż nie odnosi się do tego postępowania.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się na zmianę nazwy kolumny, gdyż omyłkowo nie zmieniono nazwy z innego postępowania.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wymaga, aby system związany z dezynfekcją i przechowywaniem endoskopów miał możliwość zintegrowania się z systemem szpitalnym?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający wymaga dostosowania systemu monitorującego, możliwość podpięcia przez zewnętrzny system jest cechą pożądaną, ale w świetle wymagań nie wymagana (dopuszczalny system zintegrowany z wydrukiem).

Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy fabrycznie nowej, ale wyprodukowanej nie wcześniej niż w 2015 roku?

Pragniemy zapewnić Zamawiającego, że nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy pkt. 3.8; pkt. 6.6.1 SIWZ oraz §1 ust. 3 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zaoferowania produktu (np. zewnętrzny kompresor, itd.), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, Zamawiający nie będzie wymagał dokumentów dopuszczających do obrotu (deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE). Zwracamy się z prośbą o dopisanie do ww. punktów następującego zapisu: „*dotyczy jedynie sprzętu będącego wyrobem medycznym*”.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający zgadza się i dopisuje powyższy zapis.