

Oznaczenie postępowania 18/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2016 r. pod numerem 79840-2016 na dostawę 2 szt. szaf do przechowywania endoskopów dla potrzeb Pracowni Endoskopii Gastroenterologicznej.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 12.04.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert pozostaje na dzień 15.04.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 6.6 ppkt 1 SIWZ (str. 7) otrzymuje nowe brzmienie:

1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z 20 maja 2010 r., dotyczy jedynie sprzętu będącego wyrobem medycznym.

- Załącznik nr 2A do SIWZ, 1. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia (str. 17-19 SIWZ) pkt 3, 6, 20 i 22 otrzymują nowe brzmienie:

3. Wymiary zewnętrzne oferowanego zestawu muszą umożliwiać montaż we wnęce /przy ścianie pomieszczenia o szerokości zabudowywanej ściany 265cm, głębokości 50 cm (dopuszcza się głębokość 61 cm) i wysokości 250 cm. Dopuszczalne jest oferowanie zestawu wymagającego montażu w dwóch pomieszczeniach o wymiarach: 335 cm i 135 cm (wysokość 230 cm.) przy założeniu, że część montowana w pomieszczeniu większym umożliwia przechowywanie min. 12 aparatów (6 kolonoskopów i 6 gastrokopów).
6. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej odpornej na przypadkowy kontakt ze środkami stosowanymi do mycia/dezynfekcji aparatów. Dopuszcza się obudowę wykonaną ze stali malowanej proszkowo oraz elementów z tworzywa odpornych na przypadkowy kontakt z materiałami, środkami stosowanymi do mycia/ dezynfekcji aparatów.
20. Wymagana jest możliwość identyfikacji minimum 30 endoskopów z możliwością wprowadzania/ usuwania endoskopów na listę obsługiwanych (bez konieczności interwencji serwisu) oraz minimum 12 osób personelu obsługującego. Dopuszcza się możliwość konieczności interwencji serwisu w okresie gwarancyjnym.
22. Obudowa zewnętrzna ze stali nierdzewnej odpornej na przypadkowy kontakt ze środkami stosowanymi do mycia/dezynfekcji aparatów. Dopuszcza się obudowę wykonaną ze stali malowanej proszkowo oraz elementów z tworzywa odpornych na przypadkowy kontakt z materiałami, środkami stosowanymi do mycia/ dezynfekcji aparatów.

- Załącznik nr 2A do SIWZ, 2. Gwarancja i serwis (str. 20 SIWZ)pkt 8 zostaje usunięty, natomiast pkt 7 otrzymuje nowe brzmienie:

7. Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 8 lat.

- Załącznik nr 2C do SIWZ, Formularz asortymentowo-cenowy (str. 23 SIWZ) kolumna D otrzymuje nową nazwę: Ilość
- Załącznik nr 6 do SIWZ, Wzór umowy sprzedaży (str. 29, 30 SIWZ) § 7 ust. 3 zostaje usunięty, natomiast § 1 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
 3. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, dotyczy jedynie sprzętu będącego wyrobem medycznym.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 12.04.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 12.04.2016 r. pozostają bez zmian.