

Oznaczenie sprawy 23/2016

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 9 pakietach dla potrzeb Oddz. Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu. ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 073-127430 z dnia 14.04.2016r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 19.04.2016r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dot.Pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 manipulator sinskey wielorazowego użytku, tytanowy , zagięty ,okrągła rękojeść , długość całkowita 118mm, tytanowy?
2. Dot.Pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 phaco chopper typu Nagahara, tępo zakończony, zagięty pod kątem 60 stopni, końcówka długości 1.25mm, stalowy, wielorazowego użytku?
3. Dot.Pakietu nr 9 Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 pęsetę do kapsuloreksji Utrata, zagiętą, długość części roboczej 13mm, tytanowa, wielorazowego użytku, długość całkowita 115mm?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 1 manipulator sinskey wielorazowego użytku, tytanowy , zagięty ,okrągła rękojeść , długość całkowita 118mm, tytanowy.

Ad.2. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 2 phaco chopper typu Nagahara, tępo zakończony, zagięty pod kątem 60 stopni, końcówka długości 1.25mm, stalowy, wielorazowego użytku.

Ad.3. Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 9 poz. 3 pęsetę do kapsuloreksji Utrata, zagiętą, długość części roboczej 13mm, tytanowa, wielorazowego użytku, długość całkowita 115mm.