

Oznaczenie sprawy 23/2016

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 9 pakietach dla potrzeb Oddz. Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 073-127430 z dnia 14.04.2016r.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 21.04.2016r. od Wykonawcy wpłynęło zapytanie następującej treści:

1. Dot.Pakietu nr 9 poz. 2 Czy Zamawiający może potwierdzić , że w podanej długości części roboczej tj.8-10 mm, nie zaszła pomyłka?
2. Dot.Pakietu nr 9 poz. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na pęsetę dł. 10mm , reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający za część roboczą rozumie jako część zagiętą, końcówka „czopująca” zagięta pod kątem 90 stopni typ. Nagahara.

Ad.2. Zamawiający nie wyraża zgody .