

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach:

- **Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa – 1 szt.**
- **Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej – 1 szt.**
- **Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny – 1 szt.**
- **Pakiet nr 4: Wideonystagmograf – 1 szt.**
- **Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny – 1 szt.**
- **Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy – 1 szt.**
- **Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi – 1 kpl według wykazu**

**w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej 209.000 euro**

tj. poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w § 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. (Dz. U. poz. 2263) wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164)

Znak sprawy 24/2016

Elbląg, 22 kwiecień 2016 r.

1. Zamawiający

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg określany dalej jako Zamawiający

NIP: 578 25 17 492 REGON 170 745 930

www.szpital.elblag.pl;

zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach:

- Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa – 1 szt. (CPV: 33100000-1);
- Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej – 1 szt. (CPV: 33100000-1);
- Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny – 1 szt. (CPV: 33100000-1);
- Pakiet nr 4: Wideonystagmograf – 1 szt. (CPV: 33100000-1);
- Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny – 1 szt. (CPV: 33100000-1);
- Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy – 1 szt. (CPV: 30200000-1);
- Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi – 1 kpl według wykazu (CPV: 33190000-8).

2. Tryb udzielania zamówienia

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro

Podstawa prawna

1. Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164).
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych.
4. Zamawiający nie udziela zaliczek.

3. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach:
 - Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa – 1 szt.;
 - Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej – 1 szt.;
 - Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny – 1 szt.;
 - Pakiet nr 4: Wideonystagmograf – 1 szt.;
 - Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny – 1 szt.;
 - Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy – 1 szt.;
 - Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi – 1 kpl według wykazu.

Wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ. Wymagany asortyment oraz ilości dla Pakietu nr 7 przedstawiono w Załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Zaoferowany sprzęt musi posiadać co najmniej 36 miesięcy gwarancji.
3. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
4. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego i dla personelu obsługi technicznej.
5. Przedstawione parametry techniczne opisane w Załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ są bezwzględnie wymagane pod rygorem odrzucenia oferty.
6. Wymagane warunki gwarancji, serwisu oraz szkolenia zostały przedstawione w Załącznikach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ.
7. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

8. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Za ofertę częściową uznaje się jeden pełny pakiet.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałości cen dla całości oferty lub poszczególnych pakietów przez okres trwania umowy licząc od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem pkt 12.
12. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - b) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto.
13. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
14. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 12 i 13 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
15. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.
17. Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164).

4. Termin wykonania zamówienia.

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: **do 9 tygodni od dnia podpisania umowy.**
2. Warunki płatności: Odsetki nie wyższe niż ustawowe w skali roku. Termin płatności nie krótszy niż **30 dni kalendarzowych** licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.
3. Szkolenie personelu Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii oraz pracowników personelu obsługi technicznej odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w terminie max. 2 dni roboczych, liczonych od dnia dostarczenia sprzętu do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia.

- 5.1.** O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 - 5.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
 - 5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
- 5.2.** W celu potwierdzenia, warunków udziału opisanych w pkt. 5.1. SIWZ Wykonawca załączy do oferty - Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór stanowi **Załącznik nr 9 do SIWZ.**

5.3. W celu potwierdzenia, że wobec Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku, jeżeli Wykonawca odpowiednio wykaże, że:

- nie później niż w dniu upływu terminu składania ofert Wykonawca posiada aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
- nie zalegał z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali odroczenie, rozłożenie na raty lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
- nie był i nie jest prawomocnie skazany za przestępstwo w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
- sąd nie orzekł wobec Wykonawcy zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- nie otwarto w stosunku do Wykonawcy likwidacji lub nie ogłoszono jego upadłości chyba, że po ogłoszeniu upadłości zawarł on układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu a układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- wykonawcy będący osobami fizycznymi nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- wykonawcy będący spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego nie są prawomocnie skazani za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Zgodnie z art. 24 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP;
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;(jeżeli jest wymagane)
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 24 ust 2a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 6 SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) oraz inne dokumenty i oświadczenia.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

6.1. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

1. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi **Załącznik nr 10 do SIWZ**.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożone na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdza, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- 6.2.** Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w doniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 5 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 6.1., 6.2. i 6.4. SIWZ.

6.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1. ppkt. 2, 3, 4 SIWZ – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.3. pkt. 1 lit. a i c SIWZ oraz pkt. 6.3. ppkt. 2 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3. ppkt. 1 lit. b SIWZ powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 1 i 2 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt.6.3. ppkt. 3 SIWZ stosuje się odpowiednio.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.4. W celu wykazania braku podstaw do Wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda:

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, a w przypadku, gdy Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - informację/ oświadczenie, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SIWZ.

6.5. Ponadto oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Wypełnione arkusze z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem (Załączniki nr: 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 do SIWZ) – odpowiednio do zakresu złożonej oferty.
2. Wypełnione arkusze asortymentowo-cenowe (Załączniki nr 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A/ 6A/ 7 do SIWZ) - odpowiednio do zakresu złożonej oferty.
3. Formularz ofertowy - Załącznik Nr 8 do SIWZ.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wpisane do dokumentów rejestracyjnych w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w tym z kryteriami oceny ofert oraz Załącznikami do SIWZ oraz że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczenie Wykonawcy, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do podpisania umowy, której wzór stanowi Załącznik Nr 12 do SIWZ.
7. Wskazanie przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy/ nie powierzy podwykonawcom.
8. Wykaz wszystkich dokumentów – spis zawartości złożonej oferty.

6.6. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:

1. Dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
2. Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE – dotyczy Pakietu nr 3, 4, 5.
3. Opinie użytkowników potwierdzone zakupem od min. 3 dotychczasowych użytkowników – dotyczy Pakietu nr 4.
4. Deklaracja zgodności CE dla monitora – dotyczy Pakietu nr 6.
5. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta - dotyczy Pakietu nr 6 (monitor, urządzenie wielofunkcyjne).
6. Dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z normą ISO 9001 - dotyczy Pakietu nr 6 (monitor, urządzenie wielofunkcyjne).
7. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia np. katalogi, foldery, ulotki producenta, fotografie sprzętu itp. przedstawiające wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, w celu potwierdzenia wymaganych parametrów opisanych w Załącznikach nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 do SIWZ (parametry wymagane), których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie Zamawiającego.

6.7. Oferta wspólna

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie lub nienależyte wykonanie

zamówienia i musi być podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument pełnomocnika należy przedstawić w formie oryginału. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.8. Informacje dotyczące jawności postępowania

1. Zgodnie z art. 8 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
2. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie.
3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
4. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa jeżeli kumulatywnie zostaną spełnione trzy n/wym. przesłanki.
 - 4.1. brak upublicznienia tej informacji (Zamawiający przyjmie wyjaśnienia, oświadczenia Wykonawcy)
 - 4.2. kwalifikację rodzajową (na przykład informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa)
 - 4.3. niezbędne podjęte działania w kierunku ochrony poufności tych informacji, tj.
 - a) działanie w kierunku ochrony fizycznej
 - b) działanie w kierunku ochrony prawnejBrak wskazania powyższego będzie skutkować ujawnieniem przez Zamawiającego informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Powyższe dotyczy dokumentów żądanych przez Zamawiającego na termin składania ofert.
Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę po terminie składania ofert nie będzie skuteczne.
5. Jeżeli Wykonawca w wyniku składania wyjaśnień treści oferty przedłoży Zamawiającemu dowody/ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które nie były wymagane na termin składania ofert to konieczne jest ich zastrzeżenie, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zgodnie z zapisami w pkt. 6.9 ppkt. 4 SIWZ.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
3. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia **19.04.2016 r.**, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
5. Jeżeli Zamawiający przedłuży termin składania ofert, pozostaje on bez wpływu na bieg terminu składania wniosków, zapytań do SIWZ.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie.

7. Zamawiający nie będzie zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:

Do kontaktów z Wykonawcami upoważniona jest mgr Emilia Gajdzis – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych W.Sz.Z. w Elblągu , tel. (55) 234-55-47, godz. udzielania informacji dot. przetargu: 7.30 – 15.00.

9. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany jest złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z terminem składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Propozycje rozwiązań alternatywnych nie będą brane pod uwagę.
2. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” (w załączeniu **Załącznik nr 8 do SIWZ**) wraz z wypełnionymi i podpisanymi przez Wykonawcę arkuszami asortymentowo-cenowymi stanowiącymi Załączniki nr 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A/ 6A/ 7 do SIWZ oraz arkuszami z parametrami wymaganymi stanowiącymi Załączniki Nr 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 do SIWZ – odpowiednio do Pakietu, na który została złożona oferta.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną własną ofertę.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Każda strona powinna być opatrzona kolejnym numerem i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz).
5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach należy umieścić w dwóch zapieczętowanych kopertach (opakowaniach): zewnętrznej i wewnętrznej; opatrzonych danymi Wykonawcy.
6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:
„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach – 24/2016” – nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r. godz. 10³⁰.
7. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty, nie może zmieniać treści wypełnianych Załączników – formularzy, jakie zostały przedstawione w SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie wydruku komputerowego zgodnie z wzorami formularzy ze SIWZ.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu do składania ofert. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
9. Wykonawcy nie spełniających warunków określonych w art. 22 i 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych zostaną wykluczeni z postępowania.
10. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert .

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia **28.04.2016 r. do godz. 10.00** w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).
Zmiany lub wycofanie ofert.

W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert, każdy Wykonawca może złożyć ofertę zamienną lub wycofać się z postępowania. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie według takich samych zasad, jak składanie oferty tj. w odpowiednio

oznakowanej kopercie lub innym opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być opatrzone napisami „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”

Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu **28.04.2016 r. o godz. 10.30** w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

12. Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena (brutto) oferty winna być przedstawiona w PLN i podana do dwóch miejsc po przecinku oraz powinna obejmować wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę dla kompleksowej realizacji przedmiotowego zamówienia.
2. Wykonawca zaokrągli wartość brutto w wierszu w sposób matematyczny, tj. do pełnych groszy w dół (do 55 groszy) oraz do pełnych groszy w górę (55 groszy i więcej).
3. Wykonawca obliczy cenę oferty na podstawie wypełnionych arkuszy asortymentowo-cenowych stanowiących Załączniki nr 1A/ 2A/ 3A/ 4A/ 5A/ 6A/ 7 do SIWZ – odpowiednio do zakresu złożonej oferty. Instrukcja obliczenia ceny znajduje się w tabeli asortymentowo-cenowej w wersji 2 zaczynającym się od litery A. Następnie uzyskane wyniki wpisuje cyfrowo i słownie do Formularza ofertowego stanowiącego **Załącznik nr 8 do SIWZ**.
4. Zamawiający poprawia w ofercie:
 - a. oczywiste pomyłki pisarskie
 - b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek
 - c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona
5. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcami w złotych polskich. Jeżeli zaistnieje sytuacja określona w art. 91 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych do tak złożonej oferty Zamawiający doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
6. Wykonawca składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.

13. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny oferty:

Przyjęte kryteria oceny i ich ranga:

- | | |
|-------------------|--------|
| - cena | - 95% |
| - okres gwarancji | - 5% |
| Łącznie: | - 100% |

Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków Komisji Przetargowej według podanych wyżej kryteriów.

a) Kryterium Nr 1: cena

Cena brutto badanej oferty w danym pakiecie podana w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawcy będzie oceniana na podstawie następującego wzoru:

$$P = \frac{C_n \times 100}{C_b}$$

P - wartość punktowa oferty w danym pakiecie

C_n - cena brutto, najniższa spośród złożonych ofert w danym pakiecie

C_b - cena brutto badanej oferty w danym pakiecie

Cena (brutto) oferty w danym pakiecie winna być przedstawiona w PLN do dwóch cyfr po przecinku i obejmować wszelkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotowego zamówienia.

Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę w danym pakiecie otrzyma 100 punktów, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru.

Stosowania punktacja od 0-100 pkt.

Wartość punktowa ceny oferty w danym pakiecie zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 95%.

b) Kryterium nr 2 – okres gwarancji

Członkowie Komisji Przetargowej przyznają punkty na podstawie danych złożonych przez Wykonawcę w pkt 4 Załącznika nr 8 do SIWZ (Formularz ofertowy).

Parametry oceniane oraz punktacja:

Lp.	Parametry oceniane	Wartość punktowa parametru
1.	Okres gwarancji	36 miesięcy – 0 pkt 48 miesięcy – 10 pkt 60 miesięcy i więcej – 20 pkt

Uwaga! Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji innego niż wynika z tabeli powyżej. Zaoferowanie innego terminu niż ww. spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy za względu na brak możliwości przyznania punktacji.

Stosowana punktacja w powyższym kryterium od 0 do 20 pkt.

Wykonawca, którego oferta w danym pakiecie uzyska największą ilość punktów za okres gwarancji (zgodnie z pkt 4 Załącznika Nr 8 do SIWZ – Formularz ofertowy), otrzyma 20 pkt, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do niżej przedstawionego wzoru:

$$P = \frac{P_b \times 20}{P_{max}}$$

P - wartość punktowa oferty w danym pakiecie

P_b- przyznana ilość punktów badanej oferty w danym pakiecie

P_{max}- maksymalna ilość punktów do zdobycia w danym pakiecie

Wartość punktowa zostanie przyznana przez każdego członka Komisji Przetargowej indywidualnie, a następnie dodana i pomnożona razy 5%.

Zamawiający udzieli zamówienia publicznego Wykonawcy, którego oferta w danym Pakiecie będzie:

- zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.,
- odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- spełniała warunki udziału w postępowaniu,
- w ogólnym bilansie otrzyma największą liczbę punktów wg kryteriów podanych powyżej.

14. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
 - 1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - 1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - 1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;
 - 1.4. terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 14 ppkt 1.1., na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
4. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ppkt. 3, jeżeli:
 - 4.1. w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
 - 4.2. w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1. Ustawy Pzp.
6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej.
7. Zamawiający prześle wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listem poleconym.

15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej określone szczegółowo w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 22 grudnia 2015 r., poz. 2164) przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - wykluczeniu odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
 8. Termin wniesienia odwołania:
 - 8.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia;
 - 8.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;
 - 8.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt. 8.1 oraz ppkt. 8.2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
 9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.
 10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
 11. Skarga do sądu
 - 11.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
 - 11.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
 - 11.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
 - 11.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
 16. **Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.**

Wzór umowy stanowi: umowa nr: 24/2016 (**Załącznik nr 12 do SIWZ** do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

17. Specyfikacja zostanie przekazana w formie pisemnej na wniosek Wykonawcy w terminie 5 dni, za cenę 42,00 zł.

18. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

1. Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do SIWZ – Arkusze z parametrami wymaganymi, gwarancją, serwisem i szkoleniem.
2. Załączniki Nr 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7 – Arkusze asortymentowo-cenowe.
3. Załącznik Nr 8 – Formularz ofertowy.
4. Załącznik Nr 9 – Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.
5. Załącznik Nr 10 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z art. 24 ust.1 Ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Załącznik Nr 11 - Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
7. Załącznik Nr 12 - Umowa sprzedaży nr 24/2016 - wzór.

Podpisy Członków Komisji:

1. lek. med. Mirosław Denisiuk - Przewodniczący Komisji Przetargowej
2. lek. med. Krzysztof Stankiewicz - Członek Komisji Przetargowej
3. inż. Tadeusz Gutowski - Członek Komisji Przetargowej
4. mgr Emilia Gajdzis - Sekretarz Komisji Przetargowej

Zatwierdził

.....
data i podpis Zamawiającego

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

**UNIT LARYNGOLOGICZNY MOBILNY – CZĘŚĆ NARZĘDZIOWA
DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII**

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Unit laryngologiczny mobilny konstrukcji metalowej lub stalowej.	TAK	
2.	Blat z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie.	TAK	
3.	Zasilanie 230V/ 50Hz.	TAK	
4.	Komplet przewodów zasilających do wszystkich narzędzi.	TAK	
5.	Szuflady na instrumentarium z organizerami (min. 4).	TAK	
6.	System podgrzewania lusterek laryngologicznych z czasem nagrzewania 10 sekund $\pm$ 5 sekund.	TAK	
7	Wbudowany system ssania o wydajności min. 40-50l/min, aktywowany/ dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/ opuszczeniu rączki ssaka.	TAK	
8.	Autoklawowalny zbiornik na wydzielinę, wbudowany wewnątrz unitu z zabezpieczeniem antyprzelewowym; możliwość podłączenia zbiorników jednorazowych bez dodatkowych modyfikacji.	TAK	
9	Możliwość regulacji siły ssania oraz manometr.	TAK	
10.	Wymagana funkcja czyszczenia drenów ssaka środkami do tego przeznaczonymi; zbiornik na środek czyszczący.	TAK	
11.	Wbudowany pojemnik na zużyte narzędzia umożliwiający bezpieczne wyjęcie narzędzi i dezynfekcję pojemnika.	TAK	
12	Minimum 4 koła, w tym min. 2 wyposażone w hamulce. Dopuszcza się unit wyposażony w inny system blokujący niż blokowane kółka.	TAK	

B. Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja, serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	

	przedłużenia gwarancji.		
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.	TAK	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	TAK	
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji	TAK	
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	TAK	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	TAK	
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK	

C. Przeglądy eksploatacyjne

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	TAK	

2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	
4.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 1
UNIT LARYNGOLOGICZNY MOBILNY – CZĘŚĆ NARZĘDZIOWA
(stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa	szt.	1					
1a.								
1b.								
1c.								
1d.								
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

* Wszystkie dodatkowe elementy (jeśli występują) wchodzące w skład urządzenia należy wycenić w kolejnych poz. 1a, 1b itd. (przykład jak w tabeli)

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

UNIT LARYNGOLOGICZNY – MOBILNY WÓZEK DO DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Wózek konstrukcji metalowej lub stalowej.	TAK	
2.	Błat z trwałego materiału odpornego na czynniki chemiczne i ścieranie.	TAK	
3.	Zasilanie 230V/ 50Hz.	TAK	
4.	Komplet przewodów zasilających do wszystkich narzędzi.	TAK	
5.	Co najmniej jedno zintegrowane z unitem źródło światła typu LED z płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0 - 100% za pomocą pokręć; wyjście typu STORZ.	TAK	
6.	Światłowód o długości min. 230 cm, adaptory Storz – 2 sztuki.	TAK	
	WÓZEK ENDOSKOPOWY		
7.	Wózek endoskopowy jezdny, z min. 4 kołami w tym min. 2 wyposażone w hamulce z uchwytem na monitor i panelem pod klawiaturę.	TAK	
8.	Wózek posiadający możliwość ustawienia półek na dowolnej wysokości.	TAK	
9.	Wbudowane w wózek gniazda do podłączenia urządzeń - minimum 6 gniazd wraz wyłącznikiem głównym i listwą elektryczną antyprzepięciową.	TAK	
10.	Wózek wyposażony w kuwety i zasobniki do przechowywania i dezynfekcji endoskopów sztywnych i giętkich (min. 6 kuwet).	TAK	
11.	Wózek umożliwiający umieszczenie kompletnego zestawu.	TAK	
12.	Wózek endoskopowy z możliwością dowolnej konfiguracji całego zestawu po wskazaniu przez Zamawiającego przed dostawą zestawu.	TAK	
13.	Bezstykowy indukcyjny podgrzewacz do endoskopów. Dopuszcza się bezstykowy podgrzewacz do endoskopów na podczerwień.	TAK	
	KAMERA MEDYCZNA		
14.	Cyfrowa kamera medyczna z funkcją stroboskopii z głowicą kamery wyposażoną w przetwornik 1/3" CCD	TAK	

	lub 1/3" CMOS z certyfikatem medycznym.		
15	Balans bieli realizowany z przycisku na konsoli.	TAK	
16	Stopklatka - realizowana z przycisku na konsoli kamery oraz za pomocą przycisku nożnego.	TAK	
17	Kontrast i jasność - realizowane min. z konsoli kamery.	TAK	
18	Sterownik kamery wyposażony w wyjście cyfrowe zapewniające obsługę sygnału o rozdzielczości minimum 1280 x 720 pikseli/ 752 x 585 PAL/ 720 x 576 pikseli.	TAK	
19	Sterownik kamery wyposażony w wyjście analogowe co najmniej S-Video.	TAK	
20	Konstrukcja głowicy kamery kompatybilna ze standardowymi endoskopami.	TAK	
21	Głowica kamery wyposażona w pierścień regulacji ostrości obrazu.	TAK	
22	Laryngofon kierunkowy zintegrowany z głowicą kamery (miniaturowy).	TAK	
23	Port do podłączenia zewnętrznego mikrofonu na panelu głównym urządzenia.	TAK	
24	Głowica kamery z min. 2 przyciskami funkcyjnymi do manualnej regulacji ustawień. Dopuszcza się głowicę kamery bez dwóch przycisków funkcyjnych, gdzie regulację ustawień można sterować z panelu sterownika kamery lub oprogramowania.	TAK	
25	Głowica kamery na min. 2 metrowym przewodzie.	TAK	
26	Funkcja automatycznego wykrywania ustawień video. Dopuszcza się w miejsce powyższej funkcji funkcję predefiniowanych ustawień video.	TAK	
27	Funkcja wyświetlania parametrów kamery.	TAK	
28	Kilkustopniowy filtr antymoirowy do endoskopów giętkich. Dopuszcza się kamerę medyczną bez kilkustopniowego filtra antymoirowego do endoskopów giętkich z łatwą regulacją obrazu, która spełnia funkcję filtra antymoirowego, gdzie kamera jest wyposażona w funkcję manualnej likwidacji siatki Moire'y za pomocą pokrętki w głowicy kamery.	TAK	
29	Złącze USB	TAK	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA LED			
30	Medyczne źródło światła typu LED z dwoma kanałami z płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0-100%.	TAK	
31	Minimalna żywotność diod 5 000 h.	TAK	
32	Temperatura barwowa światła min. 6500 K.	TAK	
33	Możliwość sterylizacji światłowodów w autoklawie.	TAK	
34	Wyjście typu STORZ.	TAK	
STROBOSKOP			
35.	Tryb pracy typu Slow Motion z płynną regulacją wartości od 0,5 -2 Hz poprzez regulator nożny oraz tryb pracy typu PHASE stroboskopu z płynną regulacją wartości od 0° do 360°. Zmiana cykli pracy poprzez regulator nożny.	TAK	
36.	Efekt stroboskopowy uzyskiwany w technologii migawkowej – brak błysku światła, efekt światła ciągłego z przejściem z trybu endoskopii do stroboskopii realizowanym co najmniej poprzez włącznik nożny, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy	TAK	

	kamery.		
37.	Wyświetlanie w czasie rzeczywistym na ekranie monitora lub stroboskopu co najmniej częstotliwości podstawowej.	TAK	
38.	Możliwość przeprowadzenia badania videostroboskopowego wraz z podglądem na monitorze bez konieczności włączania komputera.	TAK	
39.	Efekt stroboskopowy dla częstotliwości min. 80 Hz do 1000 Hz.	TAK	
OPTYKI ENDOSKOPOWE			
40.	Endoskop krtaniowy autoklawowalny: - średnica 10 mm - kąt widzenia 90° - długość robocza w zakresie 185-220 mm.	TAK	
41.	Endoskop uszny autoklawowalny: - średnica 2,7 mm ± 0,3 mm - kąt widzenia 0° - długość min. 50 mm.	TAK	
42.	Endoskop nosowy autoklawowalny: - średnica 4 mm - kąt widzenia 30° - długość min. 175 mm.	TAK	
43.	Endoskop giętki do nosogardła: - średnica max. 3,0 mm ± 0,2 mm - kąt widzenia min. 70° - długość sondy min. 300 mm - zagięcie końcówki min. 130°/130° lub 140°/140°; - zintegrowany światłowód z adapterem Storz/ odłączany światłowód z adapterem Storz - tester szczelności.	TAK	
44.	Adapter do optyki kompatybilny z optykami innych producentów (typu STORZ/ Olympus).	TAK	
MONITOR DO ZESTAWU			
45.	Monitor o przekątnej ekranu min. 21,5" LCD wraz z wejściem cyfrowym HDMI lub DVI-D oraz VGA i rozdzielczości 1920x1080.	TAK	
46.	Monitor pozwalający na zmianę wejścia (kamera, komputer) z panelu sterowania bez konieczności zmiany przewodów wejścia/ wyjścia.	TAK	
PROGRAM DO OBSŁUGI BAZY DANYCH PACJENTÓW I WYNIKÓW			
47.	Komputerowy program do tworzenia bazy danych pacjentów z wyszukiwarką pacjentów, komunikacja w języku polskim.	TAK	
48.	Możliwość zapisu pojedynczych video-klatek – zdjęć.	TAK	
49.	Możliwość zapisu sekwencji video i obróbki sekwencji video z kamery endoskopu (przycinanie, łączenie, dzielenie).	TAK	
50.	Możliwość wyciągnięcia i kopii video-klatki z dowolnego miejsca sekwencji video.	TAK	
51.	Możliwość wydruku raportu wraz z video-klatkami oraz dowolnych stop-klatek z sekwencji video wraz z adresem placówki, w której zostało wykonane badanie.	TAK	
52.	Możliwość wydruku liczby zdjęć na jednym raporcie od 1 do 9 dopuszcza się od 1 do 8 na stronę z możliwością opisu każdego zdjęcia i dopisania komentarza.	TAK	

53.	Możliwość archiwizacji na twardym dysku oraz za pomocą nagrywarki DVD i na nośnikach zewnętrznych typu pendrive zintegrowanej z dyskiem twardym (o pojemności min. 2TB).	TAK	
54.	Oprogramowanie umożliwiające rejestrację obrazu wraz z analizą akustyczną głosu i kimografią.	TAK	
55.	Możliwość podłączenia do systemu obrazowania PACS.	TAK	
ZESTAW KOMPUTEROWY			
56.	Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 5170 pkt. (dostępnym pod adresem: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy załączyć do oferty.	TAK	
57.	Pamięć RAM min. 4GB, klawiatura z touchpadem (nadająca się do dezynfekcji).	TAK	
58.	2 szt. dysków twardych o pojemności min. 2 TB każdy, skonfigurowane w sposób maksymalnie zabezpieczający utratę danych w przypadku awarii jednego z nich.	TAK	
59.	Port sieciowy 1Gbps Ethernet	TAK	
60.	System operacyjny w języku polskim	TAK	
61.	Umożliwiający bezproblemową obsługę systemu do archiwizacji wyników i bazy danych pacjentów.	TAK	
62.	Zestaw umieszczony i obsługiwany na wózku do diagnostyki endoskopowej.	TAK	
DRUKARKA			
63.	Drukarka laserowa, kolorowa.	TAK	
64.	Musi posiadać podajnik ręczny i podajnik automatyczny A4 na min. 100 arkuszy.	TAK	
65.	Porty USB 2,0.	TAK	
66.	Port sieciowy 10/100BASE-T_ETHERNET	TAK	
67.	Rozdzielczość druku w kolorze 1200x1200.	TAK	
68.	Wydajność druku w kolorze min. 20/minutę.	TAK	

B. Gwarancja i serwis

L.p.	Gwarancja, serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji.	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy	
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych.	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.	TAK	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	TAK	
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas	TAK	

	gwarancji		
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	TAK	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	TAK	
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK	

C. Przeglądy eksploatacyjne

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis". Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
4.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 2
UNIT LARYNGOLOGICZNY – MOBILNY WÓZEK DO DIAGNOSTYKI ENDOSKOPOWEJ
(stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej	szt.	1					
1a.								
1b.								
1c.								
1d.								
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

* Wszystkie dodatkowe elementy (jeśli występują) wchodzące w skład urządzenia należy wycenić w kolejnych poz. 1a, 1b itd. (przykład jak w tabeli)

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

**KALORYZATOR WODNY - 1 szt.
DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII**

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Stymulator kaloryczny wodny	TAK	
2.	Stymulacja błony bębenkowej	TAK	
3.	Mikroprocesorowe sterowanie parametrami testów kalorycznych	TAK	
4.	Możliwość ustawienia czasu irygacji, ciśnienia i przepływu. Dopuszcza się kaloryzator wodny, który podczas przeprowadzania testu kalorycznego, spełnia wymogi dla przepływu czynnika chłodzącego standardu BSA (Brytyjskie Stowarzyszenie Audiologów), które wynosi 500 ml/min. (zalecany czas 30 s.), nieposiadającego w związku z tym regulacji ciśnienia czynnika, które jest dostosowane do obowiązujących standardów przepływu.	TAK	
5.	Zaprogramowane min. 2 temperatury: 30°C, 44°C	TAK	
6.	Możliwość ustawienia własnej temperatury	TAK	
7.	Wyświetlacz informujący o obecnej temperaturze	TAK	
8.	Sygnalizacja akustyczna w przypadku przekroczenia temperatury nastawionej. Dopuszcza się kaloryzator wodny bez sygnalizacji akustycznej przekroczenia temperatury wody, gdzie w irygatorze temperatura wody jest regulowana przez urządzenie.	TAK	
9.	Standardowe przyłącza wodno kanalizacyjne (dostarczyć zestaw elementów potrzebnych do zainstalowania urządzenia) lub zbiornik własny (bez konieczności podłączania na stałe do instalacji wod/kan) - opisać	TAK/opisać	
10.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	

B. Gwarancja, serwis

L.p.	Gwarancja, serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania	TAK	

	gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych		
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.	TAK	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	TAK	
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji.	TAK	
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	TAK	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	TAK	
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK	

C. Przeglądy eksploatacyjne

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli "Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	

3.	Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
4.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 3
KALORYZATOR WODNY
(stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Kaloryzator wodny	szt.	1					
1a.								
1b.								
1c.								
1d.								
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

* Wszystkie dodatkowe elementy (jeśli występują) wchodzące w skład urządzenia należy wycenić w kolejnych poz. 1a, 1b itd. (przykład jak w tabeli)

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

WIDEONYSTAGMOGRAF - 1 szt.
DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	System do badań, rejestracji i analizy ruchów nystagmoidalnych gałki ocznej, wykorzystywany do diagnostyki zaburzeń równowagi	TAK	
2.	System minimum dwukanałowy	TAK	
3.	Skład systemu: 1) oprogramowanie do videonystagmografii 2) stymulator optokinetyczny (projektor LCD ze statywem lub listwą) 3) gogle video z min. 1 kamerą na podczerwień rejestrującą ruch gałki ocznej 4) zestaw komputerowy z oprogramowaniem pracującym w środowisku Windows + drukarka kolorowa	TAK	
4.	Oprogramowanie do testów i badań: a) oczopląs spontaniczny, b) oczopląs położeniowy c) badanie kaloryczne d) sakady e) śledzenie f) optokineza g) test spojrzeniowy	TAK	
5.	Oprogramowanie generujące stymulacje optokinetyczne, wyświetlane na ekranie ściennym w różnych kierunkach: pionowo, poziomo, ukośnie. Dopuszcza się kierunek tylko pionowy i poziomy.	TAK	
6.	Prezentacja wyników okulomotorycznych w postaci danych liczbowych i obrazów graficznych z zaznaczonymi polami norm.	TAK	
7.	Prezentacja wyników: a) Wykresy: - poziome i pionowe położenie oka; - prędkość fazy wolnej; - krzywa kumulacji/ dopuszcza się bez krzywej kumulacji b) Pomiar oczopląsu: - kierunek;	TAK	

	- prędkość fazy wolnej. c) Wynik testu kalorycznego: - deficyt kierunkowy [%]; - reaktywność; - przewaga kierunkowa/ dopuszcza się bez przewagi kierunkowej d) Testy okulomotoryczne: - latencje/ dopuszcza się bez latencji - prędkość; - precyzja/ dopuszcza się bez precyzji		
8.	Możliwość konfigurowania przez użytkownika własnych protokołów badań.	TAK	
9.	Baza danych pacjentów i wyników badań.	TAK	
10.	Kalibracja automatyczna	TAK	
11.	Możliwość kalibracji ręcznej lub automatycznej (np. przy badaniach osób niedowidzących)	TAK	
12.	Obliczenia automatyczne z możliwością pomiarów ręcznych	TAK	
13.	Możliwość rozbudowania o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG. Dopuszcza się videonystagmograf współpracujący z urządzeniem do testu vHIT w miejsce możliwości rozbudowy o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG.	TAK	
14.	Interfejs i oprogramowanie w całości w języku polskim	TAK	
15.	Ciężar maski z kamerą gotową do pracy (bez kabla) nie większy niż 150g zapewniający pełną stabilność podczas testów u dorosłych i dzieci.	TAK	
16.	Zdalnie włączany LED umożliwiający fiksację oka zlokalizowany wewnątrz maski. Dopuszcza się LED umożliwiający fiksację oka zlokalizowany wewnątrz maski uruchamiany przez zaprogramowany przez użytkownika system w odpowiednich momentach badania.	TAK	
17.	Zdalne sterowanie VNG za pomocą bezprzewodowego pilota (START/ STOP badania, wstawianie znaczników na wykresie) oraz podgląd wybranego kanału zapisu.	TAK	
18.	Komplet akcesoriów do instalacji i uruchomienia zestawu bez dodatkowych zakupów.	TAK	
19.	Zasilanie zestawu VNG przez medyczny moduł separacyjny (transformator separujący).	TAK	
20.	Zasilanie urządzeń systemu z sieci 230V 50Hz.	TAK	
21.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	
22.	Opinie użytkowników potwierdzone zakupem od min. 3 dotychczasowych użytkowników.	TAK	
ZESTAW KOMPUTEROWY			
23.	Komputer przenośny typu notebook	TAK	
24.	Komputer przenośny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 2920 pkt. (dostępnym pod adresem: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy załączyć do oferty.	TAK	
25.	- Wbudowana karta sieciowa typu ethernet w	TAK	

	standardzie 1Gbit (przynajmniej jeden port ze złączem RJ45) - Sieci bezprzewodowe: wbudowana karta sieci bezprzewodowej w standardzie 802.11b/g/n - System operacyjny w języku polskim - Program antywirusowy z licencją na 36 miesięcy - Przekątna ekranu nie mniej niż 15,6" - Klawiatura zgodna z układem „polski programisty” - Mysz optyczna przewodowa z dołączoną podkładką - min. 2 gniazda USB - min. 1 gniazdo wideo zgodne ze standardem HDMI pozwalające na tryby pracy takie jak klonowanie zawartości pulpitu oraz rozszerzenie pulpitu o dodatkowy ekran.		
26	Pamięć RAM min. 4GB, HDD min. 500GB, dysk zewnętrzny min. 1TB do tworzenia zapasowej kopii bazy danych, nagrywarka DVD,+ stolik informatyczny mobilny	TAK	
27	Komputer bezproblemowo obsługuje system do testów i badań ww.	TAK	
	DRUKARKA		
28	Drukarka laserowa, kolorowa.	TAK	
29	Drukarka z podajnikiem ręcznym i podajnikiem automatycznym A4 na min. 100 arkuszy.	TAK	
30	Porty USB 2,0.	TAK	
31	Port sieciowy 10/100BASE-T_ETHERNET	TAK	
32	Rozdzielczość druku w kolorze 1200x1200.	TAK	
33	Wydajność druku w kolorze min. 20/minutę.	TAK	

B. Gwarancja, serwis

L.p.	Gwarancja, serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia.	TAK	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 7 dni.	TAK	
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	TAK	
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	Tak, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	TAK	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na	TAK	

	czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych		
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK	

C. Przeglądy eksploatacyjne

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
4.	Materiały eksploatacyjne - dot. pkt 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

L.p.	Szkolenia	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych. Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
3.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej	TAK	
4.	Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 4
WIDEONYSTAGMOGRAF
 (stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Wideonystagmograf	szt.	1					
1a.								
1b.								
1c.								
1d.								
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

* Wszystkie dodatkowe elementy (jeśli występują) wchodzące w skład urządzenia należy wycenić w kolejnych poz. 1a, 1b itd. (przykład jak w tabeli)

.....
 data i podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń

**FOTEL LARYNGOLOGICZNY - 1 szt.
DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII**

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

A. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

L.p.	Cecha lub parametr wymagany	Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
1.	Fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości siedziska o co najmniej 350 mm od wysokości podstawy 500 mm.	TAK	
2.	Możliwość rozłożenia oparcia fotela do pozycji leżącej	TAK	
3.	Mechanicznie rozkładane oparcia. Dopuszcza się oparcie rozkładane za pomocą silnika elektrycznego.	TAK	
4.	Podnózek rozkładany	TAK	
5.	Zagłówek regulowany w płaszczyznach: góra/dół, przód/tył. Dopuszcza się zagłówek z regulacją góra/dół z możliwością szybkiego demontażu.	TAK	
6.	Możliwość obrotu fotela o co najmniej 180° z blokadą w wybranym położeniu. Dopuszcza się zakres obrotu fotela 360° z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji.	TAK	
7.	Podłokietniki z możliwością obrotu oraz całkowitego demontażu w trakcie badania. Dopuszcza się podłokietniki rozkładane niezależnie od siebie, chowane wzdłuż oparcia, zapewniające pełny dostęp do pacjenta po ich ułożeniu wzdłuż oparcia; rozkładane symultanicznie z oparciem do pozycji poziomej.	TAK	
8.	Tapicerka odporna na środki dezynfekcyjne i promieniowanie UV.	TAK	
9.	Możliwość badania pacjenta/pacjentów (rodzic + dziecko) o łącznej masie min. 180 kg.	TAK	
10.	Możliwość rozbudowania fotela w przyszłości o antystatyczne kółka z możliwością blokady.	TAK	
11.	Możliwość wyboru koloru tapicerki.	TAK	
12.	Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE	TAK	
13.	Siedzisko dla badającego: - wysokość siedziska regulowana poprzez sterownik nożny lub ręczny - średnica siedziska 40 cm/ dopuszcza się 38 cm - wysokość siedziska regulowana w zakresie 57-73 cm/ 53-66 cm/ 47-63 cm - chromowana konstrukcja	TAK	

	- podstawa na nogi/ dopuszcza się chromowaną podstawę na nogi - regulowana wysokość/ głębokość oparcia - obicie siedziska i oparcie z materiału łatwo zmywalnego (kolor wybierany z oferty co najmniej kilkunastu kolorów przez dostarczeniem Zamawiającemu) - cztero lub pięcioramienna podstawa na stabilnych kółkach umożliwiającą płynne przemieszczanie - możliwość obrotu siedziska o 360°.		
--	---	--	--

B. Gwarancja, serwis

L.p.	Gwarancja, serwis	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Pełna gwarancja na cały oferowany sprzęt liczona od dnia odbioru końcowego i przekazania oferowanego sprzętu do bieżącej eksploatacji. Możliwość przedłużenia gwarancji	Okres nie krótszy niż 36 miesięcy.	
2.	Przeglądy wymagane przez producenta dla zachowania gwarancji na koszt Wykonawcy wraz z dojazdem (min. 1 przegląd rocznie) wraz z wymianą materiałów wymaganych przy przeglądach gwarancyjnych	TAK	
3.	Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 24 godzin od zgłoszenia w dni robocze.	TAK	
4.	Maksymalny czas skutecznego usunięcia uszkodzenia - do 3 dni roboczych.	TAK	
5.	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża o ten okres czas gwarancji .	TAK	
6.	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.	TAK, po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku)	
7.	Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.	TAK	
8.	Nieodpłatne podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta, trwającej więcej niż 7 dni roboczych	TAK	
9.	Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.	TAK	

C. Przeglądy eksploatacyjne

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Przeglądy objęte ustawą o wyrobach medycznych (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
2.	Przeglądy wynikające z przepisów towarzyszących Dozorowi Technicznemu (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	
3.	Przeglądy wynikające z przepisów wymaganych przez Sanepid, itp. (jeśli dotyczy)	TAK/podać okres	

4.	Materiały eksploatacyjne - dot. p-któw 1-3 dostarczane przez Wykonawcę w okresie 36 miesięcy wraz z wymianą i uzupełnieniem	TAK	
----	---	-----	--

UWAGA: Przeglądy eksploatacyjne j/w nie dotyczą przeglądów gwarancyjnych ujętych w tabeli (Gwarancja, serwis). Są to odrębne czynności i dostawy.

D. Szkolenie

L.p.	Wymagane czynności	Potwierdzenie	Warunki oferowane przez Wykonawcę
1.	Szkolenie w zakresie obsługi i użytkowania urządzenia dla personelu medycznego (minimum 2 osoby) oraz obsługi technicznej (pracowników sekcji sprzętu medycznego - minimum 2 osoby).	TAK	
2.	Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy dla osób przeszkolonych.	TAK	
3.	Odrębne zaświadczenie dla personelu technicznego, dające możliwość wykonania podstawowych czynności przeglądowych nie zastrzeżonych przez producenta.	TAK	
4.	Szczegółowa instrukcja obsługi i eksploatacji musi być dostarczone w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej.	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 5
FOTEL LARYNGOLOGICZNY
 (stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	$G=D \times F$	$H=G \times \text{VAT}$	$I=G+H$
1.	Fotel laryngologiczny	szt.	1					
1a.								
1b.								
1c.								
1d.								
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

* Wszystkie dodatkowe elementy (jeśli występują) wchodzące w skład urządzenia należy wycenić w kolejnych poz. 1a, 1b itd. (przykład jak w tabeli)

.....
 data i podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

**ZESTAW KOMPUTEROWY – 1 szt.
DLA PORADNI KONSULTACYJNEJ PRZY OTOLARYNGOLOGII**

Nazwa Wykonawcy:

Nazwa - typ sprzętu:

Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji: 2016

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Lp	Cecha lub parametr wymagany		Potwierdzenie	Potwierdzenie i opis parametrów zaoferowanych przez Wykonawcę
I.	Jednostka centralna – 1 szt.			
1.	Typ	Komputer stacjonarny	TAK	
2.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie ActiveDirectory (uwierzytelnianie przy pomocy karty inteligentnej), do obsługi systemu InfoMedica/AMMS firmy Asseco Poland S.A., do poglądowego (nie diagnostycznego) przeglądu obrazów radiologii cyfrowej w systemie PACS, aplikacji CAD, aplikacji biurowych.	TAK	
3.	Wydajność	Komputer stacjonarny przeznaczony do pracy w biurach, osiągający wynik w teście PassMark CPU min 5170 pkt. (dostępnym pod adresem: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) Wydruk z ww. witryny z zaoferowanym podzespołem należy załączyć do oferty.	TAK	
4.	Pamięć operacyjna	Pojemność: min. 4GB Maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB Wolne złącza pamięci: (po obsadzeniu modułami o wymaganej pojemności) min. 2	TAK	
5.	Karta Grafiki	Wspierająca technologię DirectX w wersji 10	TAK	
6.	Pamięć masowa	Dysk Twardy o pojemności min. 250GB	TAK	
7.	Wymagania dodatkowe	1. Min. 6 gniazd USB, w tym 2 wyprowadzone na przedni panel obudowy 2. Gniazda słuchawek i mikrofonu wyprowadzone na przedni panel obudowy 3. Złącze wideo DVI-D lub HDMI 4. Gniazdo Gigabit Ethernet 5. Odtwarzacz płyt CD/DVD 6. Mysz Optyczna USB wraz z dołączoną podkładką 7. Klawiatura USB zgodna z układem „polski programisty” 8. Czytnik kart uwierzytelniających Omnikey 3921 lub równoważny spełniający poniższe	TAK	

		wymagania: • obsługa kart inteligentnych poprzez interfejs chipowy • obsługiwane standardy - ISO 7816, EMV 2000, Microsoft WHQL, USB CCID, PC/SC, HBCI • obsługiwane interfejsy - PC/SC, CT-API • czytnik pozwala na uwierzytelnienie użytkownika w domenie ActiveDirectory a także na serwerze usług terminalowych • czytnik pozwala na przeglądanie i modyfikację zawartości karty (możliwość zapisu) • montowany wewnątrz obudowy jednostki centralnej • wspierane systemy operacyjne - Windows Vista/7/Dowolna dystrybucja systemu Linux		
8.	Wyposażenie multimedialne	Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową	TAK	
9.	System Operacyjny	Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważny spełniający wymagania: • współpraca z następującymi aplikacjami (obsługa natywna, bez wspierania się emulatorem): Microsoft Office 2003/2010/2012, InfoMedica Asseco Poland S.A. • możliwość zainstalowania Microsoft .NET Framework, • możliwość zainstalowania Java Runtime Environment, • zintegrowana z systemem pełna obsługa stylów wizualnych oraz napędów CD-RW, DVD-RW (odczyt i zapis), • system umożliwia uwierzytelnianie się użytkownika przy pomocy karty inteligentnej w domenie ActiveDirectory), • w pełni spolonizowany interfejs użytkownika wraz z pomocą kontekstową w języku polskim, • dostarczona płyta z wersją instalacyjną systemu.	TAK	
10.	Warunki Gwarancji	Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. W przypadku usterki nośnika danych (dysku twardego) w trakcie trwania gwarancji uniemożliwiającej bezpowrotne usunięcie danych bez trwałego zniszczenia nośnika (dysku twardego), przed oddaniem go do serwisu,	TAK	

		Zamawiający zatrzymuje uszkodzony nośnik oraz otrzymuje nowy o parametrach zgodnych z uszkodzonym – wymóg podyktowany koniecznością wyeliminowania możliwości wycieku danych wrażliwych, które mogą być na ww. nośniku przechowywane.		
II.	Monitor – 1 szt.			
11.	Typ wyświetlacza	TFT LCD	TAK	
12.	Przekątna	Przynajmniej 21,5”	TAK	
13.	Kontrast	Przynajmniej 800:1	TAK	
14.	Typ	Panoramiczny	TAK	
15.	Rozdzielczość	1920 x 1080	TAK	
16.	Inne	Złącza DVI-D oraz złącze VGA Wbudowane głośniki	TAK	
17.	Certyfikaty	Deklaracja zgodności CE dla monitora (należy dołączyć do oferty)	TAK	
18.	Warunki gwarancji	Min. 3 lata od daty dostawy. Usunięcie awarii – do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty). Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą.	TAK	
III.	Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt.			
19.	Funkcje	Drukarka, skaner, kopiarka, faks	TAK	
20.	Technologia wydruku	Laserowa monochromatyczna	TAK	
21.	Format obsługiwany	A4	TAK	
22.	Rozdzielczość druku	600 x 600 dpi	TAK	
23.	Szybkość druku	Przynajmniej 20 stron/min.	TAK	
24.	Obciążenie miesięczne	Przynajmniej 10000 stron Bezawaryjny wydruk co najmniej 1000 stron niestandardowego formatu papieru (drukowanie receipt) umieszczanego w podajniku ręcznym (papier podawany pojedynczo)	TAK	

25.	Druk dwustronny	Automatyczny	TAK	
26.	Optyczna rozdzielczość skanowania	Przynajmniej 1200x600dpi	TAK	
27.	Inne	• Port Hi-Speed USB 2.0, Port sieciowy 10/100Base-TX Ethernet, Port telefoniczny • Automatyczny podajnik do skanowania/ kserowania na przynajmniej 35 arkuszy A4 • Podajnik do drukowania na przynajmniej 250 arkuszy A4 • Bezproblemowa współpraca z systemami Windows XP/7/8 Professional, Linux CUPS • Bezproblemowy wydruk na papierze formatu recepty • Dołączone wszystkie kable niezbędne do pełnego wykorzystania urządzenia • Dołączone sterowniki na nośniku optycznym • Dołączone oprogramowanie pozwalające skanować dokumenty do formatów JPEG, TIF, PDF, BMP • Dołączone oprogramowanie do rozpoznawania tekstu OCR • Możliwość obsługi funkcji kopiowania oraz faksu bez konieczności podłączania urządzenia do komputera • Panel sterowania urządzenia (służący do obsługi bez podłączenia do komputera) w języku polskim.	TAK	
28.	Warunki gwarancji	Min. 3 lata od daty dostawy Usunięcie awarii – do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00 telefonicznie, faksem, e-mail), w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach. Serwis musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta – wymagane oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta (należy dołączyć do oferty) Serwis musi być realizowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 – do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany zgodnie z tą normą	TAK	

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 6
ZESTAW KOMPUTEROWY
 (stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Nazwa handlowa, nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=DxF	H=GxVAT	I=G+H
1.	Zestaw komputerowy:							
1a.	Jednostka centralna	szt.	1					
1b.	Mysz optyczna USB z podkładką	szt.	1					
1c.	Klawiatura USB	szt.	1					
1d.	Monitor	szt.	1					
1e.	Urządzenie wielofunkcyjne	szt.	1					
Razem wartość netto								
Razem kwota podatku VAT								
Razem wartość brutto								

.....
 data i podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

PAKIET NR 7
ZESTAW NARZĘDZI
 (stanowi minimum wyposażenia)

L.p.	Asortyment	J.m.	Ilość	Rozmiar/ typ	Producent, Nr katalogowy	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Kwota podatku VAT	Wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G	H=DxG	I=HxVAT	J=H+I
1a.	Wziernik nosowy Kilian	szt.	5	75 mm					
1b.	Wziernik nosowy Kilian	szt.	5	50 mm					
1c.	Wziernik nosowy Kilian	szt.	10	25 mm					
1d.	Wziernik nosowy Kilian/ dopuszcza się wziernik nosowy Hartmann-Halle	szt.	10	30 mm					
1e.	Wziernik nosowy Kilian pediatryczny/ dopuszcza się wziernik nosowy Tieck- Halle	szt.	10	15 mm					
2.	Szpatułki	szt.	40						
3a.	Lustra krtaniowe	szt.	10	Ø 8 mm					
3b.	Lustra krtaniowe	szt.	10	Ø 18 mm					
3c.	Lustra krtaniowe	szt.	20	Ø 20 mm					
3d.	Lustra krtaniowe	szt.	10	Ø 24 mm					
3e.	Lustra krtaniowe	szt.	10	Ø 26 mm					
4a.	Wzierniki uszne	zestaw	6	Hartmann					
4b.	Wzierniki uszne	zestaw	6	Toynbee					
4c.	Wzierniki uszne	zestaw	6	dziecięce					
5.	Pinceta uszna	szt.	15	10 cm					
6.	Pinceta nosowa	szt.	15	14 cm lub 14,5 cm					
7.	Nożyczki do szwów	szt.	15						
8a.	Haczyki Luca	szt.	7	S					
8b.	Haczyki Luca	szt.	7	M					
9.	Watotrzymacz	szt.	15						

10.	Balon Politzera + końcówki	komplet	1						
11.	Zestaw Siegla	komplet	1						
12a.	Łyżka kostna	szt.	1	Ø 3,4 mm lub 3x5 mm (ok. Ø 4)					
12b.	Łyżka kostna	szt.	1	Ø 5,2 mm					
13.	Kleszczyki nosowe biopsyjne	szt.	3						
14.	Kleszczyki Hartmanna	szt.	5						
15.	Trzonek do ostrzy	szt.	10	nr 3					
16.	Kleszczyki migdałkowe Schnidta	szt.	10						
17a.	Pinceta chirurgiczna	szt.	5	130 mm					
17b.	Pinceta chirurgiczna	szt.	5	115 mm					
18.	Pinceta anatomiczna	szt.	10	110 mm/ 120 mm / 125 mm					
19.	Imadło Mayo/ dopuszcza się imadło typu Crile-Wood, dodatkowo utwardzone TC.	szt.	5						
20.	Nożyczki proste	szt.	5						
21.	Nożyczki krzywe	szt.	5						
22.	Nerki	szt.	15						
23.	Tacki	szt.	15						
24.	Końcówki ssaka nosowe	szt.	10						
25.	Końcówki ssaka uszne	szt.	10						
26a.	Sztańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm	szt.	3	lewa					
26b.	Sztańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm	szt.	3	prawa					
26c.	Sztańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm	szt.	3	prosta					
	Razem wartość netto								

	Razem kwota podatku VAT		
	Razem wartość brutto		

Minimalny okres gwarancji na powyższe narzędzia wynosi 36 miesięcy. Wykonawca może zaoferować okres dłuższy.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

.....
Wykonawca

.....
miejscowość i data

***OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu,
ul. Królewiecka 146***

I. Dane Wykonawcy:

1. Pełna nazwa:

.....

2. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym (imię i nazwisko, tel.):

.....

3. Adres, województwo:

.....

4. Telefon/ faks:

5. Nazwa banku i nr konta bankowego

.....

6. REGON NIP

7. KRS / Nr ewidencyjny:

II. Przedmiot oferty

1. Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP w dniu 13.04.2016 r. na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach.

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

.....

/podać numery pakietów/

za cenę:

Pakiet nr 1

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 2

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 3

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 4

1. netto:zł

słownie:

a) stawka podatku VAT:%

b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 5

1. netto:zł

słownie:

- a) stawka podatku VAT:%
b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 6

1. netto:zł

słownie:

- a) stawka podatku VAT:%
b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

Pakiet nr 7

1. netto:zł

słownie:

- a) stawka podatku VAT:%
b) kwota podatku VAT:zł

2. brutto:zł

słownie:

2. Warunki płatności/ przelew/:

- a) wysokość odsetek za ewentualne nieterminowe płatności - nie wyższe niż ustawowe w skali roku.
b) zapłata za towar nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie: **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) od daty dostarczenia towaru i faktury do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Elblągu, ul. Królewiecka 146. Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Termin realizacji dostawy: **tygodni** (nie dłużej niż 9 tygodni) od dnia podpisania umowy.
W przypadku, gdy dostawa wypada w dniu wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4. Oświadczamy, że okres gwarancji na nw. sprzęt wynosi:
- a) Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa – miesięcy
 - b) Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej – miesięcy
 - c) Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny – miesięcy
 - d) Pakiet nr 4: Wideonystagmograf – miesięcy
 - e) Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny – miesięcy
 - f) Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy – miesięcy
 - g) Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi – miesięcy.

UWAGA! Niewpisanie okresu gwarancji w zakresie danego pakietu, w którym Wykonawca bierze udział lub wpisanie innego niż był dozwolony (patrz tabela w pkt 13 ppkt b) SIWZ – str. 11) spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy w zakresie tego pakietu.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w tym z kryteriami oceny ofert oraz załącznikami do SIWZ oraz że przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6. Oświadczamy, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy wykonania usługi stanowiącej Załącznik Nr 12 oraz zgodnie z treścią oferty.
7. Oświadczamy, że przedstawione dane w Załącznikach nr 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 do SIWZ są prawdziwe. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do dostarczenia sprzętu spełniającego parametry określone ww. Załącznikach oraz zgodnego z wymaganiami aktualnej ustawy o wyrobach medycznych.
8. Oświadczamy, że sprzęt wymieniony w Załącznikach nr 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7 do SIWZ jest kompletny i po dostarczeniu i zamontowaniu będzie gotowy do eksploatacji.
9. Informujemy zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór naszej oferty będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
Uwaga! W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego od towarów i usług, Wykonawca powyżej w formularzu ofertowym wpisuje tylko wartość netto bez kwoty podatku VAT.
10. Wykonanie zamówienia **powierzmy/nie powierzmy*** podwykonawcom w części zamówienia dot.

UWAGA! * - niepotrzebne skreślić

11. Oferta została złożona łącznie na kolejnych stronach
(uwaga w numeracji proszę uwzględnić wszystkie załączone dokumenty)

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 pkt. 1-4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

Oświadczam

.....
(pełna nazwa Wykonawcy)

że spełniam warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Oświadczam

.....
(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

że brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, 2 i 2a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
- 10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

- 1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1 PZP, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP;
- 2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania oferta lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania oferta;(jeżeli jest wymagane)
- 3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykazał, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2a. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinonemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

.....
data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych

.....

.....

(pełna nazwa i adres Wykonawcy)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach – 24/2016”.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp informuję, że firma, którą reprezentuję:

.....

(nazwa firmy)

- nie należy do grupy kapitałowej*,
- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp*

***niepotrzebne skreślić**

.....

data i podpis Wykonawcy lub
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Uwaga!

Informację o przynależności do grupy kapitałowej o której mowa w art. 26 ust. 2d Ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

UMOWA SPRZEDAŻY Nr 24/2016

zawarta w dniu r. pomiędzy:

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
ul. Królewiecka 146
82-300 Elbląg

Regon: nr 170745930

konto: Bank PKO BP S.A. O/Elbląg
nr: 76 1020 1752 0000 0602 0003 5063

NIP: 578-25-17-492

KRS: 0000003202

reprezentowanym przez:

1. mgr Elżbietę Gelert – Dyrektor

zwanym dalej **Zamawiającym lub W.Sz.Z.**

a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego

.....

.....

.....

REGON:

NIP:

KRS :

konto nr

reprezentowaną przez:

1.

2.

zwaną dalej **Wykonawcą**

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż, dostawa i oddanie do bieżącej eksploatacji: fabrycznie nowego: Unitu laryngologicznego mobilnego (część narzędziowa) – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 1 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Unitu laryngologicznego (mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej) – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 2 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Kaloryzatora wodnego – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 3 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Wideonystagmografu – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 4 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Fotela laryngologicznego – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 5 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Zestawu komputerowego – 1 szt. zgodnie z Pakietem nr 6 (model), której rok produkcji datuje się na rok, produkcji firmy/ Zestawu narzędzi – 1 kpl zgodnie z Pakietem nr 7 dla potrzeb Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu.
2. Wymagane funkcje i parametry techniczne, gwarancja, serwis i szkolenia ww. sprzętu przedstawiono w Załącznikach Nr 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 do SIWZ, które stanowią załączniki do niniejszej umowy.
3. Wymagany asortyment oraz ilości dla Pakietu nr 7 przedstawiono w Załączniku nr 7 do SIWZ, który stanowi załącznik do niniejszej umowy.
4. Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany przedmiot umowy jest kompletny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot zamówienia posiada dokumenty dopuszczające do obrotu i używania zgodnie z Ustawą z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
6. Wykonawca gwarantuje, że okres gwarancji na nw. sprzęt wynosi:
 - a) Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa – miesięcy/
 - b) Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej – miesięcy/
 - c) Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny – miesięcy/
 - d) Pakiet nr 4: Wideonystagmograf – miesięcy/
 - e) Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny – miesięcy/
 - f) Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy – miesięcy/
 - g) Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi – miesięcy.

§ 2

1. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy własnym lub wynajętym przez niego transportem do siedziby Zamawiającego.
2. Dostawa, montaż łącznie z przekazaniem do eksploatacji wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie: **tygodni** (nie dłużej niż 9 tygodni) od dnia podpisania umowy.
3. Termin przekazania przedmiotu umowy do bieżącej eksploatacji ustala się na dzień jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego oraz podpisania protokołu odbioru końcowego bez uwag.
4. Wykonawca do dostawy przedmiotu umowy zobowiązany jest dołączyć plastyczny skoroszyt wpinany z wpiętymi następującymi dokumentami:
 - protokół odbioru z uzupełnionymi danymi oferowanego wyrobu oraz ewentualnym protokołem braków i rozbieżności wypełniony przez Wykonawcę,
 - kopia podpisanej umowy zakupu z wymaganymi załącznikami,
 - kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie przez oferowane wyroby wymogów ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych,
 - instrukcję obsługi w języku polskim.
5. Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez uwag, dostarczy do siedziby Zamawiającego fakturę VAT (zgodnie z ofertą przetargową z dnia r.), która

będzie zawierała następujące dane: asortyment, numer katalogowy, nazwę producenta, rok produkcji, numer umowy.

6. Przy dostawie przedmiot zamówienia musi zawierać dane identyfikacyjne: np. numer katalogowy producenta, nazwę producenta, typ, model itp. i tym samym być zgodny z produktem i producentem zaoferowanym w ofercie przetargowej z dnia r.
7. Osobą upoważnioną do odbioru sprzętu i podpisania protokołu odbioru końcowego jest Pan Stanisław Nadraus – Kierownik Sekcji Sprzętu Medycznego.

§ 3

1. Wartość umowy wynosi: zł
Słownie:
2. Cena zawiera podatek VAT w kwocie:zł

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony towar cenę zaoferowaną w ofercie przetargowej z dnia r.
2. Ceny netto dla przedmiotu zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy przedstawione w ofercie przetargowej z dnia r. nie ulegną zmianie przez cały okres trwania niniejszej umowy, tj. od daty jej podpisania do daty dostarczenia przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Strony dopuszczają zmiany treści umowy czasowe i trwałe w trakcie jej obowiązywania pod warunkiem:
 - a) strony dopuszczają zmianę umowy w zakresie obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 - b) ilekroć następuje zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zmiana stawki podatku VAT – wówczas cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian, natomiast zmianie ulegnie tylko cena jednostkowa brutto.
4. W przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego zamienić dotychczasowy wyrób na nowy produkt o tych samych właściwościach i parametrach lub lepszych po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie, chyba że Wykonawca wykaże, że brak jest wyrobu zamiennego.
5. W przypadku udokumentowanych zmian, o których mowa w pkt 3 i 4 zostaną one uzgodnione i po zaakceptowaniu przez Zamawiającego wprowadzone aneksem do umowy.
6. Aneks zostanie sporządzony przez stronę zainteresowaną i przedstawiony z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem drugiej stronie umowy do akceptacji.

§ 5

1. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: w terminie: **dni kalendarzowych** (nie mniej niż 30 dni kalendarzowych) licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz przekazania do bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia wraz z podpisaniem protokołu odbioru końcowego bez uwag oraz dostarczeniem faktury do siedziby Zamawiającego.
Jako dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
2. Za ewentualne nieterminowe płatności Wykonawca może żądać zapłaty odsetek nie wyższych niż ustawowe w skali roku.

§ 6

Warunki gwarancji, serwisu i szkolenia, które zapewni Wykonawca nastąpią według Załączników nr 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6 do SIWZ – odpowiednio do zakresu złożonej oferty, stanowiących załączniki do niniejszej umowy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie przetargowej z dnia r.

§ 7

Kary umowne:

1. Z tytułu nieterminowych dostaw Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto danego zamówienia za każdy dzień opóźnienia.
2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać kary umownej w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.
3. W przypadku, gdy okres niesprawności aparatu przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy, a w przypadku nie wykonania skutecznej naprawy w zdefiniowanym terminie lub nie zapewnienia urządzenia zastępczego zobowiązuje się do zapłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego za każdy dzień opóźnienia w zapewnieniu dyspozycyjności urządzenia (zakończenia naprawy, lub dostarczenia urządzenia zastępczego) w wysokości i na zasadach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych

§ 8

1. Wierzytelność oraz ewentualne odsetki wynikające w niniejszej umowie mogą być przeniesione przez Wykonawcę na osobę trzecią jedynie w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
2. Wykonawca oświadcza, że nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności z umowy, jak również nie dokona przekazu wierzytelności.

§ 9

W przypadku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym zamówienia częściowego, a także w przypadku świadczenia niezgodnego z umową co do przedmiotu lub jakości Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym. Prawo to Zamawiający wykonuje przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy odstąpienia, przy czym dla zachowania tego terminu Strony uznają datę nadania oświadczenia pocztą poleconą lub kurierem na adres wskazany w umowie.

§ 10

W przypadku stwierdzenia wad lub braków ilościowych w dostarczonym sprzęcie, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, sporządzi protokół stwierdzający nieprawidłowości lub braki, a Wykonawca zobowiązuje się wymienić sprzęt na pełnowartościowy lub uzupełnić braki.

§ 11

Strony zgodnie ustalają, że negocjaczom i kompromisowi dają wymóg pierwszeństwa przed drogą sądową.

§ 12

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY