

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.04.2016 r. pod numerem 85982-2016 na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach: - Pakiet nr 1: Unit laryngologiczny mobilny - część narzędziowa - 1 szt. - Pakiet nr 2: Unit laryngologiczny - mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej - 1 szt. - Pakiet nr 3: Kaloryzator wodny - 1 szt. - Pakiet nr 4: Wideonystagmograf - 1 szt. - Pakiet nr 5: Fotel laryngologiczny - 1 szt. - Pakiet nr 6: Zestaw komputerowy - 1 szt. - Pakiet nr 7: Zestaw narzędzi - 1 kpl według wykazu.

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od 4 Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaloryzatora wodnego, który podczas przeprowadzania testu kalorycznego, spełnia wymogi dla przepływu czynnika chłodzącego standardu BSA (Brytyjskie Stowarzyszenie Audiologów), które wynosi 500 ml/min. (zalecany czas 30 s.), nieposiadającego w związku z tym regulacji ciśnienia czynnika, które jest dostosowane do obowiązujących standardów przepływu?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaloryzatora wodnego bez sygnalizacji akustycznej przekroczenia temperatury wody, gdyż w oferowanym przez naszą firmę irygatorze temperatura wody jest regulowana przez urządzenie, na ma więc ryzyka jej przekroczenia?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 3

Dotyczy Pakietu nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie videonystagmografu wyposażonego w maskę, która zapewnia pełną stabilność podczas zabiegów, wykonaną zgodnie z dyrektywami dotyczącymi urządzeń medycznych o wadze 240 g?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dotyczy Pakietu 7, parametr 1a: Czy Zamawiający dopuści alternatywne narzędzie wziernik nosowy typu Kilian 90 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy Pakietu 7, parametr 1b: Czy Zamawiający dopuści alternatywne narzędzie wziernik nosowy typu Kilian 75 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy Pakietu 7, parametr 1c: Czy Zamawiający dopuści alternatywne narzędzie wziernik nosowy typu Kilian 55 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy Pakietu 7, parametr 1d: Czy Zamawiający dopuści alternatywne narzędzie wziernik nosowy typu Kilian 40 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy Pakietu 7, parametr 1e: Czy Zamawiający dopuści alternatywne narzędzie wziernik nosowy pediatryczny typu Tieck-Halle 17,5 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy Pakietu 7, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści pincetę uszną o długości całkowitej 11 cm (dł. robocza 5,5 cm)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy Pakietu 7, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści pincetę uszną o długości całkowitej 13 cm (dł. robocza 7,5 cm)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy Pakietu 7, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści pincetę uszną bagnetową o długości całkowitej 14 cm (dł. robocza 6 cm)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12

Dotyczy Pakietu 7, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści pincetę uszną bagnetową o długości całkowitej 16 cm (dł. robocza 8 cm)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13

Dotyczy pakietu 7, parametr 6: Czy Zamawiający dopuści pincetę nosową bagnetową o długości całkowitej 16 cm (dł. robocza 8 cm) ?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 14

Dotyczy Pakietu 7, parametr 6: Czy Zamawiający dopuści pincetę nosową o długości całkowitej 14,5 cm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Dotyczy Pakietu 7, parametr 12a: Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną o wymiarach 3x5 mm (ok. Ø 4)?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Dotyczy Pakietu 7, parametr 12b: Czy Zamawiający dopuści łyżkę kostną o wymiarach 4,5x7 mm (ok. Ø 5,75)?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17

Dotyczy Pakietu 7, parametr 17a: Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną o rozmiarze 145 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Pakietu 7, parametr 17b: Czy Zamawiający dopuści pincetę chirurgiczną o rozmiarze 125 mm?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Pakietu 7, parametr 18: Czy Zamawiający dopuści pincetę anatomiczną o rozmiarze 125 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 20

Dotyczy Pakietu 7, parametr 19: Czy Zamawiający dopuści identyczne imadło typu Crile-Wood, dodatkowo utwardzone TC?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21

Dotyczy Pakietu 7, parametr 26a, 26b i 26c: Czy Zamawiający pod pojęciem sztańce krtaniowe miał na myśli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 2 mm, długości 230 mm?

Zamawiający odpowiada

Nie.

Pytanie 22

Dotyczy Pakietu 7, parametr 26a, 26b i 26c: Czy Zamawiający pod pojęciem sztańce krtaniowe miał na myśli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak.

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 1, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści unit z 2 szufladami?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 1, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści unit z 2 szufladami oraz 2 półkami na instrumentarium zamiast 4 szuflad?

Proponowane rozwiązanie nie zmniejszy ilości miejsca na narzędzia, a nawet ułatwi dostęp do nich.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 1, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści unit z 3 szufladami oraz 2 półkami na instrumentarium zamiast 4 szuflad?

Proponowane rozwiązanie nie zmniejszy ilości miejsca na narzędzia, a nawet ułatwi dostęp do nich.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 1, parametr 12: Czy Zamawiający dopuści unit na 4 nieblokowanych kółkach?

Unit laryngologiczny jest bardzo ciężkim urządzeniem stojącym na równej podłodze (wymóg), nie ma potrzeby blokowania kół.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 1, parametr 12: Czy Zamawiający dopuści unit na 4 kółkach z innym systemem blokującym niż blokowane koła? Wymóg zablokowania unitu byłby spełniony.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 5, parametr 1: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 490-680 mm licząc od podłoża?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 5, parametr 9: Czy Zamawiający dopuści fotel laryngologiczny o nośności typowej dla foteli diagnostycznych 140 kg?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 5, parametr 13: Czy Zamawiający dopuści siedzisko dla badającego o charakterystyce:

- wysokość siedziska regulowana poprzez sterownik ręczny
- średnica siedziska 38 cm
- wysokość siedziska regulowana w zakresie min 53-66 cm
- chromowana podstawa na nogi
- regulowana głębokość oparcia
- obicie siedziska i oparcie z materiału łatwo zmywalnego (kolor wybierany z oferty co najmniej kilkunastu kolorów przez dostarczeniem Zamawiającemu)
- pięcioramienna podstawa na stabilnych kółkach umożliwiających płynne przemieszczanie - możliwość obrotu siedziska o 360°

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 5, parametr 13: Czy Zamawiający dopuści siedzisko dla badającego z regulacją wysokości w zakresie 51-71 cm, pozostałe parametry niezmiennie?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 4, parametr 5: Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie generujące stymulacje optokinetyczne, wyświetlane na ekranie ściennym w kierunkach pionowo i poziomo?

Nie ma wskazań (medycznych i naukowych), aby badania optokinetyczne były wykonywane w kierunku ukośnym.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 33

Dotyczy Pakietu 4, parametr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość kalibracji ręcznej bez opisu „przez pomiar średnicy tęczówki oka”?

Różni producenci posiadają różne sposoby kalibracji ręcznej, zapis o pomiarze średnicy tęczówki oka może zablokować możliwość przystąpienia do postępowania innym podmiotom, które mogą spełnić wymóg ręcznej kalibracji. Prosimy o wykreślenie części „przez pomiar średnicy tęczówki oka”

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34

Dotyczy Pakietu 4, parametr 11: Czy Zamawiający dopuści możliwość kalibracji ręcznej za pomocą pomiaru geometrycznego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35

Dotyczy Pakietu 4, parametr 16: Czy Zamawiający dopuści LED umożliwiające fiksację oka zlokalizowany wewnątrz maski uruchamiany przez zaprogramowany przez użytkownika system w odpowiednich momentach badania?

Proponujemy w pełni zautomatyzowany (z możliwością edycji) system do badań VNG.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36

Dotyczy Pakietu 4, parametr 17: Czy Zamawiający dopuści VNG bez bezprzewodowego pilota?

Proponowany system VNG jest całkowicie zautomatyzowany i nie wymaga np. zdalnego uruchamiania/zatrzymywania.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37

Dotyczy Pakietu 4, parametr 17: Czy Zamawiający dopuści VNG wraz z bezprzewodowym pilotem, który zamiast opisanych funkcji posiada funkcje: Start/Stop badania, włączanie fiksacji, włączanie nagrywania, przejście do następnego badania?

Opisane parametry ograniczają konkurencję, ponieważ posiada je tylko jedna firma, a nie są cechami kluczowymi do wykonywania badań z użyciem systemu VNG.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38

Dotyczy Pakietu 2, parametr 13: Czy Zamawiający dopuści alternatywny bezstykowy podgrzewacz do endoskopów na podczerwień?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39

Dotyczy Pakietu 2, parametr 14: Czy Zamawiający dopuści cyfrową kamerę medyczną współpracującą ze stroboskopowym źródłem światła, z głowicą kamery wyposażoną w przetwornik 1/4"CCD z certyfikatem medycznym?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40

Dotyczy Pakietu 2, parametr 16: Czy Zamawiający dopuści kamerę z funkcją Stopklatka realizowaną za pomocą przycisku nożnego?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41

Dotyczy Pakietu 2, parametr 18: Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w wyjście cyfrowe zapewniające obsługę sygnału o rozdzielczości 752 x 585 PAL?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 42

Dotyczy Pakietu 2, parametr 22: Czy Zamawiający dopuści laryngofon krtaniowy pracujący z oferowanym stroboskopowym źródłem światła?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43

Dotyczy Pakietu 2, parametr 23: Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez portu do podłączenia zewnętrznego mikrofonu na panelu głównym?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44

Dotyczy Pakietu 2, parametr 28: Czy Zamawiający dopuści kamerę z jednostopniowym filtrem antymoirowy?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 45

Dotyczy Pakietu 2, parametr 29: Czy Zamawiający dopuści kamerę bez złącza USB?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46

Dotyczy Pakietu 2, parametr 30: Czy Zamawiający dopuści medyczne źródło światła LED z jednym kanałem oraz płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0-100%?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 47

Dotyczy Pakietu 2, parametr 30: Czy Zamawiający dopuści zamiast medyczne źródło światła LED z dwoma kanałami oraz płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0-100% dopuści 2 oddzielne źródła światła LED? W punkcie 5 Zamawiający opisuje „co najmniej jedno źródło światła” zatem w punkcie 5 dopuszczone są 2 źródła światła.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga co najmniej 1 źródła światła dwukanałowego.

Pytanie 48

Dotyczy Pakietu 2, parametr 35: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z trybem pracy typu Slow Motion z wyborem wartości 0,5Hz, 1Hz i 1,5Hz za pomocą przycisku nożnego lub konsoli urządzenia oraz z trybem pracy FREEZE i synchronizacją fazy za pomocą pokrętła?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga 0,5Hz – 2,0 Hz.

Pytanie 49

Dotyczy Pakietu 2, parametr 35: Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego efekt stroboskopowy uzyskiwany jest w technologii błysku światła, efekt światła stroboskopowego z przejściem z trybu endoskopii do stroboskopii realizowanym przez przycisk na konsoli stroboskopu, bez konieczności przełączania światłowodów i głowicy kamery.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 50

Dotyczy Pakietu 2, parametr 40: Czy Zamawiający dopuści endoskop krtaniowy autoklawowalny o poniższych parametrach?

- średnica 8,5 mm
- kąt widzenia 90 stopni
- długość robocza 185 mm

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 51

Dotyczy Pakietu 2, parametr 43: Czy Zamawiający dopuści endoskop giętki do nosogardła o poniższych parametrach?

- średnica 3,4 mm
- kąt widzenia 75°
- długość sondy 300 mm
- zagięcie końcówki 130°/130°
- zintegrowany światłowod z adapterem Storz
- tester szczelności

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 52

Dotyczy Pakietu 2, parametr 43: Czy Zamawiający dopuści endoskop giętki do nosogardła o poniższych parametrach?

- średnica 2,4 mm
- kąt widzenia 75°
- długość sondy 300 mm
- zagięcie końcówki 130°/130°
- zintegrowany światłowod z adapterem Storz
- tester szczelności

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53

Dotyczy Pakietu 2, parametr 43: Czy Zamawiający dopuści endoskop giętki do nosogardła o poniższych parametrach?

- średnica 3,2 mm
- kąt widzenia 70°
- długość sondy 300 mm
- zagięcie końcówki 140°/140°
- odłączany światłowód z adapterem Storz
- tester szczelności

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54

Pakiet nr 4, poz. 13: Czy Zamawiający dopuści videonystagmograf współpracujący z urządzeniem do testu vHIT w miejsce możliwości rozbudowy o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG, co z punktu widzenia zastosowania klinicznego jest rozwiązaniem równoważnym o cechach lepszych aniżeli przy zastosowaniu rozwiązania proponowanego przez Zamawiającego?

Uzasadnienie: test przy użyciu fotela wahadłowo-obrotowego jest testem mniej użytecznym klinicznie aniżeli stosowanie równoczesnych badań VNG/ENG z metodą pomiarową video head impulse test, która to metoda pozwala na badanie w stanach fizjologicznych ruchów głowy, mogącymi powodować zaburzenia równowagi. Ponadto metoda vHit jest metodą równoważną pomiaru odruchu przedsionkowo-ocznego (VOR) do pomiaru tego odruchu przy pomocy fotela. Test przeprowadzany na krześle wahadłowo-obrotowym w pasmie częstotliwości 0,5 do 2Hz jest testem нефizjologicznym, który nie wnosi obiektywnych wyników nt. wystąpienia oczopląsu. Metoda vHit z powodzeniem zastępuje w praktyce klinicznej badania na fotelu wahadłowo-obrotowym dając przy tym znacznie lepsze rezultaty diagnostyczne. Ponadto dzięki zastosowaniu urządzenia vHIT oszczędzamy miejsce w pracowni z uwagi na nieporównywalnie mniejsze rozmiary urządzenia Vhit do pomiarów odruchu przedsionkowo-ocznego.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55

Pakiet 4, poz.7: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wymaganymi wykresami bez wykresu krzywej kumulacji, przewagi kierunkowej oraz bez testów okulomotorycznych latencji oraz precyzji ?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 56

Pakiet 4, poz.5: Czy Zamawiający dopuści videonystagmograf z możliwością badania w kierunkach pionowo i poziomo, bez badania ukośnego?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57

Pakiet nr 4, poz. 15: Czy Zamawiający dopuści maskę z kamerą gotową do pracy o wadze z kablem równej 320 g?

Uzasadnienie: Podana waga jest odpowiednia do wykonywania badań. Sam ciężar maski nie gwarantuje pełnej stabilności podczas badania. Niezbędne do tego są odpowiednie pasy utrzymujące maskę, które posiadamy. Proponowane rozwiązanie zapewnia stabilność podczas badania dzięki odpowiedniemu dopasowaniu maski do głowy pacjenta za pomocą pasów.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58

Pakiet nr 4, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści system do badania VNG z Interfejsem i oprogramowaniem w języku angielskim, przy zapewnieniu dostarczenia Zamawiającemu dokładnego, przejrzystego tłumaczenia interfejsu oprogramowania oraz dodatkowego szkolenia z obsługi oprogramowania?

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59

Pakiet nr 2, pozycja 18: Czy Zamawiający dopuści sterownik kamery wyposażony w wyjście cyfrowe zapewniające obsługę sygnału o rozdzielczości 720x576 pikseli?

Uzasadnienie: Taka rozdzielczość jest wystarczająca do przeprowadzania wysokiej jakości badań diagnostycznych.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60

Pakiet 2, pozycja 24: Czy Zamawiający dopuści głowicę kamery bez dwóch przycisków funkcyjnych?

Uzasadnienie: Proponowane rozwiązanie umożliwia regulację ustawień możemy sterować z panelu sterownika kamery lub oprogramowania. Podane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych urządzenia

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 61

Pakiet 2, pozycja 28: Czy Zamawiający dopuści kamerę medyczną bez kilkustopniowego filtra antymoiirowego do endoskopów giętkich z rozwiązaniem równoważnym?

Uzasadnienie: Proponujemy urządzenie z rozwiązaniem równoważnym poprzez łatwą regulacją obrazu, która spełnia funkcję filtra antymoiirowego. Oferowana kamera jest wyposażona w funkcję manualnej likwidacji siatki Moire' y za pomocą pokrętła w głowicy kamery. Podane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza funkcji użytkowych urządzenia i jest rozwiązaniem równoważnym.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 62

Pakiet 2, pozycja 52: Czy Zamawiający dopuści możliwość wydruku liczby zdjęć na jednym raporcie od 1 do 8 na stronę z możliwością opisu każdego zdjęcia i dopisania komentarza?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63

Pakiet 1-4, pkt 7: Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu w części Gwarancja i serwis z: „Wykonawca zapewnia części zamienne i materiały eksploatacyjne przez okres minimum 10 lat.” Na: „Wykonawca zapewnia części zamienne, materiały eksploatacyjne lub dostęp do usług serwisowych przez okres minimum 10 lat.”

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie zgadza się.

Pytanie 64

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny - część narzędziowa - 1 szt. pkt 5

Czy zamawiający dopuści unit posiadający 2 duże szuflady na instrumentarium z organizerni w miejsce wymaganych 4? Proponowane rozwiązanie jest równoważne z wymaganym gdyż zapewnia wystarczającą liczbę miejsca na narzędzia?

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 65

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny - część narzędziowa - 1 szt. pkt 7

Czy zamawiający dopuści unit posiadający wbudowany system ssania o wydajności min. 35l /min. w miejsce wymaganej 40l/mm, aktywowany/ dezaktywowany automatycznie po podniesieniu/ opuszczeniu ręczki ssaka? Proponowane rozwiązanie nieznacznie różni się od Wymaganego i w praktyce różnica jest nie zauważalna dla osoby obsługującej.

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 66

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny - część narzędziowa - 1 szt. pkt 9

Czy zamawiający dopuści unit bez manometru? Wartość podciśnienia nie jest parametrem znaczącym podczas procedur laryngologicznych a montaż manometru podnosi cenę unitu oraz może rozpraszać uwagę osoby obsługującej.

Zamawiający odpowiada
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 67

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej -1 szt. pkt 14 oraz 36

Zamawiający wymaga, aby oferowana kamera posiadała funkcję stroboskopii oraz aby efekt stroboskopowy uzyskiwany był za pomocą technologii migawkowej. Na rynku dostępne są inne rozwiązania, których efekt jest identyczny, czyli obrazowanie ruchów fałd głosowych w zwolnionym tempie. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji faworyzując jedną konkretną firmę (producent Xion, dystrybutor Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K). W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie zestawu kamery endoskopowej wraz z stroboskopowym źródłem światła umożliwiającym obrazowanie ruchów fałd głosowych w zwolnionym tempie. W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie wymogu zastosowania kamery w której efekt stroboskopowy uzyskiwany jest w technologii migawkowej.

Zamawiający odpowiada
Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 2, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza zestawu kamery endoskopowej wraz z stroboskopowym źródłem światła umożliwiającym obrazowanie ruchów fałd głosowych w zwolnionym tempie. Zamawiający wymaga, aby oferowana kamera posiadała funkcję stroboskopii oraz aby efekt stroboskopowy uzyskiwany był za pomocą technologii migawkowej.

Pytanie 68

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej - 1 szt. pkt 22

Zamawiający wymaga, aby oferowana kamera posiadała laryngofon kierunkowy zintegrowany z głowicą kamery (miniaturowy). Na rynku dostępne są inne rozwiązania, których efekt jest identyczny, czyli dostarczenie do stroboskopu dźwięku wydawanego przez pacjenta. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji faworyzując jedną konkretną firmę (producent Xion, dystrybutor Medicus Aparatura i Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K). W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie kamery wyposażonej w mikrofon lub laryngofon zewnętrzny. W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie wymogu zastosowania kamery posiadającej laryngofon kierunkowy zintegrowany z głowicą kamery

Zamawiający odpowiada
Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 2, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza kamery wyposażonej w mikrofon lub laryngofon zewnętrzny. Zamawiający wymaga laryngofon kierunkowy zintegrowany z głowicą kamery

Pytanie 69

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej - 1 szt. pkt 30, 31

Zamawiający wymaga, medyczne źródła światła typu LED z dwoma kanałami z płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0-100% o minimalnej żywotności diod 5 000h. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji faworyzując jedną konkretną firmę (producent Xion, dystrybutor Medicus Aparatura Instrumenty Medyczne Sp. z o.o. Sp. K). Na rynku dostępne są pojedyncze źródła światła LED, których żywotność wynosi minimum 20 000 godzin, czyli o wiele dłużej niż żywotność wymagana przez Zamawiającego. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie pojedynczego źródła światła LED o żywotności min. 20 000 godzin (dwukrotnie większą żywotność od wymaganej) z płynną regulacją oświetlenia w zakresie 0-100%. W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie wymogu zastosowania źródła światła typu LED z dwoma kanałami.

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 2, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza pojedynczego źródła światła LED. Zamawiający wymaga medyczne źródło światła typu LED z dwoma kanałami o minimalnej żywotności diod 5 000 h.

Pytanie 70

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej - 1 szt. pkt 35

Zamawiający wymaga, stroboskopu posiadającego tryb pracy typu Slow Motion z płynną regulacją wartości od 0,5 -2 Hz poprzez regulator nożny oraz tryb pracy typu PHASE stroboskopu z płynną regulacją wartości od 0° do 360°. Zmiana cykli pracy poprzez regulator nożny. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji. Na rynku dostępne urządzenia spełniające identyczną funkcję. Ponadto regulacja wartości trybu pracy PHASE w praktyce nie jest stosowana. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie stroboskopu posiadającego tryb pracy typu Slow Motion z regulacją wartości w zakresie od 0,5 do 2 Hz. W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie powyższych wymogów.

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 2, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza stroboskopu posiadającego tryb pracy typu Slow Motion z regulacją wartości w zakresie od 0,5 do 2 Hz. Zamawiający wymaga tryb pracy typu Slow Motion z płynną regulacją wartości od 0,5 -2 Hz poprzez regulator nożny oraz tryb pracy typu PHASE stroboskopu z płynną regulacją wartości od 0° do 360°.

Pytanie 71

Dotyczy Pakiet nr 1 - Unit laryngologiczny mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej - 1 szt. pkt 40

Zamawiający wymaga, endoskopu krtaniowego o długości roboczej w zakresie 185-200mm. Na rynku dostępne są endoskopy o mniejszej długości, spełniające tę samą funkcję. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie endoskopu krtaniowego o długości minimum 150mm. W przypadku odmowy proszę o uzasadnienie wymogu zastosowania długości minimum 185mm.

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 2, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza endoskopu krtaniowego o długości minimum 150mm. Zamawiający wymaga długości 185-220mm. Długość 150mm jest niewystarczająca dla Zamawiającego.

Pytanie 72

Dotyczy Pakiet 1 – Wideoiiystagmograf -1 szt. pkt 11

Zamawiający wymaga, aby oferowany wideoiiystagmograf posiadał możliwość kalibracji ręcznej przez pomiar średnicy tęczówki oka (np. przy badaniach osób niedowidzących). Wymagany parametr jest charakterystyczny dla urządzenia produkowanego wyłącznie przez jednego producenta i może zostać

zastąpiony przez kalibrację innego rodzaju, nawet w przypadku osób niedowidzących. Dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie wideonystagmografu posiadającego możliwość kalibracji ręcznej oraz automatycznej. W przypadku odmowy proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga akurat możliwość kalibracji ręcznej przez pomiar średnicy tęczówki oka (np. przy badaniach osób niedowidzących).

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 4, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający dopuszcza wideonystagmograf posiadający możliwość kalibracji ręcznej oraz automatycznej.

Pytanie 73

Dotyczy Pakiet nr 1 – Wideonystagmograf -1 szt. pkt 17

Zamawiający wymaga, aby oferowany wideonystagmograf posiadał zdalne sterowanie VNG za pomocą bezprzewodowego pilota (START! STOP badania, wstawianie znaczników na wykresie) oraz podgląd wybranego kanału zapisu. Na rynku dostępne są inne równoważne rozwiązania a dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie wideonystagmografu posiadającego możliwość zdalnego sterowania oraz podgląd wybranego kanału zapisu. W przypadku odmowy proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga akurat zdalnego sterowanie VNG za pomocą bezprzewodowego pilota.

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 4, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza wideonystagmografu posiadającego możliwość zdalnego sterowania oraz podgląd wybranego kanału zapisu. Zamawiający wymaga zdalnego sterowania VNG za pomocą bezprzewodowego pilota (START/ STOP badania, wstawianie znaczników na wykresie) oraz podglądu wybranego kanału zapisu.

Pytanie 74

Dotyczy Pakiet nr 1 - Fotel laryngologiczny - 1 szt. pkt 1

Zamawiający wymaga, aby oferowany fotel posiadał wysokość podstawy 500mm. Na rynku dostępne są inne równoważne rozwiązania a dotychczasowy zapis ogranicza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających tę samą funkcję i ogranicza możliwość konkurencji. W związku z powyższym zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie fotela o wysokości podstawy 590mm. W przypadku odmowy proszę o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga akurat wysokości 500mm.

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 5, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający nie dopuszcza wysokości podstawy 590mm. Zamawiający wymaga 500mm.

Pytanie 75

Dotyczy Pakiet nr 1 - Fotel laryngologiczny - 1 szt. pkt 13

Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół dla badającego o wysokości siedziska regulowanej w zakresie 47-63 cm spełniający pozostałe wymagania zawarte w tym punkcie?

Zamawiający odpowiada

Zadane pytanie dotyczy Pakietu nr 5, a nie Pakietu nr 1. Zamawiający dopuszcza regulowaną wysokość 47-63 cm.

Pytanie 76

Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1d

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wzornik nosowy Hartmann-Halle o długości 30mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 77

Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 1e

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wziernik nosowy Tieck-Halle o długości 15mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78

Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pensetę nosową o długości 11 cm?

Zamawiający odpowiada

Przedmiotem w poz. nr 5 jest pinceta uszna a nie nosowa. Zamawiającemu trudno jest określić co Wykonawca miał na myśli oferując pensetę nosową zamiast usznej.

Pytanie 79

Dotyczy Pakiet nr 7 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści do postępowania pensetę o długości 11 cm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.