

Oznaczenie postępowania 19/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.04.2016 r. pod numerem 37847-2016 na świadczenie usług telefonicznych w 2 Pakietach: Pakiet nr 1: świadczenie usług telefonii stacjonarnej Pakiet nr 2: świadczenie usług telefonii komórkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu w okresie 36 miesięcy.

Zamawiający informuje, że w wyniku udzielonych odpowiedzi na zapytania oraz w celu doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – Zamawiający zmienia w dniu 22.04.2016 r. treść SIWZ wraz z Załącznikami.

Uwaga!!! Termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie na dzień 28.04.2016 r.

Zamawiający zmienia zapis SIWZ w następujących punktach i załącznikach:

- pkt 10. ppkt 6 SIWZ (str. 9 SIWZ) otrzymuje nowe brzmienie:

6. Ponadto zewnętrzna koperta musi być opatrzona następującym napisem:

„OFERTA dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu na dostawę wyposażenia do Poradni Konsultacyjnej przy Otolaryngologii w 7 Pakietach – 24/2016” – nie otwierać przed dniem 28.04.2016 r. godz. 10³⁰.

- pkt 11. ppkt 1 i 2 SIWZ (str. 9, 10 SIWZ) otrzymują nowe brzmienie:

1. Ofertę w opieczetowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań z punktu 11.5 i 11.6 niniejszej specyfikacji należy złożyć do dnia 28.04.2016 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego, 82-300 Elbląg ul. Królewiecka 146 (pok. 44 na parterze).

2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w dniu 28.04.2016 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego – Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, pokój 068 (niski parter) Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Elblągu przy ul. Królewieckiej 146. Otwarcie ofert jest jawne.

- Załącznik nr 1 do SIWZ, Pakiet nr 1 Unit laryngologiczny mobilny – część narzędziowa, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń (str. 15 SIWZ) pkt 12 otrzymuje nowe brzmienie:

12. Minimum 4 koła, w tym min. 2 wyposażone w hamulce. Dopuszcza się unit wyposażony w inny system blokujący niż blokowane kółka.

- Załącznik nr 2 do SIWZ, Pakiet nr 2 Unit laryngologiczny – mobilny wózek do diagnostyki endoskopowej, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń (str. 19-21 SIWZ) pkt 13, 18, 24, 28, 43, 52 otrzymują nowe brzmienie:

13. Bezstykowy indukcyjny podgrzewacz do endoskopów. Dopuszcza się bezstykowy podgrzewacz do endoskopów na podczerwień.

18. Sterownik kamery wyposażony w wyjście cyfrowe zapewniające obsługę sygnału o rozdzielczości minimum 1280 x 720 pikseli/ 752 x 585 PAL/ 720 x 576 pikseli.

24. Głowica kamery z min. 2 przyciskami funkcyjnymi do manualnej regulacji ustawień. Dopuszcza się głowicę kamery bez dwóch przycisków funkcyjnych, gdzie regulację ustawień można sterować z panelu sterownika kamery lub oprogramowania.
 28. Kilkustopniowy filtr antymoirowy do endoskopów giętkich. Dopuszcza się kamerę medyczną bez kilkustopniowego filtra antymoirowego do endoskopów giętkich z łatwą regulacją obrazu, która spełnia funkcję filtra antymoirowego, gdzie kamera jest wyposażona w funkcję manualnej likwidacji siatki Moire'y za pomocą pokrętła w głowicy kamery.
 43. Endoskop giętki do nosogardła:
 - średnica max. 3,0 mm $\pm$ 0,2 mm
 - kąt widzenia min. 70°
 - długość sondy min. 300 mm
 - zagięcie końcówki min. 130°/130° lub 140°/140°;
 - zintegrowany światłowód z adapterem Storz/ odłączany światłowód z adapterem Storz
 - tester szczelności.
 52. Możliwość wydruku liczby zdjęć na jednym raporcie od 1 do 9 dopuszcza się od 1 do 8 na stronę z możliwością opisu każdego zdjęcia i dopisania komentarza.
- **Załącznik nr 3 do SIWZ, Pakiet nr 3 Kaloryzator wodny, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń (str. 25 SIWZ) pkt 4, 8 otrzymują nowe brzmienie:**
4. Możliwość ustawienia czasu irygacji, ciśnienia i przepływu. Dopuszcza się kaloryzator wodny, który podczas przeprowadzania testu kalorycznego, spełnia wymogi dla przepływu czynnika chłodzącego standardu BSA (Brytyjskie Stowarzyszenie Audiologów), które wynosi 500 ml/min. (zalecany czas 30 s.), nieposiadającego w związku z tym regulacji ciśnienia czynnika, które jest dostosowane do obowiązujących standardów przepływu.
 8. Sygnalizacja akustyczna w przypadku przekroczenia temperatury nastawionej. Dopuszcza się kaloryzator wodny bez sygnalizacji akustycznej przekroczenia temperatury wody, gdzie w irygatorze temperatura wody jest regulowana przez urządzenie.
- **Załącznik nr 4 do SIWZ, Pakiet nr 4 Wideonystagmograf, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń (str. 29-30 SIWZ) pkt 5, 7, 11, 13, 16 otrzymują nowe brzmienie:**
5. Oprogramowanie generujące stymulacje optokinetyczne, wyświetlane na ekranie ściennym w różnych kierunkach: pionowo, poziomo, ukośnie. Dopuszcza się kierunek tylko pionowy i poziomy.
 7. Prezentacja wyników:
 - a) Wykresy:
 - poziome i pionowe położenie oka;
 - prędkość fazy wolnej;
 - krzywa kumulacji/ dopuszcza się bez krzywej kumulacji
 - b) Pomiar oczopląsu:
 - kierunek;
 - prędkość fazy wolnej.
 - c) Wynik testu kalorycznego:
 - deficyt kierunkowy [%];
 - reaktywność;
 - przewaga kierunkowa/ dopuszcza się bez przewagi kierunkowej
 - d) Testy okulomotoryczne:
 - latencje/ dopuszcza się bez latencji
 - prędkość;
 - precyzja/ dopuszcza się bez precyzji
 11. Możliwość kalibracji ręcznej lub automatycznej (np. przy badaniach osób niedowidzących)
 13. Możliwość rozbudowania o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG. Dopuszcza się wideonystagmograf współpracujący z urządzeniem do testu

vHIT w miejsce możliwości rozbudowy o elektroniczny fotel obrotowo-wahadłowy i sterowania fotelem przez oprogramowanie VNG.

16. Zdalnie włączany LED umożliwiający fiksację oka zlokalizowany wewnątrz maski. Dopuszcza się LED umożliwiający fiksację oka zlokalizowany wewnątrz maski uruchamiany przez zaprogramowany przez użytkownika system w odpowiednich momentach badania.

- Załącznik nr 5 do SIWZ, Pakiet nr 5 Fotel laryngologiczny, Parametry wymagane, wyposażenie, warunki serwisu oraz szkoleń (str. 34-35 SIWZ) pkt 13 otrzymują nowe brzmienie:

13. Siedzisko dla badającego:

- wysokość siedziska regulowana poprzez sterownik nożny lub ręczny
- średnica siedziska 40 cm/ dopuszcza się 38 cm
- wysokość siedziska regulowana w zakresie 57-73 cm/ 53-66 cm/ 47-63 cm
- chromowana konstrukcja
- podstawa na nogi/ dopuszcza się chromowaną podstawę na nogi
- regulowana wysokość/ głębokość oparcia
- obicie siedziska i oparcie z materiału łatwo zmywalnego (kolor wybierany z oferty co najmniej kilkunastu kolorów przez dostarczeniem Zamawiającemu)
- cztero lub pięcioramienna podstawa na stabilnych kółkach umożliwiających płynne przemieszczanie
- możliwość obrotu siedziska o 360°.

- Załącznik nr 7 do SIWZ, Pakiet nr 7 Zestaw narzędzi (str. 43-44 SIWZ) pkt 1d, 1e, 6, 12a, 18, 19, 26a, 26b, 26c otrzymują nowe brzmienie:

1d. Wziernik nosowy Kilian/ dopuszcza się wziernik nosowy Hartmann-Halle

1e. Wziernik nosowy Kilian pediatryczny/ dopuszcza się wziernik nosowy Tieck-Halle

6. Pinceta nosowa 14 cm lub 14,5 cm

12a. Łyżka kostna Ø 3,4 mm lub 3x5 mm (ok. Ø 4)

18. Pinceta anatomiczna 110 mm/ 120 mm / 125 mm

19. Imadło Mayo/ dopuszcza się imadło typu Crile-Wood, dodatkowo utwardzone TC.

26a. Szańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm

26b. Szańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm

26c. Szańce krtaniowe, czyli kleszczyki krtaniowe z branszami miseczkowymi o średnicy 4 mm, długości 230 mm

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu na stronie internetowej Zamawiającego odpowiednio w zakładce dla niniejszego postępowania.

Zamawiający załącza treść SIWZ wraz z załącznikami po wprowadzonych w/w zmianach.

Aktualne zmiany na dzień 22.04.2016 r. w SIWZ oraz w Załącznikach zaznaczone są kolorem czerwonym.

Pozostałe warunki SIWZ na dzień 22.04.2016 r. pozostają bez zmian.