

Oznaczenie postępowania 40/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul.Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w dniu 27.04.2016 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę narzędzi do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w pozycji nr 18 dopuści do zaoferowania równoważny haczyk do nerwów Krayenbuhl o dł. 19 cm, reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycji nr 19 dopuści do zaoferowania równoważny haczyk do nerwów Krayenbuhl o dł. 19 cm, reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie w pozycji nr 20 czy nie doszło do omyłki pisarskiej w nazwie narzędzia ponieważ u większości producentów opisane narzędzie występuje pod nazwą JACOBSEN a nie JACOBSON jak zostało to opisane w ww. pozycji? Jeśli nie wystąpiła omyłka pisarska to zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sondy główkowej JACOBSEN, identycznej jak sonda opisana przez Zamawiającego, reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza narzędzie Jacobsen. Może występować różne nazewnictwo, w związku z tym dopuszcza się obie nazwy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji nr 21 dopuści do zaoferowania równoważny elewator FREER o szerokości 5 mm, reszta parametrów bez zmian?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający w dniu 27.04.2016 r.dokonuje zmiany treści Załącznika Nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty ostatecznej w pozycjach nr: 18, 19, 20 i 21.