

Oznaczenie sprawy 23/2016

Wszyscy Uczestnicy postępowania

dot. postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę narzędzi i akcesoriów do witrektomii w 9 pakietach dla potrzeb Oddz. Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Elblągu. ogłoszonego w Dz.Urzędowym Unii Europejskiej 2016/S 073-127430 z dnia 14.04.2016r.

Wojewódzki Szpital Zespołowy w Elblągu, ul.Królewiecka 146, informuje, że w dniu 27.04.2016r. od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

1. dot. pakietu nr 1 pozycja nr 1 do SIWZ Czy Zamawiający dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml?
2. dot. pakietu nr 1 pozycja nr 1 do SIWZ Czy Zamawiający dopuści barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej siatkówki (ILM) zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05% z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny, zawieszone w neutralnym biologicznie roztworze?
3. dot. pakietu nr 1 pozycja nr 2 do SIWZ Czy Zamawiający dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml?
4. dot. pakietu nr 1 pozycja nr 2 do SIWZ Czy Zamawiający dopuści barwnik stosowany do usuwania błony nasiatkówkowej i błony granicznej wewnętrznej siatkówki (dwa w jednym) zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05%, błękit trypanu o stężeniu 0,15% z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny, zawieszone w neutralnym biologicznie roztworze?
5. dot. Pak. 5 poz. 4Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy nożyczki wirektomijne, horyzontalne mają być proste i tępe, proste-ostre czy wygięte?
6. dot. Pak. 5 poz. 61 pak. 6 poz. 5 Czy szpatułka wirektomijna do błon nasiatkówkowych ma posiadać zakończenie trójkątne czy szpachelkowe?
7. dot. Pak. 7 poz. 1 Czy zamawiający dopuści magnes wewnętrzzałkowy typu Tagawa 19GA/1,1mmx33mm Rączka: śr. 10mm x 100 mm długości, długość całkowita 13,3 cm?
8. dot. Pak. 7 poz. 3 Czy zamawiający dopuści rozwórkę Cook, długość części podpowiekowej 15mm pełną?
9. Dot. Terminu realizacji zamówień częściowych Narzędzia medyczne dotyczące wyżej wymienionego przetargu są to narzędzia, które nie zawsze w pełnym asortymencie znajdują się w magazynie producenta w Niemczech. Zwyczajowo termin dostawy tego typu narzędzi wynosi ok.6-8 tygodni od daty wpływu zamówienia. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostaw do 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia?

Zamawiający odpowiada:

Ad.1. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.1 dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml.

Ad.2. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.1 dopuści barwnik stosowany przy usuwaniu błony granicznej wewnętrznej siatkówki (ILM) zawierający błękit brylantyny o stężeniu

0,05% z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny, zawieszone w neutralnym biologicznie roztworze.

Ad.3. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.2 dopuści barwnik pakowany w fiolkach o objętości 1 ml.

Ad.4. Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz.2 dopuści barwnik stosowany do usuwania błony nasiatkówkowej i błony granicznej wewnętrznej siatkówki (dwa w jednym) zawierający błękit brylantyny o stężeniu 0,05%, błękit trypanu o stężeniu 0,15% z dodatkiem 2% rozpuszczalnej luteiny, zawieszone w neutralnym biologicznie roztworze.

Ad.5. W Pakiecie nr 5 poz. 4 nożyczki witrektomijne wycięte i ostre.

Ad.6. W Pakiecie nr 5 poz.6 i w Pakiecie nr 6 poz. 5 szpatułka witrektomijna ma posiadać zakończenie trójkątne.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad.9. Zamawiający w dniu 27.04.2016r. wprowadził zmianę do SIWZ wydłużając termin dostawy do 60 dni kalendarzowych dla pakietów nr 5,6,7 i 9.