

Oznaczenie postępowania 40/2016

Do wszystkich uczestników postępowania

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg informuje, że w dniu 27.04.2016 r. w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę narzędzi do operacji neurochirurgicznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Dotyczy Rodział III poz. 4: Wnosimy o usunięcie zapisu w pkt 4 rozdział III Wymogi, z uwagi na fakt, iż utrudnia on złożenie konkurencyjnej oferty, gdyż zapis spełnia wyłącznie jeden producent, którym jest Aesculap Chifa w Nowym Tomyślu.

Zamawiający odpowiada

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2

Dotyczy Rodział III poz. 4: Prosimy o wyrażenie zgody na załączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta o autoryzacji dot. regeneracji i naprawy narzędzi chirurgicznych.

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza załączenie do oferty oświadczenia wystawionego przez producenta o autoryzacji dot. regeneracji i naprawy narzędzi chirurgicznych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 18 i 19 haczyki do nerwów zgodne z opisem o długości 19 cm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający w dniu 27.04.2016 r. zmienił Załącznik nr 2 w pozycji nr 18 i 19 w wyniku wniesionych przez innego Wykonawcę zapytań, w którym dopuścił długość 19 cm.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 21 Elewator freer, 190 mm, zakończony tępo, szerokość 5 mm?

Zamawiający odpowiada

Tak, Zamawiający dopuszcza. Zamawiający w dniu 27.04.2016 r. zmienił Załącznik nr 2 w pozycji nr 21 w wyniku wniesionych przez innego Wykonawcę zapytań, w którym dopuścił szerokość 5 mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający w dniu 29.04.2016 r. dokonuje sprostowania rozdziału III poz 4. zaproszenia do złożenia ostatecznej oferty cenowej.